

BANRISUL LICITACOES

De: BANRISUL LICITACOES
Enviado em: segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 09:36
Para: 'frezende@aurion.com.br'
Assunto: ENC: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000437/2020

À AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP

Prezados,

Sim, o método de medição do parâmetro de débito cardíaco a ser adquirido deve ser do tipo "termodiluição". Informamos a inclusão da exigência nas Especificações técnicas do objeto.

Atenciosamente,



Gerencia de Licitações e Compras
Unidade de Licitações e Compras
☎ (51) 3215-4510 | E-mail: banrisul_licitacoes@banrisul.com.br

 ANTES DE IMPRIMIR este documento pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

De: Fernanda Rezende <frezende@aurion.com.br>
Enviada em: terça-feira, 3 de novembro de 2020 11:12
Para: BANRISUL LICITACOES <BANRISUL_LICITACOES@banrisul.com.br>
Assunto: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000437/2020

Ilmo(a). Sr(a). Pregoeiro(a), bom dia!

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000437/2020

Lote 1: Monitor Multiparâmetro - UTI

A empresa AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA-EPP, estabelecida na Rua Mirassol, 320 – Vila Clementino – São Paulo/SP – CEP 04044-010, Fone (11) 3294-8003, inscrita no CNPJ n. 06.889.652/0001-05 e Inscrição Estadual n. 116.907.679-110, vem, pela presente, apresentar seu pedido de esclarecimento.

O descritivo do lote 1, solicita que o equipamento vá acompanhado de: "Débito Cardíaco: Medida por sonda em linha ou sonda em banho com intervalo de medicação de temperatura sanguínea entre 23° a 42°C."

Por favor, pode confirmar se o método de medição do parâmetro de débito cardíaco a ser adquirido é do tipo "termodiluição"?

Obrigada.

Fernanda.