

## BANRISUL LICITACOES

---

**De:** BANRISUL LICITACOES  
**Enviado em:** segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 11:48  
**Para:** 'karina.nunes@draeger.com'  
**Cc:** 'Joyce.Silva@draeger.com'; 'Daniel.Dolci@draeger.com'  
**Assunto:** ENC: <ESCLARECIMENTO II > PE 437/2020\_BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. \_09/11/2020

À DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Prezados,

Com relação ao pedido de modificação do prazo de entrega do objeto, informamos que não serão alterados, mantendo-se a especificação no Edital.

Com relação ao pedido de modificação das especificações técnicas da bateria do ventilador (Lote 02), informamos que a bateria é de caráter técnico, tendo inúmeras marcas no mercado que atendem ao descritivo e, desse modo, as especificações técnicas do objeto não serão alteradas.

Atenciosamente,



Gerencia de Licitações e Compras  
Unidade de Licitações e Compras  
☎ (51) 3215-4510 | E-mail: [banrisul\\_licitacoes@banrisul.com.br](mailto:banrisul_licitacoes@banrisul.com.br)

 ANTES DE IMPRIMIR este documento pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

---

**De:** Nunes, Karina <[karina.nunes@draeger.com](mailto:karina.nunes@draeger.com)>  
**Enviada em:** terça-feira, 15 de dezembro de 2020 17:44  
**Para:** BANRISUL LICITACOES <[BANRISUL\\_LICITACOES@banrisul.com.br](mailto:BANRISUL_LICITACOES@banrisul.com.br)>  
**Cc:** Silva, Joyce <[Joyce.Silva@draeger.com](mailto:Joyce.Silva@draeger.com)>; Dolci, Daniel <[Daniel.Dolci@draeger.com](mailto:Daniel.Dolci@draeger.com)>  
**Assunto:** .<ESCLARECIMENTO II > PE 437/2020\_BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. \_09/11/2020  
**Prioridade:** Alta

**AO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**

Pregão Eletrônico Nº 437/2020  
Processo Nº 0000437/2020  
Data de Abertura dia 09/11/2020 às 09:15

Prezados,  
Boa tarde,

A Dräger Industria e Comercio Ltda., CNPJ Nº 02.535.707/0001-28, interessada em participar dos itens 01 e 02 do pregão referenciado, vem através deste e-mail solicitar o seguinte esclarecimento:

O edital pede para o item 01 (monito):  
12.1. O prazo de entrega do objeto contratado será de até 100 (cem) dias, a contar da data da emissão da Autorização de Compra, ficando o referido prazo definido no respectivo documento.

Solicitamos a gentileza de esclarecer se podemos entregar o monitor multiparâmetro em 100 (cem) dias e, **apenas a capnografia em 120 dias**, pois devido a Pandemia e alta procura desse item para os ventiladores e monitores mundialmente os fornecedores de matéria-prima estão demorando para entregar à nossa fábrica.

O edital pede para o item 02 (ventilador):

12.1. O prazo de entrega do objeto contratado será de até 100 (cem) dias, a contar da data da emissão da Autorização de Compra, ficando o referido prazo definido no respectivo documento.

Solicitamos que o prazo de entrega seja revisto para **180 (cento e oitenta) dias**, visto que nossos equipamentos são de origem estrangeira e dependem de importação.

O edital pede para o item 02 (ventilador):

Edital pede: Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 60 minutos.

Solicitação: BATERIA interna recarregável COM AUTONOMIA DE 30 MINUTOS.

Justificativa: De acordo com A Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 ratificou o que estava normatizado na Portaria. Portaria nº 400, de 6 de dezembro de 1977 onde diz que Todo hospital deve ter um gerador de energia para garantir o funcionamento de equipamentos vitais e o atendimento aos pacientes em qualquer momento. Desta forma, um equipamento com autonomia de bateria de 30 minutos é suficiente para atender a demanda exigida. Esta especificação apenas impede a participação da Dräger neste processo não trazendo nenhum prejuízo ao tratamento clínico do paciente

Obs.: Por gentileza confirmar o recebimento do e-mail.

No aguardo,

Atenciosamente,

**Karina Nunes**

Analista de Licitações

Shared Service Tender

Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger Safety do Brasil Ltda.

Al. Pucuruí, 51 – Tamboré

06460-100 Barueri, São Paulo

Tel +55 11 4689-4430

[karina.nunes@draeger.com](mailto:karina.nunes@draeger.com)

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

Dräger. Technology for Life<sup>®</sup>



 Please consider the environment before printing this e-mail