

## BANRISUL LICITACOES

---

**De:** BANRISUL LICITACOES  
**Enviado em:** segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 11:59  
**Para:** 'licitacao@medicalway.com.br'  
**Cc:** 'luciano@medicalway.com.br'; 'licitacao2@medicalway.com.br'  
**Assunto:** ENC: Impugnação - PE 437/2020 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

À MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Prezados,

Com relação ao questionamento referente ao Lote 01 (monitor multiparâmetro), informamos que o monitor terá que ser capaz de intercambiar módulos entre equipamentos compatíveis.

Com relação ao questionamento referente ao Lote 02 (ventilador pulmonar), informamos que o Ventilador Pulmonar deverá ter blender com misturador de gases, ar comprimido e oxigênio acionados por válvula solenoide ou processador eletrônico.

Atenciosamente,



Gerencia de Licitações e Compras  
Unidade de Licitações e Compras  
☎ (51) 3215-4510 | E-mail: [banrisul\\_licitacoes@banrisul.com.br](mailto:banrisul_licitacoes@banrisul.com.br)

 ANTES DE IMPRIMIR este documento pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

---

**De:** Licitacao <[licitacao@medicalway.com.br](mailto:licitacao@medicalway.com.br)>  
**Enviada em:** quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 16:56  
**Para:** BANRISUL LICITACOES <[BANRISUL\\_LICITACOES@banrisul.com.br](mailto:BANRISUL_LICITACOES@banrisul.com.br)>  
**Cc:** Luciano <[luciano@medicalway.com.br](mailto:luciano@medicalway.com.br)>; Licitacao2 <[licitacao2@medicalway.com.br](mailto:licitacao2@medicalway.com.br)>  
**Assunto:** Impugnação - PE 437/2020 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

Boa tarde Sr. Pregoeiro,

Segue em anexo pedido de Impugnação para o PE 437/2020 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.

Desde já agradeço sua atenção.

Att.



Giovanna Serkes  
Medicalway Equip. Médicos | Auxiliar de Licitação  
p: (41) 3253 0500 | Ramal: 1627  
e: [licitacao@medicalway.com.br](mailto:licitacao@medicalway.com.br)

Follow us:



# COMUNICADO

INFORMAMOS QUE A MEDICALWAY ESTARÁ EM RECESSO NOS DIAS 24, 25 E 31/12 E 01/01 DEVIDO AOS FERIADOS DE NATAL E ANO NOVO.

PEDIMOS QUE PROGRAMEM AS SOLICITAÇÕES COM ANTECEDÊNCIA PARA SEREM RESPONDIDAS EM TEMPO HÁBIL.

## **AO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00437/2020

PROCESSO Nº 0000437/2020

**MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 02.949.582/0001-82, com sede na Rodovia BR 277 – km 4 – nº 3.931, Curitiba, Paraná, vem, através de seu representante legal, apresentar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/ALTERAÇÃO**, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

### **CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

Não obstante o fato da proponente ter conhecimento do descritivo constante do Edital, pretende, através do presente expediente pedir esclarecimentos/alteração acerca da especificação técnica do Lote 01 – Monitor Multiparâmetro – UTI e Lote 02 – Ventilador Pulmonar, com o objetivo de contribuir com a clareza e transparência do Certame e visando a lisura do Processo de Cotação Prévia em questão.

### **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Considerando que os Aparelhos descritos no Lote 01 – Monitor Multiparâmetro – UTI e Lote 02 – Ventilador Pulmonar, são equipamentos que contam com desenvolvimento de alta tecnologia a requerente considera que o Edital exige certas características que restaram dúvidas ou ainda que podem ser desnecessárias, pelo que pedimos esclarecimentos nos seguintes quesitos:



### **Lote 01 – Monitor Multiparâmetro – UTI:**

“Monitor multiparâmetro modular” – temos uma dúvida quanto ao termo “modular”;

Sendo assim, questionamos: Qual o modelo de configuração as empresas devem ofertar para o lote 01, um monitor na configuração pré-configurado ou modular intercambiável?

Lembrando que os módulos intercambiáveis, somente agregam valor ao produto, já que os monitores pré-configurados irão entregar os parâmetros solicitados em edital com excelência, sendo assim, não impactando na qualidade do equipamento a ser adquirido pela Instituição e conseqüentemente trazendo uma maior economia aos cofres públicos.

Quais os parâmetros de monitorização devem ser entregues com o monitor?

### **Lote 02 – Ventilador Pulmonar:**

É solicitado nos acessórios, manguerias para conexão de oxigênio e ar comprimido;

Por isso questionamos: Qual o tipo de configuração de ventilador a ser entregue: Ventilador por modo turbina ou por modo válvula proporcional?

Diante do exposto acima, solicitamos os esclarecimentos para possibilidade de participarmos.

A empresa ressalva que, a grande parte dos equipamentos que podem competir no presente Certame, tem seus equipamentos



que funcionam com as características descritas acima. De modo que a manutenção das exigências das características conforme irão constar no Edital limitará em muito a competição.

Requeremos desta forma, o esclarecimento/alteração destas descrições para que nossa empresa não seja impedida de participar do presente Certame, pelo não cumprimento do Edital pela falta/complemento das características acima apontadas.

Nestes termos,

pede deferimento

Curitiba, 16 de dezembro de 2020.

**MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.**



---

Luciano da Silva Vasconcelos  
Representante legal  
RG: 8356785-6 SSP/PR  
CPF: 029.804.079-41

