


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



FOLHA DE INFORMAÇÃO

Folha de Informação nº 003/2024

Processo Nº 3708/2023

Pregão Presencial Nº 24/2023

Assunto: impugnação do edital

Para andamento do Pregão Presencial nº 24/2023 de aquisição de equipamentos médicos e hospitalares, em vista da urgência pela aquisição do diversos equipamentos contidos neste pregão, solicitamos andamento do mesmo, para isso esclarecemos os seguintes pontos:

- **Item 1:** Acréscimo na descrição técnica para que o aparelho seja com alimentação elétrica bi volt. Inserida exigência para que contenha certificação do INMETRO;
- **Item 2:** sem alterações;
- **Item 3:** sem alterações;
- **Item 4:** sem alterações;
- **Item 5:** sem alterações;
- **Item 6:** sem alterações;
- **Item 7:** sem alterações;
- **Item 8:** sem alterações;
- **Item 9:** sem alterações
- **Item 10:** alteração na descrição do produto código 34267, passando a ser a descrição: Cadeira de rodas obesos **até 200kg** confeccionada em aço com pintura em epóxi; assentos super reforçados com tiras tensoras especiais reforçados com tiras tensoras especiais indicada para usuários até 150kg com almofada em espuma de alta densidade com mínimo 05(cinco) cm de espessura forrada. Dobrável em X; Apoio para braços




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




escamoteável; apoio para pés removível; grandes rodas traseiras com aros de propulsão, pneu traseiros infláveis, **de 26 polegadas**; freio bilateral; pequenas rodas dianteiras com pneus maciços de 8 polegadas. **Medidas mínimas do assento de 60cm**


- **Item 11:** sem alterações
- **Item 12:** sem alterações
- **Item 13:** alteração na descrição, retirando o peso mínimo do aparelho.
- **Item 14:** alteração na descrição técnica para acréscimo: **Que suporte 1 cilindro de 8 a 10m³.**
- **Item 15:** alteração na descrição do produto 35005, passando a ser a descrição: Carro de emergência com 4 gavetas, base: Construída em chapa de Aço, com perfis em "U", espessura de 0,75 mm; ESTRUTURA: Construída em chapa de Aço, espessura de 0,75 mm, com seu perfil formando colunas; GAVETAS: Construídas em chapa de Aço, espessura de 0,75 mm, sobre a utilização de corrediças de própria fabricação, com puxadores; TRAVA DAS GAVETAS: Construída em Aço, espessura de 1,20 mm, com lingueta para recebimento **de lacre**; TAMPO: Em chapa de Aço Inoxidável, espessura de 0,60 mm, perfil com rebaixo para evitar queda de equipamentos; ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso; TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA: Construída em polietileno 10,00 mm de espessura. Acabamento livre de rebarbas; RODÍZIOS: 4 rodízios giratórios de 3" polegadas (76,2 mm), sendo 2 com freios; ACOMPANHA: Alça para locomoção, tábua de massagem cardíaca, divisória em acrílico para a 1ª gaveta, suporte de soro com regulagem de altura, suporte para prancheta, suporte de cilindro circular com velcro/cinta para a trava do cilindro, régua/filtro de linha bivolt com cabo de 1,0m contendo 3 saídas no mínimo, para-choque bumper em perfil estilo "cantoneira"; Peso total aproximado: 30 kg.




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



- **Item 16:** alteração na descrição do produto 38719 carro maca, passando a ser a descrição: Carro maca em aço carbono, revestido em espuma D26, courvim preto, cabeceira regulável com rodas giratórias **de no mínimo 6 polegadas**, medidas aproximadas: C. 1,90m x **Largura mínima de 60cm** x A 0,80m. Capacidade **Mínima de 200kg**
- **Item 17:** sem alterações
- **Item 18:** sem alterações
- **Item 19:** sem alterações
- **Item 20:** sem alterações
- **Item 21:** alteração na descrição do produto 21496 eletrocardiógrafo, passando a ser a descrição: Eletrocardiógrafo **12 canais** / 12 derivações. Além disso, alteração na descrição técnica, passando a conter: **Impressora térmica integrada de alta resolução; 02 Cabos pacientes 10 vias com plug tipo clip/jacaré;**
- **Item 22:** sem alterações
- **Item 23:** sem alterações
- **Item 24:** sem alterações
- **Item 25:** sem alterações
- **Item 26:** alteração na descrição do produto 21026. Passando a ser a descrição: **MACA FIXA**. Armação tubular em epóxi; Leito acolchoado em espuma d23 e corino; Cabeceira reclinável; Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50 cm; Pés com ponteiros de pvc; Suporta 180 kg; Dimensões externas aproximadas: 181 m (C) x 61 cm (L) x 81 cm (A); Peso: 22 kg.
- **Item 27:** sem alterações;
- **Item 28:** alteração na descrição do produto 13206 mesa mayo
Passando a ser a descrição: Mesa de mayo inox (instrumental) –



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Armação tubular com rodízios de 2", totalmente de inox, altura regulável. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima: 0,92m. Altura máxima: 1.25m. Dimensões da bandeja: 48,5cm de comp. X 32,5cm de larg

- Item 29: sem alterações;
- Item 30: alteração na descrição técnica especificando apenas tela LCD ou LED de 12 polegadas. Frequência cardíaca (FC) de 15 a 350BPM. Acréscimo dos acessórios: **01 Manguito Neonatal; 01 Manguito obeso; e 01 suporte de parede para o monitor**
- Item 31: alteração na descrição técnica para Tela LCD colorida de alta resolução **com no mínimo 7 polegadas. E acréscimo de acessórios: Sensores: 1 cabo extensor de oximetria com 1 sensor adulto tipo clip, 1 sensor pediátricos tipo clip, e 1 sensor neonatal tipo y. Braçadeiras/manguito: 1 obeso, 1 adulto, 1 pediátrico e 1 neonatal; 1 cabo extensão para PNI; Termômetros: 1 sensor de temperatura auricular; 1 cabo de força.**
- Item 32: sem alterações
- Item 33: sem alterações
- Item 34: alteração na descrição do produto 37817 Oxímetro de pulso


Passando a ser a descrição: Oxímetro de pulso portátil com alarme, monitor com bateria, medida continuada de saturação periférica de O₂ e de frequência cardíaca, monitoração de paciente adulto, pediátrico e neonatal. **Tela colorida. Com duração mínima da bateria de 6 horas fora do carregador.** Com acessórios: **Capa plástica protetora; Com bateria recarregável e base carregadora inclusa, elétrica bi volt;** dois sensores de dedo reutilizáveis tipo clip, adulto-pediátrico; **um sensor tipo (y) reutilizáveis para neonatal;** Com memória para armazenamento.

Registro na ANVISA.

- Item 35: sem alterações



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



- Item 36: sem alterações
- Item 37: sem alterações
- Item 38: sem alterações
- Item 39: alteração na descrição técnica para especificar que o tamanho do suporte é conforme o tamanho do monitor, variando de 10 a 12”.
- Item 40: sem alterações
- Item 41: quanto a impugnação deste item (Ventilador Pulmonar de transporte), manifestado pela empresa L'eistung em 12/12/2023, a mesma já havia feito a mesma impugnação, conforme consta neste processo (páginas 456 a 478). Após manifestação desta secretaria (páginas 480 a 482), o Departamento Jurídico emitiu o parecer nº 876/2023 (páginas a 486), no qual define pela “improcedência da impugnação oferecida pela empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, com base na fundamentação supra, em atenção ao interesse público justificado”

Sendo assim, solicitamos que seja mantido o parecer pela improcedência da impugnação oferecida pela LEISTUNG, pelos motivos já expostos.

Portanto, em virtude do histórico deste pregão, pelas impugnações e pedidos de esclarecimentos, torna-se de extrema relevância as alterações indicadas, para que assim o trâmite possa ocorrer dentro previsto.

Imbé, 09 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

Milene Pinheiro Machado
Técnica em contabilidade
Matrícula Nº 13.650

Ciente e de Acordo:

Magda Regina Dörr
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº1288/2022