

ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL**MUNICÍPIO DE CANOAS - RS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**ATA DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES****EDITAL:** 0044/2024 **PROCESSO:** 65096

Objeto: Pregão Eletrônico (14.133/21) - Registro de Preços de Equipamentos Odontológicos destinados à utilização nas Unidades Básicas de Saúde, Clínicas de Saúde da Família e Centro de Especialidades Odontológicas, o quantitativo foi estipulado para equipar as Unidades Novas que estão em Construção e substituição dos equipamentos em inconformidade técnica.

ESCLARECIMENTOS**Pedido de esclarecimento****Protocolo 17541****Situação:** Respondido**Data do pedido:** 03/04/2024 13:28**Solicitação:** Solicito esclarecimentos sobre o item 11: Qual marca ou modelo foi cotado? Pois no mercado não temos nenhum produto que se adeque 100% no item solicitado.**Documentos anexados:** Nenhum documento anexado**Acompanhamentos****Data:** 03/04/2024 13:56**Mensagem:** BOA TARDE SR. LICITANTE. SUA SOLICITAÇÃO SERÁ ENCAMINHADA PARA A ÁREA TÉCNICA DA SECRETARIA REQUISITANTE.**Resposta****Data:** 03/04/2024 17:03**Responsável:** Marco Antônio Norbiate Cordobê

Texto: Prezado A cotação foi realizada de acordo com o código catmat fornecido no Termo de Referência (422320) cuja especificação no ComprasGov é: "422320 - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Cerca De 20 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água , Componentes Adicionais: Conexões, Mangueira , Peso: Cerca De 20 K ". Cordialmente Michele Chaves Inácio Diretora Administrativa Interina Secretaria Municipal da Saúde - SMS

Documentos anexados: [RESPOSTA TÉCNICA RESPONSÁVEL](#)**Pedido de esclarecimento****Protocolo 17556****Situação:** Respondido**Data do pedido:** 04/04/2024 09:53

Solicitação: Solicito esclarecimentos. A respeito do Catmat 422320 - compressor odontológico ele tem a característica de 20 Lts. Conforme o edital solicita de 30 a 40 Lts. Qual que devemos nos guiar para o orçamento? Grato. att Guilherme Salton Kag representa a empresa Ltda

Documentos anexados: Nenhum documento anexado**Acompanhamentos****Data:** 04/04/2024 13:30**Mensagem:** MENSAGEM RECEBIDA. ESTOU ENVIANDO PARA A SECRETARIA REQUISITANTE.**Resposta****Data:** 08/04/2024 11:22**Responsável:** Marco Antônio Norbiate Cordobê

Texto: SEGUE RESPOSTA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: "(...)Bom dia Deve ser levado em consideração o descritivo do Edital. Cordialmente Michele Chaves Inácio Diretora Administrativa Interina Secretaria Municipal da Saúde - SMS(...)"

Documentos anexados: [RESPOSTA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO](#)**Pedido de esclarecimento****Protocolo 17559****Situação:** Respondido**Data do pedido:** 04/04/2024 11:20

Solicitação: Solicito novo esclarecimento: a respeito do item 11 no CATMAT 422320 REFERE-SE ao compressor odontológico de 20 Lts e no edital solicita de 30 a 40 LTS , pelo qual devemos nos guiar no processo? Grato. Att Guilherme Salton

Documentos anexados: Nenhum documento anexado**Acompanhamentos**

Data: 04/04/2024 13:31

Mensagem: RECEBIDO. SEU PEDIDO ESTÁ SENDO ENCAMINHADO PARA A SECRETARIA REQUISITANTE.

Resposta

Data: 08/04/2024 11:20

Responsável: Marco Antônio Norbiate Cordobê

Texto: Segue resposta da Secretaria Requisite: "(...)Prezados Deve ser levado em consideração o descritivo do Edital. Cordialmente Michele Chaves Inácio Diretora Administrativa Interina"

Documentos anexados: [RESPOSTA TÉCNICA RESPONSÁVEL](#)

IMPUGNAÇÕES

Não foram registrados pedidos de impugnação.

----- Data/Hora de Geração deste documento: 08/04/2024 14:13 -----