



Termo de Referência

A solução como um todo e a formação de uma ata de registro de preços para fins futuras e potenciais aquisições de equipamentos diversos abrangendo as áreas de serviços médicos, odontológicos, ambulatoriais e de Reabilitação Física. Para fins de estimar os valores previstos para a futura contratação, utilizou-se, com base no Decreto Municipal nº 17/2022, o método de pesquisa o site BANCO DE PREÇOS.

1. OBJETO:

1.1 Registro de Preços para aquisição de equipamentos Médicos, Odontológicos, Ambulatoriais e de Reabilitação Física para a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Santa Rita/RS. O critério de julgamento será Menor Preço por item.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1 As aquisições de equipamentos, bem como reposições de equipamentos existente e que se encontram avariados sem condições de manutenção têm por objetivo a continuidade dos atendimentos médico-hospitalares existentes e prestados atualmente no sistema de saúde do Município. Os itens descritos contemplam equipamentos médicos, odontológicos e ambulatoriais, que dão suporte para as atividades diárias nas unidades e serviços de saúde de nossa cidade.

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

3.1 O valor estimado para a contratação é de R\$ 1.322.158,97 (um milhão, trezentos e vinte e dois mil, cento e cinquenta e oito reais com noventa e sete centavos), conforme planilha a seguir:

Item	Descrição	Qtd	Unidade	Valor médio Unitário	Valor Médio Total
1	Trocador de Fraldas Material: Polietileno, Dimensões Aberto: 60 X 90 X 60 Cm, Tipo: Dobrável.	20	Und	R\$ 780,50	R\$ 15.610,00
2	Corda de pular produzida inteiramente em PVC e com regulagem nos pegadores, tamanho mínimo de 285 cm.	50	Und	R\$ 16,55	R\$ 827,50
3	Fita de suspensão TRX Fita de Nylon ultra resistentes, travas com argolas de Ferro e Mosquetão profissional de 70mm Tamanho total de 1,90 metros e capacidade de até 130 Kg	25	Und	R\$ 246,51	R\$ 6.162,75
4	Kettlebell 4kg, produzido em Ferro fundido e revestido em PVC de alta durabilidade ou emborrachado.	5	Und	R\$ 66,54	R\$ 332,70



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal da Saúde

5	Kettlebell, 6kg, produzido em Ferro fundido e revestido em PVC de alta durabilidade ou emborrachado.	5	Und	R\$ 166,79	R\$ 833,95
6	Kettlebell 8kg, produzido em Ferro fundido e revestido em PVC de alta durabilidade ou emborrachado.	2	Und	R\$ 188,67	R\$ 377,34
7	kit Slam Ball 4kg, 6kg e 10kg construída em borracha de alta resistência e enchimento em areia, desenvolvida para arremessos não pica	5	Und	R\$ 219,82	R\$ 1.099,10
8	Bola fisioterapia lisa, borracha natural, Aplicação Exercício fortalecimento Muscular, Diâmetro cerca de 8 cm	15	Und	R\$ 103,91	R\$ 1.558,65
9	Caneleira, em limalha de ferro, revestido de convim, regulável com velcro, 1kg	5	Und	R\$ 75,22	R\$ 376,10
10	Caneleira 2kg Confeccionada em Nylon, fechamento em velcro de alta qualidade	5	Und	R\$ 62,86	R\$ 314,30
11	Caneleira 3kg Confeccionada em Nylon, fechamento em velcro de alta qualidade	5	Und	R\$ 104,31	R\$ 521,55
12	Step Fabricado em EVA Medidas: 30x60x12	10	Und	R\$ 127,80	R\$ 1.278,00
13	Escada de agilidade Dimensão do degrau: Largura: 50 cm, altura: 4 cm Dimensão da escada: Comprimento: 5 m, Largura: 50 cm Material: Degraus em PVC e fitas em Nylon Cor: amarelo e preto	5	Und	R\$ 58,50	R\$ 292,50
14	Kit Mini Band com 5 níveis de resistência Faixa elástica produzida em Látex natural de alta durabilidade Níveis de resistência: Leve, Média, Forte, Super Forte, Extra Forte.	20	Und	R\$ 35,66	R\$ 713,20
15	Colchonete Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: Capa Totalmente Impermeável e não Removível, Densidade; Mínima D-33, Comprimento: Cerca 190M, Largura 50cm, espessura: Mínima 5cm,	20	Und	R\$ 96,96	R\$ 1.939,20



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal da Saúde

	Aplicação: P/ Marca Hospitalar.				
16	Bambolê Material: PVC diâmetro: mínimo 60cm	40	Und	R\$ 17,29	R\$ 691,60
17	Aparelho Ginástica - Aparelho Ginástica Estrutura: Policarbonato Flexível, Formato: Anel, Tipo: Magicle Circle, Aplicação: Condicionamento Físico, Pelo Método Pilates, Características Adicionais: Medindo 33 A 37 Cm Diâmetro	20	Und	R\$ 53,63	R\$ 1.072,60
18	Kit Com 8 Cones De 23Cm Cada Com Furos Para Transpassar Barreiras. 4 Barreiras De 90Cm. Marca: ZI	20	Kit	R\$ 102,18	R\$ 2.043,60
19	Kit Com 10 Pratos Demarcatórios (Chapéu Chinês) - Kit Com 10 Pratos Demarcatórios (Chapéu Chinês), Medidas: Largura 19 Cm; Altura 04 Cm; Diâmetro 54 Cm	2	Kit	R\$ 51,75	R\$ 103,50
20	Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular - Componentes: Multicorrente Microprocessado, Adicionais: Tens, Vlp, Vfp, Vpf, Vif, Burst, Fes Com Variações, Características Adicionais: Corrente Russa, galvânica 8Khz, Operação: Interferência Bipolar, Tetrapolar	2	Und	R\$ 1.537,50	R\$ 3.075,00
21	Laser Terapêutico De Baixa Intensidade 100Mw, Dosimetria Até 9 Joules - Laser, Laser Terapêutico De Baixa Intensidade, aplicação Em Analgesia E Reparação Tecidual, Redução De Processos Inflamatórios, 100Mw, Dosimetria Até 9 Joules, Caneta Com Laser Vermelho Com 660 Nm, Infravermelho com 808 Nm, C/Variação +Ou- 10Nm (P/Terapia Ilib, Alimentação: Bateria, Fonte E Cabo, Bivolt, Equipamento Sem Fio, Caneta Com Laser Vermelho Com 660 Nm, Infravermelho Com 808 Nm, Variação +Ou- 10Nm, Acompanham: Base P/Suporte, Estojo Ou Mala P/ Transporte, 2 Óculos De Proteção E	2	Und	R\$ 3.511,43	R\$ 7.022,86



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal da Saúde

	Pulseira P/Aplicação Ter. Ilib, Dimensões: Conforme Disponibilidade De Mercado, Inclui: Manuais, Garantia De 12 Meses; Protocolos Clínicos, Treinamento.				
22	Tens/Fes 4 Canais - O Neurodyn li É Um Equipamento Destinado Às Terapias Por Correntes Tens - Tens/Fes 4 Canais - O Neurodyn li É Um Equipamento Destinado Às Terapias Por Correntes Tens, Fes E Russa. Apresenta 4 Canais De Saída Com Controle Independente De Intensidade Através De Teclas Soft Touch. Display Lcd Blue Light,8 Eletrodos De Borracha Condutiva 5X5cm;1 Cabo 38 Eletroestimulações C Pino Banana;1 Cabo 09 C Pino Banana; 1 Cabo De Força. Dimensões Do Produto (27X26x12cm).	10	Und	R\$ 83,18	R\$ 831,80
23	Manta Térmica - Manta Térmica Material: Aluminizada, Modelo: Cobertor, Dimensões: Cerca De 2,10 Cm De Comprimento Por 1,40 Cm, Tipo: Isolante Térmico, Esterilidade: Uso Único	1000	Und	R\$ 5,75	R\$ 5.750,00
24	Eletrodo Uso Médico - Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Eletroestimulação, Fisioterapia, Modelo: De Superfície, Material Sensor: Silicone, Dimensões: Cerca De 5 X 10 Cm, Acessório: S/ Cabo, Esterilidade: Reutilizável, pacote com 50 unidades	5000	pct	R\$ 28,11	R\$ 140.550,00
25	Maca Divã Tablado Em Madeira Maca Divã Tablado Em Madeira para deitar pacientes	20	Und	R\$ 1.178,00	R\$ 23.560,00
26	Bicicleta Ergométrica - Tipo: Mecânica, Modelo: Profissional, Capacidade Máxima: 150 Kg, Cor: Preta, Funções Pannel: Velocidade/Distância/Tempo/Calorias E Batimentos, Tipo Guidon: Com	2	Und	R\$ 2.484,00	R\$ 4.968,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal da Saúde

	Apoio Para Antebraços, Características Adicionais: Pedais Com Cinto Segurança, Material Estrutura: Aço, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Carenagem Em Polietileno, Rotação Máxima: 110 Rpm.				
27	Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Conjunto Suporte E Halteres, Material: Ferro/Aço, Dimensões: 126,50 X 56,50 X 26 Cm, Características Adicionais: Suporte Tipo Torre E 10 Pares De Peso De 01 A 10 K, Uso: Treinamento De Arranque E Explosão	2	Und	R\$ 2.903,79	R\$ 5.807,58
28	Material Fisioterapia - Material Fisioterapia Tipo: Rolo De Espuma Revestido De Courvin, Modelo: Formato Meia Lua, Aplicação: Fisioterapia, Características Adicionais: Posicionamento	2	Und	R\$ 202,97	R\$ 405,94
29	Cunha de esma ortopédica - forrado em curvem preto, dimensões 50cm comprimento x 50cm de largura x 30cm de altura, densidade 28D.	2	Und	R\$ 154,92	R\$ 309,84
30	Travesseiro(50X70) Cm, Com Gramatura De 450Gr/M2, Aproximadamente - Travesseiro, Medindo (50X70) Cm, Com Gramatura De 450Gr/M2, Aproximadamente, Enchimento Manta Siliconada 100% Poliéster, Tecido 100% Impermeável, Siliconado, Respiro Antimofo, Antialérgico, Protetor De Travesseiro Totalmente Antiácario, Produto Com Laudo De Aprovação Do Ministério Da Saúde	8	Und	R\$ 35,34	R\$ 282,72
31	Equipamento / Acessórios Desporto - Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Faixa Elástica (Mini Bande), Material: Elástico Circular, Dimensões: 25 X 5 X 0,09 Cm,	8	Und	R\$ 45,26	R\$ 362,08



	Características Adicionais: Conjunto De 04 Faixas Com Cor E Tensão Padrão, Uso: Treinamento Esportivo, Fitness ou Reabilitação				
32	Poltrona reclinável - Cor: Azul ou preto, Componentes: Assento, Encosto, Apoio Braços E Pés Articulados, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin, Largura: 74 CM, Profundidade: 74, Estrutura: Tubular, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável.	25	Und	R\$ 1.032,95	R\$ 25.823,75
33	Maca De Resgate - Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Prancha, Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	15	Und	R\$ 499,01	R\$ 7.485,15
34	Tábua De Massagem Cardíaca - Tábua De Massagem Cardíaca Comprimento: Cerca De 42 Cm, Largura: Cerca De 42 Cm, Altura: Cerca De 0,6 Cm, Material*: Polímero	10	Und	R\$ 224,33	R\$ 2.243,30
35	Mesa Para Refeição: Estrutura Em Aço Com Pintura Epóxi Construída De Forma Que A Mesa Se Sobreponha Ao Leito. Tampo Em Mdf Ou Mdp Com Revestimento (Melamínico), Pés Com Rodízios. Possuir Regulagem De Altura. Dimensões Aproximadas Do tampo: 40 Cm X 60 Cm. Al - Mesa Para Refeição: Estrutura Em Aço Com Pintura Epóxi Construída De Forma Que A Mesa Se Sobreponha Ao Leito. Tampo Em Mdf Ou Mdp Com Revestimento (Melamínico), Pés Com Rodízios. Possuir Regulagem De Altura. Dimensões Aproximadas Do tampo: 40 Cm X 60 Cm. Altura Mínima E Máxima Aproximada: 0,70 Cm E 1,00 M	30	Und	R\$ 643,26	R\$ 19.297,80



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal da Saúde

36	Foco - Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, adicional 1: C/ Dimmer, adicional 3: C/ Bateria	30	Und	R\$ 265,53	R\$ 7.965,90
37	Fotopolimerizador. Emitter C Wireless Caixa C/ 1 Fotopolimerizador, 1 Base, Bateria. Acessórios: 1 Ponteira De Polimerização De Fibra Ótica De 8Mm + 1 Ponteira De Clareamento De 3 Dentes + 1 Ponteira De Clareamento De 1 Dente. Luz Fria (Azul) Gerada Por L - Fotopolimerizador. Emitter C Wireless Caixa C/ 1 Fotopolimerizador, 1 Base, Bateria. Acessórios: 1 Ponteira De Polimerização De Fibra Ótica De 8Mm + 1 Ponteira De Clareamento De 3 Dentes + 1 Ponteira De Clareamento De 1 Dente. Luz Fria (Azul) Gerada Por Led De Alta Potência; Bateria Removível; Maior Vida Útil Do Equipamento; Acompanha Duas Baterias Removíveis; Enquanto Uma Bateria Está Sendo Utilizada No Emitter C, A Outra Fica Acoplada Na Base De Carga; 3 Programações De Uso; Contínuo: Potência Máxima Ao Longo De Todo O Funcionamento; Rampa: Potência Gradual Crescente Nos Primeiros 6 Seg., Permanecendo Logo Após Com Sua Potência Máxima; Pulsado: Luz Com Potência Máxima Pulsante Com Interval	10	Und	R\$ 273,33	R\$ 2.733,30



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal da Saúde

38	Caneta Alta Rotação - Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Cerâmica, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Menor Ou Igual 400.000 Rpm, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Botão De Pressão (Pb), Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	20	Und	R\$ 438,63	R\$ 8.772,60
39	Compressor de ar odontológico – com capacidade para 2 à 3 consultórios Especificações técnicas mínimas: Especificações técnicas mínimas: Com capacidade para 2 à 3 consultórios; Reservatório de 100 litros; Volume de ar aspirado 12 p.c.m 340lts./min. Pressão máx. de operação: 120 lbf/pol2 Número de cabeçotes1 Pistão 2 Pintura interna e externa Regulador de pressão Acionamento do motor: direto e isento de óleo Nível de ruído (db) 74 Número de cilindros: 1 Número de estágios: 1 Número de pólos: 4 Rotação por minuto: 1700 rpm. Características elétricas: potência 2,0 cv, com proteção elétrica, voltagem de 110v ou 220v.	7	Und	R\$ 8.253,45	R\$ 57.774,15
40	Equipamento Odontológico - Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Profilaxia / Periodontia, Fonte: Eletropneumático, Instalação: Bivolt, Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autolavável , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal	10	Und	R\$ 2.879,50	R\$ 28.795,00
41	Pulverizador Costal Manual - Pulverizador Costal Manual Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 20 L, Pressão Trabalho: 15 A	25	Und	R\$ 240,19	R\$ 6.004,75



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal da Saúde

	90 Lb/Pol2, Diâmetro Boca: 140 Mm, Características Adicionais: Lança 600 Mm, Bico Injetado Jd-12P				
42	Microscópio Biológico Cabeçote Binocular Com Inclinação De 45 Graus - Microscópio, Biológico; Cabeçote Binocular Com Inclinação De 45 Graus E Rotação De 360 Graus, Ampliação Até 1600X, Ocular Em Pares; 2 (Duas) Wf16x 10Mm E 2 (Duas) Wf10x 18Mm, Objetivas: Acromáticas 4X (0.10); 10X (0.25); 40X (0.65) E 100X (1.25), Condensador Abbe Com Diafragma De Iris E Filtro. Abertura Numérica (Na) De 1.25. Ajuste Do Tipo Kohler, Iluminação: Led 3W, Foco Macrométrico 14Mm E Micrométrico 0.004Mm, Platina 130X130mm. Suporte Para Uma Lâmina; Com Trava Antiguerra De Lâminas; Area De Observação: 75Mm X 50Mm, Dimensões: Aproximadas: 175Mm (Largura) X 375Mm (Altura) X 315Mm (Profundidade), Peso: Aproximadamente 4.5 Kg, Alimentação: Bivolt Automático. Possibilidade De Trabalho Com Bateria Recarregável Não Inclusa, Acompanha Frasco De Óleo De Imersão; Filtros: Amarelo; Azule Verde, Inclui: Garantia Mínima De 1 Ano. Assistência Tecnica No Brasil	1	Und		
				R\$ 3.151,75	R\$ 3.151,75
43	Carrinho de Limpeza Hospitalar - capacidade 50kg - 900 litros aproximadamente com medidas aproximadas de 96cm de altura 112cm de comprimento e 47cm de largura - estrutura reforçada de alta durabilidade - fabricação 100% em polipropileno - roda emborrachadas - bolsa com zíper frontal.	10	Und		
				R\$ 706,60	R\$ 7.066,00



44	Placa sinalizadora, piso molhado, produzido em polipropileno de alta resistência, na cor amarela, altura 61cm largura por 30 cm 2,2 profundidades aproximadamente.	20	Und	R\$ 43,08	R\$ 861,60
45	Eletroencefalógrafo - Eletroencefalógrafo Modelo: Digital Portátil, Tipo: Com Aproximadamente 32 Canais, Componentes: Em Plataforma Windows, Tipo Medição: Registra Os Dados, Os Exames, Os Relatórios, Outros Componentes: O Mapeamento Cerebral E Sinais Biológicos	1	Und	R\$ 65.758,10	R\$ 65.758,10
46	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO. Cadeira: articulação bilateral com acionamento central, proporcionando mais conforto, evitando o reposicionamento do paciente. Braços direito e esquerdo, revestidos no mesmo material da cadeira. Encosto com movimentação a -5º, proporcionando maior facilidade em alguns movimentos, permitindo a recuperação de pacientes com lipotimia. Pintura eletrostática com bactericida, base revestida com carenagens em abs ou integral skyn a fim de evitar oxidação. Botão liga/desliga localizado verticalmente na lateral do sistema de elevação, evitando acúmulo de sujeira e eliminando risco de choque elétrico por acidente com líquido. O equipamento deve ter integração da caixa de distribuição do conjunto ao capô da cadeira para facilitar o espaço. Pedal único de comando tipo joystick móvel, com todas as funções da cadeira e acionamento do equipo. Placas de comando sob o assento da cadeira, a fim de evitar oxidação. Estofamento revestido em pvc e sem	2	Und	R\$ 24.135,47	R\$ 48.270,94



	costuras, facilitando a desinfecção. Cabeceira multiarticulada. Deve possuir 4 comandos individuais (sobe e desce assento e encosto), 3 movimentos automáticos sincronizados (3 posições de trabalho programáveis pelo cd e volta a zero automática). On/off do refletor na base da cadeira com intensidade variável. Carenagens superiores em abs com bactericida. Equipo: braço acoplado, deve possuir 3 terminais sendo 1 terminal para alta rotação borden, 1 terminal para baixa rotação borden com spray, 1 seringa tríplice. Bandeja em inox; Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Válvulas individuais com sistema anti-refluxo, a fim de evitar contaminação cruzada. Reservatório de água tipo pet com filtro, evitando entupimentos dos instrumentos. Puxador ergonômico. Refletor: refletor de led com intensidade variável, cabeçote em material resistente, estrutura em polímero injetado, espelho multifacetado, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. Protetor frontal removível, construído em policarbonato transparente. Puxador bilateral. Braço balanceado com mola e articulações metálicas. Unidade de água: com abertura em 90º graus, para procedimentos a quatro mãos. Compõe 02 sugadores: 01 sugador Venturi e 01 sugador de alta potência com sucção equivalente a bomba				
--	--	--	--	--	--



47	Mesa Cirúrgica com sistema de acionamento eletro-hidráulico, acionado por controle remoto com fio e no controle fixo na coluna da mesa; Deve possuir o tampo radio transparente, colchão de material viscoelástico; Deve possuir módulo cirúrgico móvel que permita o posicionamento do paciente na posição normal e reversa, em que a placa da cabeça e as placas das pernas sejam intercambiáveis; Base construída em aço inoxidável ou material resistente; O tampo deve ser dividido em assento, apoio das costas ou dorso, pernas bipartidas e apoio para cabeça; Movimento do dorso de no mínimo 65° para cima e no mínimo 35° para baixo; apoio da cabeça articulado com acionamento manual permitindo uma angulação mínima de 85° para baixo e 35° para cima; Apoio de pernas bipartido destacável com movimentos individuais com acionamento manual, permitindo uma angulação mínima de 85° para baixo; Possibilitar movimentação longitudinal do tampo, com deslocamento acionado eletricamente no controle remoto ou no painel de comando posicionado na coluna da mesa, e no mínimo de 310 mm; Deve possuir ajuste de altura com acionamento elétrico via controle remoto ou controle posicionado na coluna da mesa, com ajuste de altura, regresso de 605 mm e elevação de no mínimo 945 mm; Deve possuir ajuste de inclinação lateral com acionamento elétrico via controle remoto ou controle posicionado na coluna da mesa, com possibilidade de ajuste de no mínimo	1	Und		
				R\$ 107.770,06	R\$ 107.770,06



	20° para o lado direito e 20° para o lado esquerdo; Deve possuir movimento de trendelemburg / reverso com acionamento elétrico via controle remoto ou controle posicionado na coluna da mesa de no mínimo 20°; O comprimento mínimo deve ser de 2.000 mm, incluindo apoios de cabeça e pernas; Largura mínima da mesa de 500 mm sem o trilho lateral e com o trilho de no mínimo 550 mm; Capacidade de carga mínima de 235 kg em Posição Normal, e capacidade de carga mínima de 170 kg na Posição Reversa; Deve possuir rodízios com freios acionados via controle remoto ou via controle posicionado na coluna da mesa cirúrgica; Deve possuir corredeiras ou trilhos laterais em aço inoxidável para colocação de acessórios, os trilhos laterais deverão acompanhar os segmentos da mesa tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo; Deve possuir 02 (duas) placas de braço ou apoios para o braço, com ajuste lateral e ajuste vertical (para cima e para baixo), devem acompanhar colchonete ou almofada para apoio do braço, faixa ou cinta de fixação e grampo para fixação nos trilhos laterais, bandeja de fluidos para urologia e ginecologia, par de suporte de coxas; Possuir bateria interna recarregável com autonomia de pelo menos cinco dias de uso; Alimentação elétrica 220 V / 60 Hz.				
48	Cama, material: madeira, tipo: box/solteiro, comprimento: 1,90m, largura: 0,90 m. descrição complementar: cor branca, c/ colchão molas ensacadas,	6	Und	R\$ 982,15	R\$ 5.892,90



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal da Saúde

	colchão med.: 0,88 cm x 1,88 cm x 0,22 cm e sommier med. 0,88 cm x 1,88 cm x 0,22 cm, c/ respiro lateral.				
49	Maca Clínica - Maca Clínica Material: Aço Carbono, Tipo: Sistema Hidráulico, Pannel Controle Ajuste Digital, Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi, Acabamento Das Rodas: Roda De Borracha, Componentes: C/ Suporte Soro E Cilindro O2, Cinto De Segurança, Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis	3	Und	R\$ 1.476,11	R\$ 4.428,33
50	Mesa De Exames: Estrutura Com Armário /Material De Confecção Madeira-Mdf: Mesa De Exames Clínicos Estrutura Tubular Redondo Aço Pintado Com Bordas De Pvc, Leito Acolchoado, Sistema De Articulação Da Cabeceira Através De Cremalheiras, Com Armário Embutido - Mesa De Exames: Estrutura Com Armário /Material De Confecção Madeira-Mdf: Mesa De Exames Clínicos Estrutura Tubular Redondo Aço Pintado Com Bordas De Pvc, Leito Acolchoado, Sistema De Articulação Da Cabeceira Através De Cremalheiras, Com Armário Embutido Mínimo 03 Gavetas Fabricadas Em Mdf Com Puxadores, Mínimo 02 Compartimentos Com Porta Material De Confecção Madeira-Mdf, Medidas Aproximadas: +/- Alt. 80Cm X Comp. +/- 1,80M X Larg. +/- 60Cm.Mesa De Exames: Estrutura Com Armário /Material De Confecção Madeira-Mdf: Mesa De Exames Clínicos Estrutura Tubular Redondo Aço Pintado Com Bordas De Pvc, Leito Acolchoado, Sistema De Articulação Da Cabeceira Através De Cremalheiras, Com Armário Embutido	1	Und	R\$ 3.566,05	R\$ 3.566,05



	Mínimo 03 Gavetas Fabricadas Em Mdf Com Puxadores, Mínimo 02 Compartimentos Com Porta Material De Confeção Madeira-Mdf, Medidas Aproximadas: +/- Alt. 80Cm X Comp. +/- 1,80M X Larg. +/- 60Cm.				
51	Carro Transporte De Roupa Suja ou limpa - Capacidade Mínima De 330 Litros, Confeccionado Em Fibra De Vidro Ou Polietileno Com Tratamento De Proteção Uv De Alta Resistência E Durabilidade. Cor: Branco. Deve Ter Alça De Apoio E Direcionamento Confeccionado Em Aço Ou Mesmo Material Que O Carro, Cantos Arredondados, Sendo Liso Interna E Externamente, Com Tampa De Mesmo Material E Dobradiças E Parafusos Em Inox Resistentes A Sabão E Detergentes. Deve Possuir Dreno Para Escoamento De Líquidos. Deve Possuir Roda Inflável - Sendo Dois Fixos E Dois Giratórios. Capacidade Mínima De 330 Litros, Com Medidas Aproximadas De 900 X 600 X 610 Mm.	10	Unidade	R\$ 1.933,00	R\$ 19.330,00



52	Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada de no mínimo até 90cmH2O e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; Ajuste do fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo de 2 a no	5	Unidade		
				R\$ 110.375,00	R\$ 551.875,00



mínimo 50 l/min; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen ou botão rotacional para ajuste de programação dos parâmetros: Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e proximal ou distal para pacientes pediátricos e adultos; Principais parâmetros monitorados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, PEEP total, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I:E, pico de fluxo inspiratório, volume minuto expirado, constante de tempo expiratório, índice de stress e volume expiratório. Cálculos automáticos de mecânica: resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e fluxo/pressão; apresentação de gráficos com as tendências. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado OU EXTERNO ao equipamento sem				
--	--	--	--	--



	alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Compatível com protocolo de comunicação HL7. Software em Língua Portuguesa. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.				
53	SERRA DE GESSO: elétrica trabalhando a aproximadamente 18000 oscilações por minuto, motor elétrico alimentação 110/220 180w inclui garantia de 01 ano manual de operação e serviço treinamento. Registro ANVISA e Certificado INMETRO.	3	Unidade	R\$ 2.199,90	R\$ 6.599,70
54	Circuito respiratório adulto, completo, compatível com uso em ventilador pulmonar contemplado no certame, contendo traqueia de silicone autoclavável, corrugada externamente e lisos internamente, sensores e conectores próprios. Embalagem com dados de identificação do produto, nome do fabricante e registro no Ministério da	3	Unidade	R\$ 333,50	R\$ 1.000,50



	Saúde.				
55	Circuito respiratório pediátrico, completo, compatível com uso em ventilador pulmonar contemplado no certame, contendo traqueia de silicone autoclavável, corrugada externamente e lisos internamente, sensores e conectores próprios. Embalagem com dados de identificação do produto, nome do fabricante e registro no Ministério da Saúde	3	Unidade	R\$ 333,50	R\$ 1.000,50
56	Suporte saco hamper, material: aço inoxidável, acabamento: polido, diâmetro:53 cm, altura:85 cm, características adicionais: com rodízios e saco em courvin, aplicação: transporte roupas sujas, suporte saco hamper, material: aço inoxidável, acabamento: tubos redondos, com 4 rodízios, diâmetro: 50 cm, altura:80,5 cm, características adicionais: com saco de lona lavável preso por cadarço, suporte saco hamper, material: tubo aço inox de 1", acabamento: polido, diâmetro:50 cm, altura:80 cm, características adicionais: com tripé 3 rodízios fundo e tampa de alumínio, suporte saco hamper, material: aço inoxidável, acabamento: polido, altura:80 cm, características adicionais: com tripé 3 rodízios fundo e tampa de alumínio.	20	Unidade	R\$ 262,67	R\$ 5.253,40
57	Seladora embalagem, material aço inoxidável, voltagem 110/220 v, funcionamento manual, aplicação para embalagem de esterilização, características adicionais com controle de temperatura e suporte para bobina, seladora embalagem, material polipropileno, voltagem 110/220 v, funcionamento manual,	3	Unidade	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00



	aplicação vedação envelope de esterilização em autoclave, características adicionais controlador tempo de solda, selagem de 30 cm				
58	Caixa plástica, material polipropileno alta densidade, comprimento 18 cm, largura 10,5 cm, altura 7,5 cm, aplicação organizador materiais, cor preta ou azul, características adicionais trava lateral, tipo bin, modelo número 3, item 02 - bins médio (34x22x18 cm) caixa plástica, material polipropileno alta densidade, comprimento 34, largura 22, altura 18, cor preta, características adicionais trava lateral, tipo bin, modelo número 07.	150	Unidade	R\$ 5,18	R\$ 777,00
59	Rádio transceptor, tipo comunicador digital portátil, potência transmissão 1 w, frequência operação 900 mhz, operação controle de bandas (902-907 mhz), acessórios bateria lítion-ion, carregador bateria 110 v, características adicionais visor luminoso capacidade mínima de 12 horas, fonte alimentação bateria recarregável.	6	Unidade	R\$ 2.271,25	R\$ 13.627,50
60	Cortina, material vinil, altura 2,80 m, cor azul ou verde claro, características adicionais com acabamento e acessórios de fixação, aplicação uso hospitalar.	100	Unidade	R\$ 149,99	R\$ 14.999,00
61	Material para VNI - cpap bipap, tipo 1 máscara facial total, material polímero, tipo borda coxim silicone, característica adicional sem fenda exala tória, tamanho Adulto G, M ou P, tipo conector padrão, tipo fixação fixador ajustável, apresentação conjunto completo.	6	Unidade	R\$ 921,00	R\$ 5.526,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal da Saúde

62	Material para VNI - cpap bipap, tipo 1 máscara facial total, material polímero, tipo borda coxim silicone, característica adicional sem fenda exalatória, tamanho Infantil G, M ou P, tipo conector padrão, tipo fixação fixador ajustável, apresentação conjunto completo.	6	Unidade	R\$ 921,00	R\$ 5.526,00
63	Mesa auxiliar hospitalar, material estrutura aço inoxidável, material tampo e prateleira aço inoxidável, comprimento tampo 80 cm, largura tampo 40 cm, altura 80 cm, características adicionais pés com rodízios.	20	Unidade	R\$ 442,50	R\$ 8.850,00
64	Conector respiratório, tipo reto com espaçador "MDI" e entrada para aerossol na ventilação. Seta indicando a direção do spray de medicação. Compatível com a maioria dos frascos de MDI padrão. Tampa em silicone à prova de vazamentos ou entrada de poeira.	100	Unidade	R\$ 27,65	R\$ 2.765,00
65	Maca de resgate, material alumínio tubular, tipo ambulância, tamanho adulto, largura cerca de 0,60 m, altura cerca de 0,80 m, capacidade de carga até 200 kg, componentes 01 cinto imobilizador para cabeça e 2 cintos imobilizadores para o corpo, características adicionais sistema retrátil, características adicionais 01 cabeceira regulável por cremalheira, acabamento rodas roda termoplástica, rodas 4 rodízios de 6", freio nos 4 rodízios.	6	Unidade	R\$ 2.373,33	R\$ 14.239,98
66	Banco giratório tipo "Mocho", material aço inoxidável, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo de assento giratório e altura regulável, diâmetro cerca de 35 cm de diâmetro, tipo de pés fixo com ponteira de borracha.	20	Unidade	R\$ 336,00	R\$ 6.720,00



67	Válvula uso médico, tipo: reguladora de pressão com fluxômetro, aplicação: rede de ar comprimido, pressão: 0 a 10 kg cm ² , características adicionais: com manômetro; conexão 1/4"; vazão: 1000lmin.	25	Unidade	R\$ 315,00	R\$ 7.875,00
68	Válvula uso médico, tipo: reguladora de pressão com fluxômetro, aplicação: rede a vácuo, pressão: 0 a 10 kg cm ² , características adicionais: com manômetro; conexão 1/4"; vazão: 1000lmin.	25	Unidade	R\$ 315,00	R\$ 7.875,00
69	Colchão uso hospitalar, material espuma flexível poliuretano, revestimento com capa não removível, totalmente impermeável, densidade cerca de d-28 a d-33 kg m ³ , característica adicional tripartido.	20	Unidade	R\$ 181,70	R\$ 3.634,00

4. DA GARANTIA:

4.1 Notadamente, além da efetiva entrega e disponibilização dos equipamentos eventualmente adquiridos, atribui-se à fornecedora a obrigação de fornecer garantia mínima de 90 (noventa) dias contra quaisquer defeitos ou mau funcionamento.

5. LOCAL DE ENTREGA:

5.1 Os Equipamentos deverão ser entregue no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Santa Rita/RS, que fica localizada na Rua Lourenço Zaccaro, 1193, centro, Nova Santa Rita/RS.

5.1 O local poderá ser alterado conforme necessidade da contratante.

6. DA VIGÊNCIA DA ATA:

6.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços a contar da assinatura será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses a contar da data de sua assinatura.

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.1 Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, pela qual a licitante comprove ter fornecido objeto compatível em características, quantidades e prazos, com objeto da licitação relativamente ao qual concorre.

7.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA;

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de



documentos de eleição de seus administradores. A apresentação do contrato social consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, substitui a apresentação das alterações;

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

c) O licitante que, durante a fase de apresentação de proposta e/ou fase de lances, usufruiu dos benefícios concedidos pela LC 123/2006 (ME/EPP) deverá, ainda, apresentar os seguintes documentos:

d) Documento legal que comprove o efetivo enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devidamente registrado pelo órgão competente;

7.3 HABILITAÇÃO ECONÔMICA;

a) Certidão negativa de matéria falimentar, expedida pelo distribuidor da sede do licitante ou Certidão Judicial Cível Negativa, da Justiça Estadual, em plena validade;

7.4 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) Certificado de Regularidade de Situação (FGTS-CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

e) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

f) Da habilitação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar 123/2006:

g) As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão enviar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, social e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição;

h) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

i) A não-regularização da documentação no prazo previsto na alínea “a” deste subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação;

08. OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA CONTRATADA:



8.1 Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.2 As empresas deverão entregar os produtos, dentro de um prazo máximo de 15 dias, posterior ao envio de nota de empenho pela secretaria municipal;

8.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.4 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) o objeto com avarias ou defeitos;

8.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.6 Manter, durante toda a execução dos serviços em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

09. PREFERÊNCIA ME/EPP:

9.1 Aplica-se à licitação o critério de preferência ME/EPP, conforme as disposições constantes nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

10. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO

10.1 Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio conforme disposto no art. 15 da Lei 14.133/2021.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1 SECRETARIA SMS

11.1 Ação: 2149 - Manutenção Farmácia Municipal Funcional: 0010.0303.0701

840 34490520000000000000 - Equipamentos e material 06000040

841 34490520000000000000 - Equipamentos e material 06214050

10.2 Ação: 2154 - Manutenção do Caps Funcional: 0010.0303.0701

920 34490520000000000000 - Equipamentos e material 06000040

10.3 Ação: 2155 - Manutenção Centro de Especialidades Funcional: 0010.0303.0701

946 34490520000000000000 - Equipamentos e material 06000040

10.4 Ação: 2159 - Manutenção do Pronto Atendimento - Pa Funcional: 0010.0303.0701

1007 34490520000000000000 - Equipamentos e material 06000040

12. PAGAMENTO:

12.1 O pagamento será por item efetivamente entregue, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, pela Secretaria Municipal de Finanças Públicas (SMFP) para liquidação da despesa, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura discriminada, devidamente atestada por servidor especialmente designado para recebimento dos Equipamentos e materiais.



12.2 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Fatura ou Nota Fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da empresa fornecedora dos produtos, importara em prorrogação automática do prazo de vencimento, devendo ser o mesmo contado a partir da correção por parte da empresa contratada.

13. FISCALIZAÇÃO DA ATA

13.1 A gestão da Ata de registro de preços será realizada pelo servidor Brayan Willian de Freitas Matrícula 500979-2 e a fiscalização pelo servidor Murilo Freitas Lima, matrícula nº5009128-1.

13.2 A gestão e fiscalização do contrato ocorrerão de acordo com as diretrizes previstas, respectivamente, no decreto Municipal nº03/2024.

14. ANEXOS

14.1 Estudo técnico Preliminar

14.2 Planilha de preço médio

14.3 Orçamentos (Banco de Preços)

Nova Santa Rita, 22 de maio de 2024.

Brayan Willian de Freitas
Responsável pela gestão da Ata

Murilo Freitas Lima
Responsável pela Fiscalização da Ata

Clóvis José Schmitz
Secretário Municipal de Saúde