



RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO (2) 005/2024

Processo nº: 5602/2024

Pregão nº: 005/2024

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos Médicos, Odontológicos, Ambulatoriais e de Reabilitação Física para a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Santa Rita/RS.

Cuida o presente sobre resposta a pedido de impugnação, tempestivamente encaminhada por empresa interessada em participar da supracitada licitação.

No mérito alega que o Edital possui irregularidades no descritivo do **item 47 – Mesa Cirúrgica**, relacionadas ao sistema de movimentações, bem como nos limites estabelecidos para angulações e altura, que podem resultar em restrições desnecessárias, limitando a participação de empresas qualificadas.

Este é o relatório:

O pedido de impugnação foi encaminhado à secretaria requisitante do objeto, que após análise técnica, se manifestou através do Memorando nº 128/2024/SMS/GS, de 12 de junho de 2024, acolhendo o pedido de alteração, conforme abaixo:

“Perante a fundamentação apresentada, revolve alterar de: “MESA CIRÚRGICA ELETRO-HIDRÁULICO” para “**MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA**”, paralelamente com alteração de descritivo, seguindo pesquisa realizada na Plataforma SIGEM, do Ministério da Saúde, qual seja:

Equipamento: Mesa Cirúrgica Elétrica

DESCRIPTIVO SUGERIDO: “Mesa cirúrgica elétrica, para procedimentos cirúrgicos. Características técnicas mínimas: Base fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável ou material superior. Base móvel com rodízios de no mínimo 3 e no máximo 5 polegadas dotada de sistema de movimentação, fixação e freios motorizados acionados através do painel de controle. Coluna fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável AISI 304 ou material superior. Chassis: fabricado em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, com sistema que proporcione a blindagem contra líquidos das partes internas. Leito articulável, radio transparente, dividido no mínimo em 05 seções (cabeça, dorso, assento, renal e perneira retráteis). Régua em aço inoxidável para colocação de acessórios. Capacidade de carga mínima de 220 kg na posição zero. Movimentos motorizados: regulagem de altura a partir de 760 mm ou menor com curso de no mínimo 200mm de elevação, trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, reverso do trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, lateralidade nas angulações mínimas de 0 a 18 graus, deslocamento longitudinal na faixa mínima de +/-300mm para cada lado e dorso. Os movimentos motorizados deverão ser acionados por painel de controle localizado na coluna da mesa e via controle remoto com cabo espiralado de no mínimo 2m de comprimento. Deve permitir no mínimo as seguintes posições: Renal; semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; semissentado e sentado. Acessórios mínimos que acompanham o equipamento: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço, 01 par de porta coxa, 01 par de suportes laterais, 01 par de ombreiras, 01 jogo de colchonete injetado em





Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Compras Públicas

Poliuretano, leve e de fácil manipulação, impermeável sem nenhum tipo de costura ou revestimento, biocompatível, não irritante e não alérgico. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Registro no Ministério da Saúde, Certificados NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-46.”

Informo que, a alteração aqui proposta pela secretaria requisitante do objeto não é restritiva, no entanto devido o pregão encontrar-se “SUSPENSO” devolve-se integralmente o prazo para a realização do certame, para que os interessados possam reformular as suas propostas para o item 47.

A sessão pública fica reagendada para o dia **26/06/2024 às 9:30 horas.**

Sem mais, subscrevo-me

Nova Santa Rita, 13 de junho de 2024.

João Alberto Eliseu da Silva
Pregoeiro

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 15:36 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p666b3c20ad64e>.
POR JOAO ALBERTO ELISEU DA SILVA EM 13/06/2024 15:36

