

ITEM: FRALDA ADULTO TAMANHO M**MARCA/MODELO: GOLD FRAL - EMPRESA SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO**

REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
DESCRIPTIVO COMPLETO	16777 - FRALDA ADULTO TAMANHO M ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA/FECAL MODERADA E/OU SEVERA, POLÍMERO DE ABSORÇÃO DISTRIBUÍDO PELA FRALDA, GEL ABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTOS, ELÁSTICOS PARA AUXILIAR NO AJUSTE E CONTROLE DO VAZAMENTO (MÍNIMO 2 ELÁSTICOS POR FRALDA NA REGIÃO DE CONTATO COM AS PERNAS); FITAS ADESIVAS REAJUSTÁVEIS; PRODUTO HIPOALERGÊNICO E COM ALOE VERA; COM INDICADOR DE UMIDADE; SEM PERFUME, COM INIBIDOR/NEUTRALIZADOR DE ODORES. QUANTO AO MATERIAL DE ABSORÇÃO, QUANDO MOLHADO DEVE MANTER-SE COESO. PESO POR FRALDA: ACIMA DE 80 GRAMAS. MÁXIMO DE 30 UNIDADES POR PACOTE.		X	Em parte cumpre o descritivo.
FITAS ADESIVAS (fixação, possibilidade de reposicionamento)	fitas adesivas reajustáveis	X		Fitas com boa fixação.
FORMATO ANATÔMICO	formato anatômico recomendado para os casos de incontinência urinária/fecal	X		

(permite ajuste adequado, proporciona conforto e segurança)	moderada e/ou severa			
ELÁSTICOS (permitem ajuste sem apertar as pernas, evitam vazamentos)	elásticos para auxiliar no ajuste e controle do vazamento (mínimo 2 elásticos por fralda na região de contato com as pernas)	X		Possui 3 elásticos nas pernas.
COBERTURA INTERNA (macia; com barreiras antivazamento; gel com capacidade para grande absorção, sem formação de acúmulos e/ou grumos)	polímero de absorção distribuído pela fralda, gel absorvente, barreiras protetoras antivazamentos		X	Foi realizado teste com 500ml de água, fralda demorou para absorver todo o líquido, mantendo a fralda molhada.
DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE FLUIDOS (sem formação de acúmulos)	Quanto ao material de absorção, quando molhado deve manter-se coeso		X	Não apresentou acúmulos, porém o gel se soltou da fralda.
RETENÇÃO DE UMIDADE (mantém o paciente seco)	com indicador de umidade		X	Foi realizado teste com 500ml de água, fralda demorou para absorver todo o líquido, mantendo a fralda molhada. Não possui indicador de umidade.
AUSÊNCIA DE REAÇÕES DÉRMICAS	produto hipoalergênico e com aloe vera; produto hipoalergênico e com aloe vera		X	Não consta Aloe Vera na composição da fralda.
PESO			X	53g
A MANTA DEVERÁ COBRIR NO MÍNIMO 70% DO COMPRIMENTO (GANCHO) DA FRALDA;	A manta deverá cobrir no mínimo 70% do comprimento (gancho) da fralda;	X		Cumre com o descritivo (cobre 74% do comprimento (gancho) da fralda)

São Marcos, 02 de julho de 2024.

Equipe Técnica Avaliadora:

A análise foi realizada em duas etapas: a primeira, realizada pela equipe técnica na qual avaliou-se os itens descritos acima; no segundo momento, foram distribuídas amostras aos pacientes afim de verificar a qualidade do produto. Após as análises realizadas, concluímos que as fraldas não atendem todo o descritivo do edital.

Cristine Fátima Rizzon

Cristine Fátima Rizzon
Farmacêutica
CRF/RS 549981

Muxestilho

Muxestilho
Farmacêutica
CRF/RS 549981