



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
Estado do Rio Grande do Sul
SEMSAD – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – São Leopoldo
(51) 3526-6000 secretariadesaude@saoleopoldo.rs.gov.br

Memorando nº 1678

São Leopoldo, 08 de outubro de 2024.

De: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAD

Para: Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SECOL

Assunto: Análise Preliminar de Qualificação Técnica - PE Nº 10014/2024

Prezada Pregoeira,

Ao cumprimentá-la cordialmente, e em resposta aos e-mails

Conforme avaliação preliminar dos documentos de qualificação técnica, referentes ao Edital de Licitação PE 10014/2024, e conforme declarado em email pela empresa Pietra Odonto Importação e Distribuidora Eireli, licitante vencedora do lote 22 (Ultrassom/Jato de bicarbonato), o equipamento ofertado pela empresa no lote 22 não possui aquecimento no reservatório, em desacordo com o solicitado no edital. Portanto, a marca Kondentech, ofertada pela licitante vencedora, não atende a especificação do edital.

Verificamos as marcas ofertadas pelas licitantes classificadas subsequentes:


- A 2ª classificada ofertou a marca ALT - Jet Ceramic que também não possui aquecimento no reservatório, portanto não atende a especificação.
- A 3ª classificada também ofertou a marca Kondentech, que como já mencionado não atende a especificação.
- A 4ª classificada ofertou a marca Schuster - Jetlax Sonic Led que de acordo com avaliação preliminar está de acordo com o solicitado no edital.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para mais informações.

Atenciosamente,

PMSL-SEMSAD
KARINE SANTOS
COORD. DE SAÚDE BUCAL
CPO. 41157

Karine Santos
Coordenação de Saúde Bucal
odonto@saoleopoldo.rs.gov.br
2200-0720



São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil

Prefeitura de São Leopoldo
Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – CEP 93010-010
(51) 2200-0201