



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

Estado do Rio Grande do Sul

SEMSAD – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – São Leopoldo

(51) 3526-6000

secretariadesaude@saoleopoldo.rs.gov.br

Memorando Nº 1746/2024

São Leopoldo, 16 de outubro de 2024.

Para: SECOL

Assunto: Análise Técnica do PE nº 10015/2024 – Material Médico Hospitalar

Prezados,

Aproveitando a oportunidade para cordiais saudações, venho pelo presente, encaminhar análise técnica dos lotes referente ao Pregão Presencial 10015/2024, conforme segue:

LOTES: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 estão **HABILITADOS**, pois atendem as necessidades da atenção básica e estão em acordo com o descritivo técnico do Termo de Referência.

LOTE 2) AUTOCLAVE – ANULAR O LOTE.

O modelo ofertado não atende a necessidade das unidades básicas. A autoclave deverá ter no mínimo 21 litros. Faremos nova Licitação com aprimoramento do descritivo.

LOTE 6) BALDE LIXEIRA. ANULAR O LOTE

O modelo apresentado no catálogo não atende as exigências sanitárias. Faremos novo processo com adequações ao descritivo do item;

LOTE 7) BIOMBO - INABILITADO

O modelo apresentado no catálogo, fala em aço-carbono, diferente do descritivo técnico que pede aço inoxidável;

LOTE 30) FOTÓFORO – INABILITADO

O Catálogo fala em 30.000lux, e o descritivo pede com 50.000lux



Eliandro Batista Martins dos Santos
Gestor da Ata



Paula Suséli Silva de Bearzi
Secretária Municipal de Saúde



São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil