

ITENS	DESCRIÇÃO	ATENDE AO DESCRITIVO	OBSERVAÇÃO	RESULTADO
8	OXÍMETRO PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. LEITURA DE SPO2, FC E FORÇA DE PULSAÇÃO. PARA USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. SATURAÇÃO DE SPO2 DE 40-100%; FAIXA DE PULSO 30-220BPM (+/-2). COM BAIXO TEMPO DE RESPOSTA.DISPLAY EM LED PAINEL FRONTAL COM TECLAS QUE MUDAM AS FUNÇÕES, ILUMINADOR DE TELA, DESLIGAR ALARME SONORO, LIGA/DESLIGA. FUNCIONA COM 4 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS. DEVERÁ SER EFICAZ EM CONDIÇÕES DE MONITORAMENTOS DIFÍCEIS COMO BAIXA PERFUSÃO. PODERÁ SER USADO QUANDO ESTIVER CONECTADO NA FONTE ELÉTRICA PARA RECARGA. ACOMPANHAM ACESSÓRIOS: 01 SENSOR ADULTO DE GRAMPO (CLIP) REUTILIZÁVEL; 01 SENSOR PEDIÁTRICO DE GRAMPO (CLIP) OU COM CLIP DE ORELHA REUTILIZÁVEL; 01 SENSOR NEONATAL REUTILIZÁVEL; 04 BATERIAS NIMH RECARREGÁVEIS; 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE; 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT E01 MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. OS SENSORES DEVEM SER ORIGINAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E 04 MESES PARA OS SENSORES; CERTIFICADO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA. OXÍMETRO PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL - LEITURA DE SPO2, FC E FORÇA DE PULSAÇÃO. PARA USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. SATURAÇÃO DE SPO2 DE 40-100%; FAIXA DE PULSO 30-220BPM (+/-2). COM BAIXO TEMPO DE RESPOSTA.DISPLAY EM LED . PAINEL FRONTAL COM TECLAS QUE MUDAM AS FUNÇÕES, ILUMINADOR DE TELA, DESLIGAR ALARME SONORO, LIGA/DESLIGA. FUNCIONA COM 4 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS. DEVERÁ SER EFICAZ EM CONDIÇÕES DE MONITORAMENTOS DIFÍCEIS COMO BAIXA PERFUSÃO. PODERÁ SER USADO QUANDO ESTIVER CONECTADO NA FONTE ELÉTRICA PARA RECARGA. ACOMPANHAM ACESSÓRIOS: 01 SENSOR ADULTO DE GRAMPO (CLIP) REUTILIZÁVEL; 01 SENSOR PEDIÁTRICO DE GRAMPO (CLIP) OU COM CLIP DE ORELHA REUTILIZÁVEL; 01 SENSOR NEONATAL REUTILIZÁVEL; 04 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS; 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE; 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT E01 MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. OS SENSORES DEVEM SER ORIGINAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E 04 MESES PARA OS SENSORES; CERTIFICADO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	sim	-Documentos relativos ao item 6.1.4 do edital ok	aprovado
10	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA - PARA USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL - SATURAÇÃO DE SPO2 DE 30% A, NO MÍNIMO, 99%, FAIXA DE PULSO MÍNIMA ENTRE 20 E 30 E MÁXIMA ENTRE 250 E 254 BPM (+OU-2). COM BAIXO TEMPO DE RESPOSTA. INDICA: AMPLITUDE DE PULSO EM FORMAS ONDA PLESTIMOGRÁFICA. TELA DE LCD COM 03 DÍGITOS PARA SATURAÇÃO E FREQUÊNCIA DE PULSO. PAINEL FRONTAL COM TECLAS QUE MUDAM AS FUNÇÕES, ILUMINADOR DE TELA, DESLIGAR ALARME SONORO, LIGA/DESLIGA. DEVE POSSUIR ALARMES SONOROS E VISUAIS DE MÁXIMO E MÍNIMO DE SPO2 E FC, INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA. DEVERÁ SER EFICAZ EM CONDIÇÕES DE MONITORAMENTOS DIFÍCEIS COMO BAIXA PERFUSÃO. OPERA EM REDE ELÉTRICA 220V OU BIVOLT, POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL ENQUANTO O EQUIPAMENTO ESTÁ LIGADO NA CORRENTE ELÉTRICA. ACOMPANHAM ACESSÓRIOS: 01 SENSOR ADULTO, DE GRAMPO (CLIP) REUTILIZÁVEL, 01 SENSOR PEDIÁTRICO, DE GRAMPO (CLIP) OU COM CLIP DE ORELHA, REUTILIZÁVEL, 01 SENSOR NEONATAL REUTILIZÁVEL; CAPA DE PROTEÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. OS SENSORES DEVEM SER ORIGINAIS. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E 04 MESES PARA OS SENSORES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO; CERTIFICADO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA	Parcialmente, ele não é fixo de mesa	- Não apresentou o documento da empresa relativa ao item 6.1.4 do edital	ACIONAR PRÓXIMO COLOCADO
12	OTOSCÓPIO - COM ILUMINAÇÃO POR LUZ XHL XENON HALÓGENA 2,5 V COM LENTE GIRATÓRIA E COM AUMENTO DE 3X. FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS, DEVE PERMITIR VISÃO INTEGRADA COM GIRO PARA OS LADOS. CABO EM CROMO E PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE ANTI IMPACTO COM SUPERFÍCIE ESTRIADA. ACOMPANHA NO MÍNIMO 10 ESPÉCULOS QUE SE ACOPLAM DE FORMA SEGURA AO EQUIPAMENTO, COM BORDAS ARREDONDADAS SEM REBARBAS E UNIFORMES EM TODA SUA	sim	- Não apresentou o documento da empresa relativa ao item 6.1.4 do edital	Aprovado após apresentar documentos

	EXTENSÃO. TAMANHO DOS ESPÉCULOS: 03 ADULTO E 05 PEDIÁTRICO. ACONDICIONADO EM ESTOJO. DEVERÁ VIR GRAVADO AS INICIAIS SMSBG. EXCLUSIVO ME/EPP			
17	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL. DISPLAY EM LCD. FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM. ALIMENTAÇÃO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM DETECÇÃO. CARREGADOR PARA BATERIA UTILIZA REDE ELÉTRICA BIVOLT OU 220 V. GABINETE E TRANSDUTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS. ALARME DE BRADICARDIA, TAQUICARDIA E BATERIA FRACA. CONTROLE DE VOLUME. ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR. GARANTIA: 2 ANOS. EXCLUSIVO ME/EP	Não. O descritivo pede que seja recarregável e que venha com o carregador integrado ao equipamento.	- Não apresentou o documento da empresa relativa ao ítem 6.1.4 do edital	ACIONAR PRÓXIMO COLOCADO
24	CARDIOTOCÓGRAFO: EQUIPAMENTO PARA MONITORIZAÇÃO NÃO INVASIVA DE GESTAÇÃO ÚNICA E DE GEMELARES. FUNÇÃO DE MONITORAR E REGISTRAR A ATIVIDADE CARDÍACA FETAL, BEM COMO A MOVIMENTAÇÃO FETAL E CONTRAÇÕES UTERINAS. IMPRESSORA TÉRMICA INTERGRADA PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES. DISPLAY EM LCD, VISOR NUMÉRICO E GRÁFICO, PAINEL COM TECLAS DE MEMBRANAS. COM BATERIA RECARREGÁVEL E ALÇA DE TRANSPORTE. ACOMPANHA: CABO DE ENERGIA TRANSDUTOR DE ULTRASSON, CINTOS E ELETRODOS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME. (ACOMPANHA UM CONJUNTO DE CINTOS E ELETERODOS RESERVA). EXCLUSIVO ME/EPP	sim	- Não apresentou o documento da empresa relativa ao ítem 6.1.4 do edital	Aprovado após apresentar documentos
27	SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO, AUTOMÁTICA, CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, RESISTÊNCIA DA SELAGEM CONFORME NORMA ABNT 14.990-09; BIVOLT. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	Não atende ao descritivo	- Não apresentou o documento da empresa relativa ao ítem 6.1.4 do edital	ACIONAR PRÓXIMO COLOCADO
34	MESA DE EXAME CLÍNICO, COM LEITO ESTOFADO DE ESPUMA LÁTEX D28 E REVESTIDO COM COURVIN LAVÁVEL. GABINETE CONSTITUÍDO DE CHAPA DE AÇO CARBONO. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINAEPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. DOTADO DE 2 PORTAS E NO MÍNIMO 3 GAVETAS. PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL. DIMENSÕES PODENDO VARIAR NO MÁXIMO 10%, SENDO 0,64M X 1,85M X 0,80M (LARGURA X CUMPRIMENTO X ALTURA). EXCLUSIVO ME/EPP	Não atende ao descritivo	Documentos ok	ACIONAR PRÓXIMO COLOCADO