
Re: ENC: 3 PARECER TECNICO PREGAO ELETRONICO 0002/2024

De André Benedeti <andrerib@yahoo.com.br>

Data Qui, 31/10/2024 12:52

Para Pregao Cotipora <pregao@cotipora.rs.gov.br>

item 02.ULTRASSOM/JATO BICARBONATO, TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM 3 OPÇÕES PRORROGAVÉIS : P(PERIO), E(ENDO), E S(SCALLING), LED INDICATIVO NO PAINEL QUE FACILITA O ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DO APARELHO. RECIPIENTE PARA BICARBONATO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSPARENTE, 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR; REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. FÁCIL DE LIMPEZA DESINFECÇÃO. CAPACIDADE DE LIQUIDO RESERVATÓRIO, BOMBA PERIS EQUIPAMENTO DE CLASSE I, PARTE APLICADA DE TIPO B, PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA/MATERIAL PARTICULADO. Und 1 Pro-X / Bioscaler CB 82278259001 R\$ 4.700,00 R\$ 4.700,00.

TÁLTICA DE 1 LITRO. FREQUÊNCIA 30.000 HZ FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ. POTÊNCIA 60VA, PRESSÃO ENTRADA DE AR, COMPRIMENTO 80PSI, PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO,

O equipamento proposto pela empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA não atende a descrição do item 02 do pregão eletrônico nº0002/20224. Segundo os dados fornecidos no manual pela marca Pro-X, o produto não possui reservatório de água removível de 1l e sim de 500 ml.

Item 05.

SELADORA DE GRAU CIRURGICO CORPO EM

AÇO INOXIDAVEL, INDICADOR LUMINOSO

(ON/OFF) RESISTÊNCIAS ISOLADAS E AJSUTES

DE TEMPERATURA. BRAÇO DE SELAGEM

MANUAL E TRILHO DE CORTE DUPLO(CORTE

EM AMBOS SENTIDOS).MODO DE

OPERAÇÃO:CONTÍNUA, FREQUENCIA:50/60 Hz;

POTÊNCIA POR RESISTÊNCIA:250 W;

POTÊNCIA:570 VA; CORRENTE NORMAL: 4,5 A ;

FUSIVEIS:5 A; AREA DE SELAGEM: 260MM;

LARGURA DE SELAGEM: 10MM; SUPORTE PARA

ROLOS (COMPRIMENTO MÁXIMO): 275MM;

CARCAÇA EXTERNA: AÇO

INOXIDAVEL;TEMPERATURA (SISTEMA DE

AQUECIMENTO):0 A 300 °C- COM PROTETOR

CONTRA ALTAS TEMPERATURAS ATUANDO

ATÉ 220 °C.

O equipamento proposto não atende a descrição do equipamento descrito no pregão. Segundo descrição fornecida pela marca Cristófoli o corpo produto proposto não é revestido de inox além da potência ser inferior a 250W, no caso 180W.

André Ricardo Benedeti
Cirurgião-dentista CRO/RS9283.

Em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 09:06:52 BRT, Pregao Cotipora <pregao@cotipora.rs.gov.br> escreveu:

De: Pregao Cotipora

Enviado: quinta-feira, 31 de outubro de 2024 08:14

Para: Fernanda Langhammer (via Documentos Google) <langhammertogni@gmail.com>; Andre Benedeti <odonto@cotipora.rs.gov.br>

Assunto: 3 PARECER TECNICO PREGAO ELETRONICO 0002/2024

Bom dia, solicito parecer técnico a respeito das marcas subsequentemente vencedoras em cada item do pregão acima citado após a desclassificação das anteriormente colocadas nos itens informados.

Favor informar se atendem ao edital e se não atendem o porque?

Segue em anexo cópia das propostas vencedoras identificadas em cada item.

Favor encaminhar o parecer até as 14 horas do dia 31/10/2024.

Atenciosamente,
Célio Roberto Julhão
Pregoeiro
Prefeitura de Cotiporã/RS
Fone: (54) 3446 2800