
Re: 2 PARECER TECNICO PREGAO ELETRONICO 0002/2024

De André Benedeti <andrerichb@yahoo.com.br>

Data Qui, 31/10/2024 14:52

Para Pregao Cotipora <pregao@cotipora.rs.gov.br>

tem 01- FOTOPOLIMERIZADOR BLUESTAR 2 SEM FIO MICRODONT

APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO DISPLAY DIGITAL INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE CURA DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO INDISPENSÁVEL PARA MUITOS PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM E REFLETEM NA SAÚDE BUCAL DO PACIENTE.

PONTA DE FIBRA DE VIDRO AUTOCLAVÁVEL A 134°C COM GIRO DE 360°; POTÊNCIA MÁXIMA DE 1200MW; 3 MODOS DE OPERAÇÃO: POTÊNCIA CONSTANTE, PULSADO E RAMPA; SISTEMA INTELIGENTE CONTRA SOBRECARGA; BATERIA INTERNA FIXA DE 800MAH; PESO DA UNIDADE PRINCIPAL: 0,125KG; PESO APROXIMADO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 0,3 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE PRINCIPAL: 165X25MM (CILÍNDRICO). CONTROLE DO TEMPO DE APLICAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 5 A 20S.

MODELO: BLUESTAR 2

MARCA:MICRODONT

FABRICANTE: GUILIN REFINE MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

DETENTOR DO REGISTRO: 3 - R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ANVISA: 80676920068 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO I - BAIXO RISCO

Item 01:Parecer: As características do produto proposto não atendem aos requisitos da descrição do pregão em relação a potência máxima ser inferior a do descrição segundo o fabricante Microdont, no caso 1200mw/cm² contra 2300 mw/cm² do equipamento descrito no pregão e a bateria não ser de fácil remoção.

André Ricardo Benedeti
Cirurgião-Dentista
CRO/RS19283

Item 04

KID ACADÊMICO OFERTAMOS O Kit Acadêmico Odontológico Intra Maxi Plus tem acoplamento universal e cada peça tem sua função particular o que permite um trabalho mais organizado e uma vida útil maior das peças. Kit Acadêmico Odontológico Dentscler com caneta de alta rotação Necta Maxi Plus é composto por 4 peças: ● Caneta de alta rotação – 3 sprays com sistema push button e alto torque; ● Micro motor Intra – Sistema de acoplamento universal, desse modo, pode ser utilizado com diversas outras marcas de contra ângulos permitindo um giro livre das peças acopladas de 360°; ● Contra ângulo Intra – Sistema de acoplamento universal, desse modo, o mesmo pode ser utilizado com diversas outras marcas de micro motores com chave para travar e liberar as brocas; ● Peça Reta Intra – Sistema de acoplamento

universal, dessa forma, a mesma pode ser utilizada com diversas outras marcas de micro motores. Todas as peças são confeccionadas em alumínio anodizado, um material leve e de fácil assepsia e possuem refrigeração. Fabricado em liga de alumínio anodizado, assim também garante leveza e uma maior durabilidade. Calibrado e balanceado em máquina CNC de alta precisão, 100% autoclavável e desenvolvido com rolamento de cerâmica. Kit Acadêmico Odontológico acompanha de: Estojo para transporte e acondicionamento das peças; Mochila personalizada; • Óleo lubrificante em spray de 200 ml; Saca-brocas universal para alta rotação (somente quando o kit for composto por caneta com sistema saca brocas); Agulha para limpeza do spray Manual de instruções e certificado de garantia. VANTAGENS A vantagem de se adquirir um Kit Acadêmico Odontológico, é que trata-se de um kit com acoplamento universal e cada peça tem sua função particular, assim permite um trabalho mais organizado e uma vida útil maior das peças. Disponível nas cores prata, rosa e azul. GARANTIA Pensando no bem estar dos estudantes de odontologia, temos o programa Student Care que consiste em: – Garantia até o final do curso Revisão preventiva durante as férias; Gravação Registro Nº: 10328690022 Registro Nº: 10328690023 do nome das peças e na caixinha.

Parecer: As características do produto não atendem ao requisitos do pregão, segundo a descrição do fabricante Dentscler o equipamento de Alta Rotação não possui rolamento Cerâmico e as dimensões dos produtos diferem do equipamento descrito no pregão.

André Ricardo Benedeti
Cirurgião-Dentista
CRO/RS19283

Item 05

SELADORA DE GRAU CIRURGICO CORPO EM AÇO INOXIDAVEL, INDICADOR LUMINOSO (ON/OFF) RESISTÊNCIAS ISOLADAS E AJUSTES DE TEMPERATURA. BRAÇO DE SELAGEM MANUAL E TRILHO DE CORTE DUPLO(CORTE EM AMBOS SENTIDOS).MODO DE OPERAÇÃO:CONTÍNUA, FREQUENCIA:50/60 Hz; POTÊNCIA POR RESISTÊNCIA:250 W; POTÊNCIA:570 VA; CORRENTE NORMAL: 4,5 A ; FUSÍVEIS:5 A; AREA DE SELAGEM: 260MM; LARGURA DE SELAGEM: 10MM; SUPORTE PARA ROLOS (COMPRIMENTO MÁXIMO): 275MM; CARCAÇA EXTERNA: AÇO INOXIDAVEL;TEMPERATURA (SISTEMA DE AQUECIMENTO):0 A 300 °C- COM PROTETOR CONTRA ALTAS TEMPERATURAS ATUANDO ATÉ 220 °C. GARANTIA: CONFORME O EDITAL MARCA: CRISTÓFOLI MODELO: MESA 30 CM

Parecer item 05:

As características do produto não atendem ao requisitos do pregão, segundo a descrição fornecida do fabricante Cristofoli a seladora não possui o corpo revestida em aço inox e a potencia em wats é inferior a da descrita no pregão 180W.

André Ricardo Benedeti
Cirurgião-Dentista
CRO/RS19283

Item 06

SENSOR DIGITAL RX SENSOR RADIOGRAFIA DIGITAL TAMANHO 2, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS DE RAIOS X INTRAORIAS.IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL.CAPTURAR IMAGENS EM CERCA DE 5 SEGUNDOS. RECURSOS AVANÇADOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM.LICENÇAS ILIMITADAS DE SOFTWARE.VÁRIAS FERRAMENTAS DISPONÍVEIS PARA EDIÇÃO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA, INVERSÃO DE CORES, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CÍRCULOS, SELEÇÃO E RECORTE DE ÁREAS,MEDIÇÃO DE ÂNGULOS E SEGMENTOS, BARRA PARA LAUDOS/DIAGNÓSTICOS, ODONTOGRAMA E COMPARAÇÃO DE IMAGENS EM TELA CHEIA. VÁRIOS FORMATOS PARA SALVAR IMAGENS: TIFF, BITMAP, PNG, DIGOM E JPEG. EMISSÃO DE LAUDOS EM PDF., PRONTOS PARA COMPARTILHAR. ÁREA ATIVA: 26 X 36MM. CABO USB 2.0 COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, RESISTENTE E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FABRICA DE NO MINIMO 1 ANO. SCHUSTER / VIVANT DS2 /

Parecer item 06: O Equipamento atende os requisitos do pregão.

André Ricardo Benedeti
Cirurgião-Dentista
CRO/RS19283

Item 07 APARELHO DE LASERTERAPIA PORTÁTIL SEM FIO. COMPRIMENTO DE ONDA:660 MM(LASER VERMELHO) E 808 NM(LASER INFRATERMELHO). ÁREA DO FEIXE LASER DE SAÍDA DO BICO DA CANETA LASER: 3MM², EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUTOR (GaAlAsInGaAlP). ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,6 V/650Ma. AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 3 HORAS. TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60-120 MINUTOS. ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: ENTRADA: 100-220V/, SAÍDA:9V/1,2a. GARANTIA:2 ANOS PELO R\$ 3401,00 R\$ 3401,00 FABRICANTE(A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA). EMBALAGEM CONTENDO: 1 CANETA LASER DUO PORTATIL, 1 ÓCULOS ESCURO DE PROTEÇÃO PARA O PACIENTE E 1 ÓCULOS AZUL DE PROTEÇÃO PARA O PROFISSIONAL, QUE BARRA OS DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA VERMELHO E INFRATERMELHO, BASE CARREGADORA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MINIMO 1 ANO. MMO LASER DUO 80652769002.

Parecer: o equipamento proposto atende os requisitos do pregão.

André Ricardo Benedeti
Cirurgião-Dentista
CRO/RS19283

ITEM 09-CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO PORTÁTIL. POTENCIA: 650 WATTS;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLTAUTOMÁTICO; FREQUENCIA DEALIMENTAÇÃO:60 HZ;DIMENSÕES(ALTXLARGXPROF.)810MMX310X245MM; VÁCUO:AJUSTAVEL DE 800 MM À 1400MM DE01COLUNA DE ÁGUA; SUCÇÃO CONTINUADAÁGUA: ATÉ 6 L/MIN;VAZÃO DE AR:ATÉ 350 L/MIN; CAPACIDADE DORESERVATÓRIO: 6 LITROS; BÓIA DESEGURANÇA; SISTEMA QUEPROPORCIONA O DESLIGAMENTO DOEQUIPAMENTO EVITANDO OTRANSBORDAMENTO DOS EFLUENTESAO ATINGIR A CAPACIDADE MÁXIMA DORESERVATÓRIO, VELOCIDADE MÁXIMAMICROMOTOR ELÉTRICO: 40.000 RPM;ILUMINAÇÃO: ATRAVÉS DE FIBRA DELED INTERNA; TORQUE MÁXIMO DOMICROMOTOR: 3.1 N.CM; SISTEMA DEACOPLAMENTO DO MICROMOTOR:INTRA UNIVERSAL; SERINGA TRIPLICE:ACIONADA E ALIMENTADA POR MICROCOMPRESSOR INTERNO.BIOTRON.

Parecer Item 09: O equipamento proposto atente os requisitos do pregão.

André Ricardo Benedeti
Cirurgião-Dentista
CRO/RS19283

•

Em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 14:34:38 BRT, André Benedeti <andrericb@yahoo.com.br> escreveu:

Item 01- FOTOPOLIMERIZADOR BLUESTAR 2 SEM FIO MICRODONT

APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO DISPLAY DIGITAL INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE CURA DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO INDISPENSÁVEL PARA MUITOS PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM E REFLETEM NA SAÚDE BUCAL DO PACIENTE.

PONTA DE FIBRA DE VIDRO AUTOCLAVÁVEL A 134°C COM GIRO DE 360°; POTÊNCIA MÁXIMA DE 1200MW; 3 MODOS DE OPERAÇÃO: POTÊNCIA CONSTANTE, PULSADO E RAMPA; SISTEMA INTELIGENTE CONTRA SOBRECARGA; BATERIA INTERNA FIXA DE 800MAH; PESO DA UNIDADE PRINCIPAL: 0,125KG; PESO APROXIMADO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 0,3 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE PRINCIPAL: 165X25MM (CILÍNDRICO). CONTROLE DO TEMPO DE APLICAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 5 A 20S.

.....

MODELO: BLUESTAR 2

MARCA:MICRODONT

FABRICANTE: GUILIN REFINE MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA, REPUBLICA

POPULAR

DETENTOR DO REGISTRO: 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ANVISA: 80676920068 CLASSIFICACAO DE RISCO I - BAIXO RISCO

Item 01:Parecer: As características do produto proposto não atendem aos requisitos da descrição do pregão em relação a potência máxima ser inferior a do descrição segundo o fabricante Microdont, no caso 1200mw/cm² contra 25000 mw/cm².

Item 04

KID ACADÊMICO OFERTAMOS O Kit Acadêmico Odontológico Intra Maxi Plus tem acoplamento universal e cada peça tem sua função particular o que permite um trabalho mais organizado e uma vida útil maior das peças. Kit Acadêmico Odontológico Dentscler com caneta de alta rotação Necta Maxi Plus é composto por 4 peças: ● Caneta de alta rotação – 3 sprays com sistema push button e alto torque; ● Micro motor Intra – Sistema de acoplamento universal, desse modo, pode ser utilizado com diversas outras marcas de contra ângulos permitindo um giro livre das peças acopladas de 360°; ● Contra ângulo Intra – Sistema de acoplamento universal, desse modo, o mesmo pode ser utilizado com diversas outras marcas de micro motores com chave para travar e liberar as brocas; ● Peça Reta Intra – Sistema de acoplamento universal, dessa forma, a mesma pode ser utilizada com diversas outras marcas de micro motores. Todas as peças são confeccionadas em alumínio anodizado, um material leve e de fácil assepsia e possuem refrigeração. Fabricado em liga de alumínio anodizado, assim também garante leveza e uma maior durabilidade. Calibrado e balanceado em máquina CNC de alta precisão, 100% autoclavável e desenvolvido com rolamento de cerâmica. Kit Acadêmico Odontológico acompanha de: Estojo para transporte e acondicionamento das peças; Mochila personalizada; ● Óleo lubrificante em spray de 200 ml; Saca-brocas universal para alta rotação (somente quando o kit for composto por caneta com sistema saca brocas); Agulha para limpeza do spray Manual de instruções e certificado de garantia. VANTAGENS A vantagem de se adquirir um Kit Acadêmico Odontológico, é que trata-se de um kit com acoplamento universal e cada peça tem sua função particular, assim permite um trabalho mais organizado e uma vida útil maior das peças. Disponível nas cores prata, rosa e azul. GARANTIA Pensando no bem estar dos estudantes de odontologia, temos o programa Student Care que consiste em: – Garantia até o final do curso Revisão preventiva durante as férias; Gravação Registro Nº: 10328690022 Registro Nº: 10328690023 do nome das peças e na caixinha.

Parecer: As características do produto não atendem aos requisitos do pregão, segundo a descrição do fabricante Dentscler o Alta rotação não possui rolamento Cerâmico e as dimensões dos produtos diferem do equipamento descrito no pregão.

André Ricardo Benedeti
Cirurgião-Dentista
CRO/RS19283

Item 05

SELADORA DE GRAU CIRURGICO CORPO EM AÇO INOXIDAVEL, INDICADOR LUMINOSO (ON/OFF) RESISTÊNCIAS ISOLADAS E AJUSTES DE TEMPERATURA. BRAÇO DE SELAGEM MANUAL E TRILHO DE CORTE DUPLO(CORTE EM AMBOS SENTIDOS).MODO DE OPERAÇÃO:CONTÍNUA, FREQUENCIA:50/60 Hz; POTÊNCIA POR RESISTÊNCIA:250 W; POTÊNCIA:570 VA; CORRENTE NORMAL: 4,5 A ; FUSÍVEIS:5 A; ÁREA DE SELAGEM: 260MM; LARGURA DE SELAGEM: 10MM; SUPORTE PARA ROLOS (COMPRIMENTO MÁXIMO): 275MM; CARCAÇA EXTERNA: AÇO INOXIDAVEL;TEMPERATURA (SISTEMA DE AQUECIMENTO):0 A 300 °C- COM PROTETOR CONTRA ALTAS TEMPERATURAS ATUANDO ATÉ 220 °C. GARANTIA: CONFORME O EDITAL MARCA: CRISTÓFOLI MODELO: MESA 30 CM

Parecer item 05:

As características do produto não atendem aos requisitos do pregão, segundo a descrição fornecida do fabricante Cristofoli a seladora não possui o corpo revestida em aço inox e a potencia em wats é inferior a da descrita no pregão 180W.

André Ricardo Benedeti
Cirurgião-Dentista
CRO/RS19283

Item 06

SENSOR DIGITAL RX SENSOR RADIOGRAFIA DIGITAL TAMANHO 2, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS DE RAIOS X INTRAORIAS.IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL.CAPTURAR IMAGENS EM CERCA DE 5 SEGUNDOS. RECURSOS AVANÇADOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM.LICENÇAS ILIMITADAS DE SOFTWARE.VARIAS FERRAMENTAS DISPONIVEIS PARA EDIÇÃO: ROTAÇÃO, ZOOM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E GAMA, INVERSÃO DE CORES, INSERÇÃO DE TEXTO, SETAS, CIRCULOS, SELEÇÃO E RECORTE DE AREAS,MEDIÇÃO DE ANGULOS E SEGMENTOS, BARRA PARA LAUDOS/DIAGNÓSTICOS, ODONTOGRAMA E COMPARAÇÃO DE IMAGENS EM TELA CHEIA. VÁRIOS FORMATOS PARA SALVAR IMAGENS: TIFF, BITMAP, PNG, DIGOM E JPEG. EMISSÃO DE LAUDOS EM PDF., PRONTOS PARA COMPARTILHAR. ÁREA ATIVA: 26 X 36MM. CABO USB 2.0 COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, RESISTENTE E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FABRICA DE NO MINIMO 1 ANO.
SCHUSTER /
VIVANT DS2 /
80354809009

Parecer item 06: O Equipamento atende os requisitos do pregão.

André Ricardo Benedeti
Cirurgião-Dentista
CRO/RS19283

Item 07 APARELHO DE LASERTERAPIA PORTÁTIL SEM FIO. COMPRIMENTO DE ONDA:660 MM(LASER VERMELHO) E 808 NM(LASER INFRAVERMELHO). ÁREA DO FEIXE LASER DE SAIDA DO BICO DA CANETA LASER: 3MM2, EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUTOR (GaA1AeInGaAlP). ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,6 V/650Ma. AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 3 HORAS. TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60-120 MINUTOS. ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: ENTRADA: 100-220V/, SAÍDA:9V/1,2a. GARANTIA:2 ANOS PELO 01 R\$ 3401,00 R\$ 3401,00 FABRICANTE(A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA). EMBALAGEM CONTENDO: 1 CANETA LASER DUO PORTATIL, 1 ÓCULOS ESCURO DE PROTEÇÃO PARA O PACIENTE E 1 ÓCULOS AZUL DE PROTEÇÃO PARA O PROFISSIONAL, QUE BARRA OS DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA VERMELHO E INFRAVERMELHO, BASE CARREGADORA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MINIMO 1 ANO. MMO LASER DUO 80652769002.

Parecer: o equipamento proposto atende os requisitos do pregão.

André Ricardo Benedeti
Cirurgião-Dentista
CRO/RS19283

ITEM 09-CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO PORTÁTIL. POTENCIA: 650 WATTS;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLTAUTOMÁTICO; FREQUENCIA DEALIMENTAÇÃO:60 HZ;DIMENSÕES(ALTXLARGXPROF.)810MMX310X245MM; VÁCUO:AJUSTAVEL DE 800 MM À 1400MM DE01COLUNA DE ÁGUA; SUCÇÃO CONTINUADEÁGUA: ATÉ 6 L/MIN;VAZÃO DE AR:ATÉ 350 L/MIN; CAPACIDADE DORESERVATÓRIO: 6 LITROS; BÓIA DESEGURANÇA; SISTEMA QUEPROPORCIONA O DESLIGAMENTO DOEQUIPAMENTO EVITANDO OTRANSBORDAMENTO DOS EFLUENTESAO ATINGIR A CAPACIDADE MÁXIMA DORESERVATÓRIO, VELOCIDADE MÁXIMAMICROMOTOR ELÉTRICO: 40.000 RPM;ILUMINAÇÃO: ATRAVÉS DE FIBRA DELED INTERNA; TORQUE MÁXIMO DOMICROMOTOR: 3.1 N.CM; SISTEMA DEACOPLAMENTO DO MICROMOTOR:INTRA UNIVERSAL; SERINGA TRIPLICE:ACIONADA E ALIMENTADA POR MICROCOMPRESSOR INTERNO.BIOTRON.

Parecer Item 09: O equipamento proposto atente os requisitos do pregão.

André Ricardo Benedeti
Cirurgião-Dentista
CRO/RS19283

-

Em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 14:02:59 BRT, Pregao Cotipora <pregao@cotipora.rs.gov.br> escreveu:

Boa tarde, solicito parecer técnico a respeito das marcas subsequentemente vencedoras em cada item do pregão acima citado após a desclassificação das primeiras colocadas nos itens informados.

Favor informar se atendem ao edital e se não atendem o porque?

Segue em anexo cópia das propostas vencedoras identificadas em cada item.

Favor encaminhar o parecer até as 14 horas do dia 31/10/2024.

Atenciosamente,

Célio Roberto Julhão

Pregoeiro

Prefeitura de Cotiporã/RS

Fone: (54) 3446 2800