
Re: 4 PARECER TECNICO PREGAO ELETRONICO 0002/2024

De André Benedeti <andrericb@yahoo.com.br>

Data Qui, 31/10/2024 16:32

Para Pregao Cotipora <pregao@cotipora.rs.gov.br>

Item: 5 Descrição: 1869577 - SELADORA DE GRAU CIRURGICO Descrição complementar: SELADORA DE GRAU CIRURGICO CORPO EM AÇO INOXIDAVEL, INDICADOR LUMINOSO (ON/OFF) RESISTÊNCIAS ISOLADAS E AJSUTES DE TEMPERATURA. BRAÇO DE SELAGEM MANUAL E TRILHO DE CORTE DUPLO(CORTE EM AMBOS SENTIDOS).MODO DE OPERAÇÃO:CONTÍNUA, FREQUENCIA:50/60 Hz; POTÊNCIA POR RESISTÊNCIA:250 W; POTÊNCIA:570 VA; CORRENTE NORMAL: 4,5 A ; FUSIVEIS:5 A; AREA DE SELAGEM: 260MM; LARGURA DE SELAGEM: 10MM; SUPORTE PARA ROLOS (COMPRIMENTO MÁXIMO): 275MM; CARCAÇA EXTERNA: AÇO INÓXIDAVEL;TEMPERATURA (SISTEMA DE AQUECIMENTO):0 A 300 °CCOM PROTETOR CONTRA ALTAS TEMPERATURAS ATUANDO ATÉ 220 °C.

Proposta:

item 5 SELADORA DE GRAU CIRURGICO CORPO EM AÇO INOXIDAVEL, INDICADOR LUMINOSO (ON/OFF) RESISTÊNCIAS ISOLADAS E AJSUTES DE TEMPERATURA. BRAÇO DE SELAGEM MANUAL E TRILHO DE CORTE DUPLO(CORTE EM AMBOS SENTIDOS).MODO DE OPERAÇÃO:CONTÍNUA, FREQUENCIA:50/60 Hz; POTÊNCIA POR RESISTÊNCIA:250 W; POTÊNCIA:570 VA; CORRENTE NORMAL: 4,5 A ; FUSIVEIS:5 A; AREA DE SELAGEM: 260MM; LARGURA DE SELAGEM: 10MM; SUPORTE PARA ROLOS (COMPRIMENTO MÁXIMO): 275MM; CARCAÇA EXTERNA: AÇO INÓXIDAVEL;TEMPERATURA (SISTEMA DE AQUECIMENTO):0 A 300 °C- COM PROTETOR CONTRA ALTAS TEMPERATURAS ATUANDO ATÉ 220 °C

Parecer: A proposta não atende as características do produto da licitação. Segundo informações fornecidas pelo fabricante Cristofoli, a seladora da proposta não possui corpo revestido em inox e a potência é de 180W que é inferior ao descrito na licitação.

André Ricardo Benedeti
Cirurgião-Dentista
CRO/RS 19283

Em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 16:19:35 BRT, Pregao Cotipora <pregao@cotipora.rs.gov.br> escreveu:

Boa tarde, solicito parecer técnico do item 5 em anexo
Favor informar se atende ao edital e se não atende o porque?
Segue em anexo cópia da proposta vencedora.
Favor encaminhar o parecer até as 17 horas do dia 31/10/2024.

Atenciosamente,
Célio Roberto Julhão
Pregoeiro
Prefeitura de Cotiporã/RS

Fone: (54) 3446 2800