
Re: 6 PARECER TECNICO PREGAO ELETRONICO 0002/2024

De André Benedeti <andrericb@yahoo.com.br>

Data Sex, 01/11/2024 16:36

Para Pregao Cotipora <pregao@cotipora.rs.gov.br>

Item 01 PROPOSTA-FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO- TECNOLOGIA WIRELESS(SEM FIO) LUZ AZUL GERADA

POR LED DE ALTA POTÊNCIA. BATERIA REMOVIVEL, DISPLAY DIGITAL, BIP SONORO

INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO.COMPRIMENTO DA ONDA: 420 Á 480NM, BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240 V. POTÊNCIA DE LUZ: 1250MW/CM2, (POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO)- 2200MW/CM2, (ORTHO)-2300MW/CM2(HIGH).

SCHUSTER /EMITTER D /8035480001 2

Parecer Item 01: O Equipamento atende os requisitos do pregão.

André Ricardo Benedeti

Cirurgião-Dentista

CRO/RS 19283

Item: 2 Descrição: 1869574 - ULTRASSOM/JATO BICARBONATO Descrição complementar: ULTRASSOM/JATO BICARBONATO, TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM 3 OPÇÕES PRORROGÁVEIS : P(PERIO), E(ENDO), E S(SCALLING), LED INDICATIVO NO PAINEL QUE FACILITA O ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DO APARELHO. RECIPIENTE PARA BICARBONATO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSPARENTE, 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR; REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. FÁCIL DE LIMPEZA DESINFECÇÃO. CAPACIDADE DE LIQUIDO RESERVATÓRIO, BOMBA PERISTÁLTICA DE 1 LITRO. FREQUÊNCIA 30.000 HZ FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ. POTÊNCIA 60VA, PRESSÃO ENTRADA DE AR, COMPRIMENTO 80PSI, PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO, EQUIPAMENTO DE CLASSE I, PARTE APLICADA DE TIPO B, PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA/MATERIAL PARTICULADO.

PROPOSTA ITEM 02.

ULTRASSOM/JATO BICARBONATO, TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM 3 OPÇÕES PRORROGÁVEIS : P(PERIO), E(ENDO), E S(SCALLING), LED INDICATIVO NO PAINEL QUE FACILITA O ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DO APARELHO. RECIPIENTE PARA BICARBONATO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSPARENTE, 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR; REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS

IRRIGANTES. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. FÁCIL DE LIMPEZA DESINFECÇÃO. CAPACIDADE DE LÍQUIDO RESERVATÓRIO, BOMBA PERISTÁLTICA DE 1 LITRO. FREQUÊNCIA 30.000 HZ FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ. POTÊNCIA 60VA, PRESSÃO ENTRADA DE AR, COMPRIMENTO 80PSI, PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO, EQUIPAMENTO DE CLASSE I, PARTE APLICADA DE TIPO B, PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA/MATERIAL PARTICULADO. MARCA ALT/MODELO ALTSONIC JET CERAMIC PUMP.

Parecer item 02: O equipamento proposto pela empresa não atende a descrição do item 02 do pregão eletrônico nº0002/20224. Segundo os dados fornecidos no manual pela marca ALT o produto não possui reservatório de água removível de 1l e sim de 500 ml além de não possuir led indicativo no painel.

André Ricardo Benedeti
Cirurgião-Dentista
CRO/RS 19283

item 04-Descrição: 1869576 - KID ACADÊMICO DE CANETAS ODONTOLÓGICAS Descrição complementar: KID ACADÊMICO DE CANETAS ODONTOLÓGICAS. KIT COMPOSTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA. CANETA ALTA ROTAÇÃO, CABEÇA STANDARD PAP-SU B2 COM DIMENSÕES: Ø12,1 X A1 13,3 MM. SISTEMA CABEÇA LIMPA. SISTEMA PLUSH BOTTON. CORPO DE AÇO, INOXIDÁVEL. ROLAMENTO CERÂMICO. VELOCIDADE 340.000 A 410.000 MIN. POTÊNCIA: 16W. ACOPLAMENTO BORDEN(2 VIAS). AUTOCLAVÁVEL(135 °C). REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 1ANO. MICROMOTOR PNEUMÁTICO, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO REDUZIDO E ERGONÔMICO. VELOCIDADE MÁXIMA: 25.000 MIN. SISTEMA DE MUDANÇA DO SENTIDO DE ROTAÇÃO. SPRAY DE ÁGUA EXTERNO. AUTOCLAVÁVEL (135°C). BORDEN 2 VIAS. REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 1 ANO. CONTRA ÂNGULO, TRANSMISSÃO COM VELOCIDADE DIRETA 1:1. CABEÇA PARA FRESAS C.A COM DIÂMETRO DE Ø 2,35. VELOCIDADE MÁXIMA DE CABEÇA 30.000 MIN. SISTEMA DE TRAVAMENTO DA BROCA COM PUSH BOTTON. AUTOCLAVÁVEL (135 °C). REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 1 ANO. PEÇA RETA, TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE DIRETA 1:1 PARA FRESA HP COM DIÂMETRO DE Ø 2.35. VELOCIDADE MÁXIMA 40.000 MIN. SISTEMA DE CABEÇA LIMPA AUTOCLAVAVEL (135 °C) REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 1 ANO

Poposta item 04-

ACADÊMICO DE CANETAS ODONTOLÓGICAS. KIT COMPOSTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA. CANETA ALTA ROTAÇÃO, CABEÇA STANDARD PAP-SU B2 COM DIMENSÕES: Ø12,1 X A1 13,3 MM. SISTEMA CABEÇA LIMPA. SISTEMA PLUSH BOTTON. CORPO DE AÇO, INOXIDÁVEL. ROLAMENTO CERÂMICO. VELOCIDADE 340.000 A 410.000 MIN. POTÊNCIA: 16W. ACOPLAMENTO BORDEN(2 VIAS). AUTOCLAVÁVEL(135 °C). REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 1ANO. MICROMOTOR PNEUMÁTICO, CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO REDUZIDO E ERGONÔMICO. VELOCIDADE MÁXIMA: 25.000 MIN. SISTEMA DE MUDANÇA DO SENTIDO DE ROTAÇÃO. SPRAY DE ÁGUA EXTERNO. AUTOCLAVÁVEL (135°C). BORDEN 2 VIAS. REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 1 ANO. CONTRA ÂNGULO, TRANSMISSÃO COM VELOCIDADE DIRETA 1:1. CABEÇA PARA FRESAS C.A COM DIÂMETRO DE Ø 2,35. VELOCIDADE MÁXIMA DE CABEÇA 30.000 MIN. SISTEMA DE TRAVAMENTO DA BROCA COM PUSH BOTTON. AUTOCLAVÁVEL (135 °C). REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 1 ANO. PEÇA RETA, TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE DIRETA 1:1 PARA FRESA HP COM DIÂMETRO DE Ø 2.35. VELOCIDADE MÁXIMA 40.000 MIN. SISTEMA DE CABEÇA LIMPA. AUTOCLAVAVEL (135 °C) REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

Contra Ângulo X1 PB

Peça Reta RX1

Micromotor IX1

Caneta de Alta Rotação odontológica AX1 NT

Registro ANVISA nº: 80520570004 GNATUS

Parecer Item 04: O Equipamento atende os requisitos do pregão.

André Ricardo Benedeti
Cirurgião-Dentista
CRO/RS 19283

Em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 15:14:01 BRT, Pregao Cotipora <pregao@cotipora.rs.gov.br> escreveu:

Boa tarde, favor analisar as novas propostas em anexo e me retornar quanto antes.

Atenciosamente,
Célio Roberto Julhão
Pregoeiro
Prefeitura de Cotiporã/RS
Fone: (54) 3446 2800