

---

**Re: 8 PARECER TECNICO PREGAO ELETRONICO 0002/2024**

---

**De** André Benedeti <andrericb@yahoo.com.br>

**Data** Seg, 04/11/2024 14:20

**Para** Pregao Cotipora <pregao@cotipora.rs.gov.br>

item: 2 Descrição: 1869574 - ULTRASSOM/JATO BICARBONATO Descrição complementar: ULTRASSOM/JATO BICARBONATO, TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM 3 OPÇÕES PRORROGAVÉIS : P(PERIO), E(ENDO), E S(SCALLING), LED INDICATIVO NO PAINEL QUE FACILITA O ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DO APARELHO. RECIPIENTE PARA BICARBONATO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSPARENTE, 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR; REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. FÁCIL DE LIMPEZA DESINFECÇÃO. CAPACIDADE DE LÍQUIDO RESERVATÓRIO, BOMBA PERISTÁLTICA DE 1 LITRO. FREQUÊNCIA 30.000 HZ FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ. POTÊNCIA 60VA, PRESSÃO ENTRADA DE AR, COMPRIMENTO 80PSI, PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO, EQUIPAMENTO DE CLASSE I, PARTE APLICADA DE TIPO B, PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA/MATERIAL PARTICULADO.

Proposta item2: ULTRASSOM/JATO BICARBONATO, TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM 3 OPÇÕES PRORROGAVÉIS : P(PERIO), (ENDO), ES(SCALLING), LED INDICATIVO NO PAINEL . RECIPIENTE PARA BICARBONATO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSPARENTE, 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR; REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. FÁCIL DE LIMPEZA DESINFECÇÃO. CAPACIDADE DE LÍQUIDO RESERVATÓRIO, BOMBA PERISTÁLTICA DE 1 LITRO. FREQUÊNCIA 30.000 HZ

**Parecer Técnico: A proposta não atende os requisitos do pregão. do fabricante Kondetech, o aparelho não possui bomba peristáltica removível de 1litro e sim de 500ml de capacidade e sua potência de 35W é inferior ao descrito no pregão de 60VA que é igual a 45W.**

**André Ricardo Benedeti**  
**Cirurgião-Dentista**  
**CRO/RS 19283**

Em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 13:54:31 BRT, Pregao Cotipora <pregao@cotipora.rs.gov.br> escreveu:

Boa tarde, favor analisar proposta para o item 2.  
Responder até 15h30min.

Atenciosamente,  
**Célio Roberto Julhão**  
Pregoeiro  
Prefeitura de Cotiporã/RS  
Fone: (54) 3446 2800