
PE 56 - Análise de catálogos chamada 3

De : veridiana lopes
<veridiana.lopes@bentogoncalves.rs.gov.br>

ter., 05 de nov. de 2024 14:46

Assunto : PE 56 - Análise de catálogos chamada 3

Para : alexandre faes
<alexandre.faes@bentogoncalves.rs.gov.br>,
Morgana Calza
<morgana.calza@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc : Isabel Pisoni
<isabel.pisoni@bentogoncalves.rs.gov.br>, Ioana
Marques Muraro
<ioana.muraro@bentogoncalves.rs.gov.br>

Boa tarde

Ítem 10- Segundo catálogo enviado, o descritivo condiz com oxímetro de portátil e não de mesa como solicitado no descritivo do edital- PRODUTO NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO EM EDITAL..

Ítem 23- Segundo catálogo enviado o descritivo não condiz com o solicitado no edital. O catálogo relata "estetoscópio simples premium" e o descrito no edital é " ESTETOSCÓPIO ADULTO - MODELO DUPLO... COM FORMATO DUO-SONIC"; Produto não conforme com o edital. - PRODUTO NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO EM EDITAL..

Ítem 27- Segundo descrito em edital a seladora deve ser automática. Catálogo não condiz com especificação do ítem solicitado.- PRODUTO NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO EM EDITAL..

Ítem 35- Segundo descrito no catálogo as dimensões são: 0,40 x 1,10 x 0,80, diferentes da solicitada no edital que são: 0,43 X 0,75 X 0.80M. Catálogo não condiz com ítem solicitado.- PRODUTO NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO EM EDITAL..

Ítem 39- Segundo descritivo no catálogo não condiz com o solicitado em edital, falta o suporte de papel. PRODUTO NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO EM EDITAL..

Ítem 42- No edital pede "LARGURA TOTAL QUE PERMITA PASSAGEM EM PORTA COM ATÉ 65CM DE ABERTURA", e a cadeira apresenta dimensões de 67 cm (largura da cadeira aberta).- PRODUTO NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO EM EDITAL..

.

Att

Enfª Veridiana C. Lopes
Setor de Compras e Licitações
Secretaria Municipal da Saúde de Bento Gonçalves
Fone: (54) 30557296/Ramal 7296
