



Objeto da Licitação RP - Montenegro

Modalidade : Pregão - Lei nº 14.133/2021 Nº 123 / 2024

Processo :

Avaliação : Item a Item

Data Registro : 22/10/2024

Tipo : Menor Preço

Data Abertura : 07/11/2024

Recurso :

Objeto : Registro de Preços para futura e eventual de insumos e materiais de uso para aferição da glicemia

Item	Descrição	Unidade	Exclusividade ME/EPP	Quantidade	Valor unitário Máximo
1	LANCETA DESCARTÁVEL USO DOMICILIAR, para uso em lancetador, Aplicação (finalidade) - lancetas para obtenção de sangue capilar (ponta de dedo); material - lanceta em aço polido siliconizada; Tamanho / Capacidade - diâmetro da agulha entre 28G e 30G. Profundidade de penetração de 1,5mm a 1,8mm; Características - lancetas ajustáveis a lancetadores do tipo caneta, que permitam uma punção suave, para uso domiciliar de pacientes diabéticos; Processo de Esterilização - estéril.	UN	Licitação exclusiva	75.000,00	0,08
Item	Descrição	Unidade	Exclusividade ME/EPP	Quantidade	Valor unitário Máximo
2	LANCETA DESCARTAVEL PARA USO PROFISSIONAL. Aplicação: lancetas para obtenção de sangue capilar. Características adicionais: em aço polido siliconado, ponta trifacetada, tampa protetora de fácil remoção, mecanismo próprio de ação que dispensa uso de lancetadores, dispositivo retrátil com trava de segurança que não permite a reutilização. Tamanho/Capacidade: diâmetro da lanceta entre 28G e 30G.	UN	Licitação exclusiva	20.000,00	0,15
Item	Descrição	Unidade	Exclusividade ME/EPP	Quantidade	Valor unitário Máximo
3	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 1 ML, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha Fixa Cerca 30 G X 6 Mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único	UN	Licitação exclusiva	36.000,00	0,49
Item	Descrição	Unidade	Exclusividade ME/EPP	Quantidade	Valor unitário Máximo
4	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 1 ML, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha Fixa Cerca 30 G X 8 Mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único	UN	Licitação exclusiva	36.000,00	0,26
Item	Descrição	Unidade	Exclusividade ME/EPP	Quantidade	Valor unitário Máximo
5	TERMOHIGRÔMETRO - APARELHO PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA E UMIDADE DO AR. - INSTRUMENTO PARA MEDICAO DA TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA COM FUNCAO MAXIMA E MINIMA E UMIDADE INTERNA - BOTAO SELETOR DA UNIDADE C / F. - BOTAO INTERNA / EXTERNA - CABO COM PONTA INOX COM APROXIMADAMENTE 2.80M. - NA PONTA DO CABO. O SENSOR DE INOX MEDE A TEMPERATURA (EXTERNA) DENTRO DE UMA ESCALA DE -50 A +70C. - O CORPO DO INSTRUMENTO MEDE A TEMPERATURA (INTERNA) E A UMIDADE. ESCALA INTERNA: 0+50C RESOLUCAO INTERNA: 0.1 C/F PRECISAO INTERNA: MAIS OU MENOS 1C / F ESCALA EXTERNA: - 50 + 70 C RESOLUCAO EXTERNA: 0.1 C / F PRECISAO EXTERNA: MAIS OU MENOS 1C / F ESCALA DO HIGROMETRO: 15 A 95% UR RESOLUCAO DO HIGROMETRO: 1% UR PRECISAO DO HIGROMETRO: 5% UR DIMENSOES: 62X85X19. CONFECCIONADO EM PASTICO ABS PESO APROXIMADO 85 GR	UN	Licitação exclusiva	50,00	101,70
Item	Descrição	Unidade	Exclusividade ME/EPP	Quantidade	Valor unitário Máximo
6	Tira reagente para determinação de glicemia, caixas com 50 unidades cada que aceite amostra capilar, venosa,	CX	Tratamento diferenciado/simplificado	5.600,00	21,49



Objeto da Licitação RP - Montenegro

Modalidade : Pregão - Lei nº 14.133/2021 Nº 123 / 2024

Avaliação : Item a Item

Tipo : Menor Preço

Recurso :

Objeto : Registro de Preços para futura e eventual de insumos e materiais de uso para aferição da glicemia

Processo :

Data Registro : 22/10/2024

Data Abertura : 07/11/2024

6	arterial e neonatal, volume máximo da amostra de 02 microlitros, que aceite apenas mg/dl como unidade de medida e com reação química medindo glicose desidrogenase ou oxidase. Faixa de hematócrito dentro do percentual de 20 a 70%, memória para no mínimo 500 testes com data e hora e sem codificação. O produto deve possuir o Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. A empresa licitante deverá fornecer em forma de comodato monitores compatíveis para utilização das respectivas tiras e dar garantia por tempo indeterminado dos mesmos, bem como, treinamento aos profissionais de saúde, baterias para reposição e solução controle nos níveis 1 e 2. Os monitores devem possuir software que permita controle de quantos testes cada paciente realizou e deve ser totalmente em português. A cada 1.000 tiras adquiridas a empresa deverá fornecer em comodato um monitor compatível. Será necessário apresentar amostras para avaliação técnica das tiras, monitores e software para comprovação de atendimento. - Serão aceitos monitores com leitura por método fotométrico ou amperométrico.	CX	Tratamento diferenciado/simplificado	5.600,00	21,49
Item	Descrição	Unidade	Exclusividade ME/EPP	Quantidade	Valor unitário Máximo
7	Tira reagente para determinação de glicemia, caixas com 50 unidades cada que aceite amostra capilar, venosa e arterial, com unidade de medida mg/dL. Tira deve ser compatível com monitor de glicemia da marca Accu-Chek Active.	CX	Licitação exclusiva	3.500,00	19,90