

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS Secretaria Municipal da Saúde Diretoria de Atenção Básica - DAB
--	---

FOLHA DE ENCAMINHAMENTO:
REQUERENTE: DAB / SMS PREGÃO- EDITAL 362/2024 LASER DE BAIXA
INTENSIDADE - PAC
PROCESSO: SEI 63707-2

DO	À	DATA	DESPACHO
DAB	SML	12/11/2024	Prezado Pregoeiro, Solicitamos a desclassificação da empresa abaixo para a proposta do laser de baixa intensidade para o seguinte lote: * CEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP CNPJ: 24.864.422/0001-73 Item 01 Laser terapia de baixa intensidade; Técnica ILIB, equipamento portátil. Deve possuir dois comprimentos de onda: laser vermelho (660 nm) e laser infravermelho (808 nm). Deve realizar disparos simultâneos e individuais dos lasers. Laser vermelho, com as seguintes características: Comprimento de onda: 660nm; Tipo de emissão CW (emissão contínua); Potência de saída: 100mW; Meio ativo do laser: GaAlAs. Laser Infravermelho, com as seguintes características: Comprimento de onda: 808nm; Tipo de emissão 02 R\$ 5.413,00 R\$ 10.826,00 Cota Exclusiva para MEs EPPs e MEIs ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CANOAS Secretaria Municipal de Licitações e Contratos 50 CW (emissão contínua); Potência de saída: 100mW; Meio ativo do laser: InGaAlP. Peça de mão com as seguintes características: Gabinete construído em plástico ABS; Diâmetro útil da fibra óptica: 1000 µm; Com display LCD que permita visualizar os parâmetros e informações do equipamento, a energia a ser aplicada em Joules e o tempo de aplicação em segundos; Deve indicar o tipo de terapia e o laser que está sendo utilizado; Bico angulado; Peso aproximado: 200 g (+/- 10%); Funcionamento através de bateria interna recarregável de íon de lítio e fonte de alimentação externa, com operação no mínimo na faixa entre 110 e 240 Volts - 60 Hz; Autonomia da bateria em uso contínuo




com carga ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS Secretaria Municipal de
Licitações e Contratos 51 total no mínimo 4 horas.
Acessórios inclusos: 01 Carregador de bateria; 01
Óculos de proteção para uso do profissional 01 Óculos
de proteção para uso do paciente; 01 Maleta resistente
para guardar e transportar o equipamento; 03 Pulseiras
para técnica ILIB; 01 Suporte base de mesa para a
caneta; 03 Espaçadores.

Justificativa: A desclassificação do aparelho de laser da
Ibramed pode ser justificada pela inadequação de seu
design para a aplicação específica em cicatrização de
feridas. Embora o dispositivo tenha sido desenvolvido
para a área de fisioterapia, a natureza das feridas,
especialmente aquelas com túneis, exige um
equipamento que não apenas ofereça potência e
precisão, mas também ergonomia.

Um aparelho voltado para cicatrização de feridas deve
ter ponteiros projetados para acessar facilmente regiões
de difícil acesso, garantindo que o tratamento seja eficaz
em todas as áreas da ferida. A falta de uma ponteira
ergonômica pode dificultar a manobrabilidade e a
precisão necessária para tratar adequadamente essas
lesões. Além disso, uma ponteira não ergonômica pode
levar à fadiga do profissional de saúde durante o
procedimento, o que pode impactar negativamente a
qualidade do atendimento.

Portanto, a necessidade de um equipamento que seja
ergonomicamente adequado e que possua ponteiros
específicas para o tratamento de feridas com túneis é
essencial para garantir não apenas a eficácia do
tratamento, mas também a segurança e o conforto tanto
do paciente quanto do profissional. Diante disso, a
inadequação do design do aparelho justifica sua
desclassificação para essa finalidade específica.

Atenciosamente,


Lisiane Ribeiro Bischoff- matr: 5257-4
Gestora do PAC


COREN-RS 18779-ENF
ENFERMEIRA ESTOMATOLOGIA TRAPEUTA