

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS Secretaria Municipal da Saúde Diretoria de Atenção Básica - DAB
--	---

FOLHA DE ENCAMINHAMENTO:
REQUERENTE: DAB / SMS PREGÃO- EDITAL 362/2024 LASER DE BAIXA
INTENSIDADE - PAC
PROCESSO: SEI 63707-2

DO	A	DATA	DESPACHO
DAB	SML	13/112024	Prezado Pregoeiro, Solicitamos a desclassificação da empresa abaixo para a proposta do laser de baixa intensidade para o seguinte lote: * EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI CNPJ: 33.246.555/0001-77 Item 01 Laser terapia de baixa intensidade; Técnica ILIB, equipamento portátil. Deve possuir dois comprimentos de onda: laser vermelho (660 nm) e laser infravermelho (808 nm). Deve realizar disparos simultâneos e individuais dos lasers. Laser vermelho, com as seguintes características: Comprimento de onda: 660nm; Tipo de emissão CW (emissão contínua); Potência de saída: 100mW; Meio ativo do laser: GaA1As. Laser Infravermelho, com as seguintes características: Comprimento de onda: 808nm; Tipo de emissão 02 R\$ 5.413,00 R\$ 10.826,00 Cota Exclusiva para MEs EPPs e MEIs ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CANOAS Secretaria Municipal de Licitações e Contratos 50 CW (emissão contínua); Potência de saída: 100mW; Meio ativo do laser: InGaAlP. Peça de mão com as seguintes características: Gabinete construído em plástico ABS; Diâmetro útil da fibra óptica: 1000 µm; Com display LCD que permita visualizar os parâmetros e informações do equipamento, a energia a ser aplicada em Joules e o tempo de aplicação em segundos; Deve indicar o tipo de terapia e o laser que está sendo utilizado; Bico angulado; Peso aproximado: 200 g (+/- 10%); Funcionamento através de bateria interna recarregável de íon de lítio e fonte de alimentação externa, com operação no mínimo na faixa entre 110 e 240 Volts - 60 Hz; Autonomia da bateria em uso contínuo

9

com carga ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS Secretaria Municipal de
Licitações e Contratos 51 total no mínimo 4 horas.
Acessórios inclusos: 01 Carregador de bateria; 01
Óculos de proteção para uso do profissional 01 Óculos
de proteção para uso do paciente; 01 Maleta resistente
para guardar e transportar o equipamento; 03 Pulseiras
para técnica ILIB; 01 Suporte base de mesa para a
caneta; 03 Espaçadores.

Justificativa: A desclassificação do aparelho de laser da
RECOVER aparelho voltado para cicatrização de feridas
deve ter ponteiros projetados para acessar facilmente
regiões de difícil acesso, garantindo que o tratamento
seja eficaz em todas as áreas da ferida. Necessitamos
de um equipamento que possua ponteiros específicos
para o tratamento de feridas com túneis é essencial para
garantir não apenas a eficácia do tratamento, mas
também a segurança e o conforto tanto do paciente
quanto do profissional.

Portanto, a necessidade de um equipamento que seja
ergonomicamente adequado e possua ponteira longa,
para possibilitar maior profundidade de penetração do
feixe do laser. Diante disso, a inadequação do design do
aparelho (ponteira) justifica sua desclassificação para
essa finalidade específica.

Atenciosamente,

Lisiane Ribeiro Bischoff

Lisiane Ribeiro Bischoff- matr: 5257-4
Gestora do PAC

Lisiane Bischoff
COREN-RS-88779-ENF
ENFERMEIRA ESTOMATERAPEUTA