	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS Secretaria Municipal da Saúde **Diretoria de Atenção Básica - DAB**

FOLHA DE ENCAMINHAMENTO:
REQUERENTE: DAB / SMS PREGÃO_EDITAL 0206/2024 COBERTURAS ESPECIAIS CURATIVO PAC
PROCESSO: SEI 39947-3

DO	À	DATA	DESPACHO
DAB	SML	*05/12/2024*	Prezado Pregoeiro, Solicitamos a **Classificação** da seguinte empresa para o seguinte lote: *** SC MED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 27.311.107/0001-07** **ITEM 23** CURATIVO ANTIMICROBIANO COMPOSTO DE TECIDO ACETATO IMPREGNADO COM CLORETO DE DIAQUIL CARBAMOIL, SUBSTÂNCIA FORTEMENTE HIDROFÓBICA QUE SE LIGA AOS MICRORGANISMOS DE FORMA RÁPIDA E EFICAZ POR MECANISMO DE AÇÃO PASSIVO, PROMOVENDO A REMOÇÃO DE BACTÉRIAS E OUTROS MICRORGANISMOS DE FERIDAS EXSUDATIVAS LIMPAS, CONTAMINADAS, COLONIZADAS OU INFECTADAS. LIVRE DE LÁTEX. EMBALAGEM ESTÉRIL.TAMANHO: 7,0 CM x 9,0CM CAIXA COM 40 UNIDADES. Solicitamos a **Desclassificação** das seguintes empresas para os seguintes lote: *** GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA. CNPJ: 04415316000286** **ITEM 02** CURATIVO ANTIMICROBIANO E ANTIBIOFILME, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO (SURFACTANTE) E ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO (EDTA-QUELANTE). COM COSTURAS DECELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL. ABSORVEVERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, IMPEDINDO LATERALIZAÇÃO DO FLUIDO. COM CAPACIDADE DE

			IMPEDIR A REFORMAÇÃO DO BIOFILME. APRESENTAÇÃO: EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, TAMANHO: 10X10CM. **Justificativa:** Conforme avaliado em bula, o produto não corresponde ao que foi solicitado no item, não apresenta costuras de celulose regenerada, que configura formação segura para aplicação do produto em cavidades e tunelizações (não apresenta em bula a indicação). Também não apresenta substâncias com ação para quebra do biofilme (EDTA e Cloreto de Benzetônio) conforme está sendo também solicitado e sabemos que as feridas crônicas apresentam biofilme sendo difíceis de cicatrização. Considerando as características solicitadas por composição deste item, considera-se que este produto NÃO ATENDE O DESCRITIVO TÉCNICO. Portanto **PARECER NEGATIVO** para este produto, NÃO será aceito, pois não está de acordo **ITEM 13** CURATIVO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE, ESTÉRIL, COM ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA QUE LIBERA SUSTENTADAMENTE ÍONS DE PRATA NA PRESENÇA DE EXSUDATO PROPORCIONANDO UMA CICATRIZAÇÃO RÁPIDA, E À MEDIDA QUE O EXSUDATO É ABSORVIDO VERTICALMENTE O ALGINATO FORMA UM GEL COESO QUE AUXILIA O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO, MANTENDO UM AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO. TAMANHO: 15X15CM. **Justificativa:** O curativo Algicare Ag da Casex não atende ao solicitado em edital pois ele é um curativo de alginato de cálcio, acrescido de carboximetilcelulose, diferente do que pede o edital "curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose acrescido de alginato". As hidrofibras de carboximetilcelulose proporcionam uma absorção vertical e absorção superior, ocasionando menor risco de maceração de borda de ferida, favorecendo a cicatrização em meio ambiente úmido através da formação de um gel macio, desta forma a adição de alginato tem a função de auxiliar no desbridamento autolítico. Sendo assim o curativo em questão não apresenta gel coeso em contato com o exsudato conforme solicitado em edital, desta forma quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário sendo necessária reaplicações frequentes. Outro ponto também e que não tem a liberação de prata sustentada conforme solicitado. A liberação sustentada de prata permite que o curativo seja eficaz por períodos mais longos, a prata mantém o leito da ferida livre de infecções, que é uma das principais barreiras para a

			cicatrização em feridas crônicas. Isso permite que o processo de cicatrização ocorra de forma mais eficiente e rápida. Considerando as características solicitadas por composição deste item, considera-se que este produto NÃO ATENDE O DESCRITIVO TÉCNICO. Portanto **PARECER NEGATIVO** para este produto, NÃO será aceito, pois não está de acordo **ITEM 16** CURATIVO HIDROPOLÍMERO DE ESPUMA DE POLIURETANO, ESTÉRIL, COM MEMBRANA DE PERMEABILIDADE SELETIVA, NÃO ADESIVO, BORDAS BISELADAS ANTIBACTERIANO, IMPREGNADO COM PRATA IÔNICA QUE É DISPENSADA CONTINUAMENTE, SISTEMA TRANCA-FLUÍDO PARA EVITAR VAZAMENTOS E MACERAÇÃO DA PELE, INDICADO PARA USO EM FERIDAS DE MÉDIA E ALTA EXSUDAÇÃO. TAMANHO: 15x15CM. QUANTIDADE: 1500 UNIDADES **Justificativa:** O produto ofertado Silversoft da marca Vitamedical, não atende ao descritivo pois não possui bordas biseladas e sistema tranca fluídos conforme solicitado em descritivo do edital. Bordas biseladas, este aspecto é fundamental, pois os curativos de espumas de poliuretano são coberturas altamente absorventes e devido a esta característica apresentam-se mais espessas comparadas as demais, em ulceras de perna são utilizadas associando com ataduras compressivas ou bota de unna, se a cobertura não apresentar bordas biseladas a ferida aumenta de circunferência devido à pressão que ocorre na pele periférica, uma vez que pacientes com úlceras de perna apresentam a pele fragilizada por comprometimento vascular e/ou neuropático.Sistema tranca-fluídos é uma característica importante, pois a espuma necessariamente precisa reter o exsudato sem extravasar para a borda da lesão, o extravasamento ocasiona maceração da borda da ferida. Borda da lesão macerada não permite a migração celular *da pele perilesão no sentido do leito da ferida*, não permitindo assim, a cicatrização. Considerando as características solicitadas por composição deste item, considera-se que este produto NÃO ATENDE O DESCRITIVO TÉCNICO. Portanto **PARECER NEGATIVO** para este produto, NÃO será aceito, pois não está de acordo *** SC MED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 27.311.107/0001-07** **ITEM 18** COBERTURA COMPOSTA POR CAMADA PERFURADA AUTO-ADESIVA DE SILICONE QUE

			PROPORCIONA UM AJUSTE SUAVE E ESPUMA DE POLIURETANO COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO, QUE SE AJUSTA AO LEITO DA FERIDA PREENCHENDO O ESPAÇO MORTO, COM CAPACIDADE DE SE CONFORMAR ATÉ 2CM AO LEITO DA FERIDA. ESPUMA MACIA, COM 4,4MM DE ESPESSURA, ESTÉRIL, RECORTÁVEL. PROMOVE O MEIO ÚMIDO, IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FACE SUPERIOR APRESENTA FILME DE POLIURETANO COM IMPRESSÃO DA MARCA, IMPERMEÁVEL À ÁGUA E BACTÉRIAS, PERMITINDO AS TROCAS GASOSAS E SERVINDO DE BARREIRA CONTRA A INVASÃO DE BACTÉRIAS E OUTROS MICRORGANISMOS.TAMANHO 10 X10CM **Justificativa:** Curativo ofertado pela Cutimed Siltec, não apresenta espuma com ALTA capacidade de absorção e retenção, como solicitado em edital assim como conformidade de até 2mm no leito. Está caraterística e de extrema necessidade pois está absorção e retenção previne maceração de bordas e risco de acúmulo de exsudato e consequente a infecção. Se uma cobertura não absorve e retém quantidades relevantes de exsudato, o leito da ferida se tornará excessivamente úmido e o exsudato poderá extravasar da cobertura ocasionando maceração da pele perilesão que causa atraso no processo de cicatrização, aumento do risco de infecção e aumento do tamanho da ferida. Outro ponto é a conformidade de até 2 mm para espuma de poliuretano com silicone é um aspecto crucial para otimizar o processo de cicatrização e proteger a área afetada. Essa espessura de conformidade permite que o curativo se adapte melhor às irregularidades da superfície da ferida, como as bordas e áreas mais profundas, proporcionando uma cobertura adequada, confortável e evitando o espaço morto. Considerando as características solicitadas por composição deste item, considera-se que este produto NÃO ATENDE O DESCRITIVO TÉCNICO. Portanto **PARECER NEGATIVO** para este produto, NÃO será aceito, pois não está de acordo. Atenciosamente, Lisiane Ribeiro Bischoff Lisiane Ribeiro Bischoff- matr: 5257-4 Gestora do PAC

Lisiane Bischoff
COREN/RS-865343-F
ENFERMEIRA ESTOMATERAPEUTA