

MED CENTER COMERCIAL
P.E. 106/124
AMOSTRA ITEM 02

 FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS	FICHA DE PARECER TÉCNICO
Hospital Municipal Getúlio Vargas Rua Pinheiro Machado, 331 - Diel - Sapucaia do Sul - RS - Cep: 93210-180 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - CNPJ: 13.183.513/0001-27	

Nome do trabalhador: Rinaldo Kulla Costa Setor: Ampliação
Início do teste: 18/11/24 Término do teste: 28/11/24

Consideração: Para a avaliação do material, considerar os requisitos básicos mencionados neste documento, preencher corretamente as informações através de uma avaliação completa e assim a emissão do Parecer Técnico.
Objetivo: Preencher o Parecer técnico com avaliação segura e concreta para melhorar e qualificar a assistência ao paciente e padronizar através da Comissão de padronização.

1. MATERIAL TESTADO: <u>Colita para infusão intravenosa perfusão com depósito</u>	2. MARCA/FORNECEDOR: <u>Polymed</u>	3. Nº DE REGISTRO/ANVISA:	4. QUANTIDADE FORNECIDA: <u>01</u>
--	--	---------------------------	---------------------------------------

1. A quantidade de material oferecida para teste foi suficiente? ☒ Sim () Não

2. Avaliação da embalagem quanto à abertura: ☒ Boa () Regular () Ruim

3. Durante o manuseio com o material houve a identificação de irregularidades no produto? () Sim ☒ Não

4. Durante o procedimento com o material ocorreu algum tipo de efeito indesejável? ☒ Sim () Não

OBS: Deposito com facilidade

APÓS AVALIAÇÃO DO PRODUTO VOCÊ DETECTOU

Pontos positivos: dispositivo de segurança

Pontos negativos: dispositivo com facilidade de fixação e

CONCLUSÃO DO TESTE REALIZADO

() APROVADO ☒ REPROVADO

Justificativa:

Traco de segurança e disposição de
manuseio e segurança para o paciente.
Responsável pela avaliação (nome, categoria e carimbo)

Andréa Longoni
OREN-RS 111284-ENF