

Memorando: 152 / 2025

São Leopoldo, 31 de janeiro de 2025.

Para: SECOL

Assunto: PE 10016/2024 – Análise de amostras

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, em atenção ao Item 12.1 do Edital do PE 10016/2024, cujo objeto é RP – Registro de preços para aquisição futura de MATERIAIS MÉDICOS - CURATIVOS conforme solicitação do Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, informamos o recebimento de amostra para os Lotes abaixo, cuja análise da marca apresentadas segue abaixo:

Nº Lote	Descrição	MARCA DA AMOSTRA RECEBIDA	RESULTADO DA ANÁLISE
15	Hidrogel não estéril com alginato de cálcio e sódio constituído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, sendo indispensável a presença de sorbato de potássio, ácido bórico e hidantoína na composição para ter melhor custo x efetivo. Tubo 85 gramas.	VPT Distribuidora	REPROVADA
14	Curativo de hidrofibra com prata	MED4	REPROVADA
12	CREME BARREIRA: lipofílico (repele a água), proporcionando, proteção, maciez e restaurando o ph da pele. tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pelas secreções agressivas e efluentes de incontinências e estomias. ação mecânica de formação de barreira, impedindo o acesso da água no local protegido pelo mesmo. composto de: óleo mineral, parafina líquida, petrolato, cera microcristalin, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, glicerina, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol. frasco de 60 ml.	Samyras	REPROVADA

ITEM 14

Argumentações para desclassificar Missner

O curativo da Missner não atende ao solidado em descritivo pois não apresentou coesão em contato com o exsudato conforme solicitado em edital, desta forma quando foi aplicado o curativo foi absorvido pelo secundário sendo necessária reaplicações diárias, o esperado e manter entre 4 a 7 dias. A formação do gel coeso e essencial para os pacientes atendidos pois ele retém (tranca) o exsudato no interior do gel coeso assegurando menor risco de vazamento e danos à pele perilesão. Ainda, o gel com coesão cria um ambiente ideal no leito da ferida favorecendo a cicatrização e auxilia na redução da dor durante a remoção da cobertura.



São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil

AVALIAÇÃO TÉCNICA ITEM 15: Não recebemos a amostra

AVALIAÇÃO TÉCNICA ITEM 12: Não recebemos a amostra

Enf Sheila Westphal Ribeiro da Silva PY /COREN 221813 (M85215)



João Batista Bernardes Stefanello
Diretor Financeiro Secretaria Municipal de Saúde