



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

RETIFICAÇÃO 03  
EDITAL Nº 25/2024  
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO  
MENOR PREÇO POR ITEM

A) ALTERA-SE O ITEM 1.2 do presente edital, conforme segue:

**ONDE SE LÊ:**

1.2 O objeto compreende os itens descritos abaixo e no Termo de Referência e visa atender as demandas do Município, nas quantidades aqui informadas:

| ITEM | QTD | UND | DESCRIÇÃO                                                                                                            | VALOR REFERÊNCIA |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 23   | 01  | UND | VENTILADOR PULMOAR PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA COM BATERIA INTRA E EXTRA HOSPITALAR NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO. | R\$ 28.600,00    |

**LEIA-SE:**

| IT E M | Q D | U N D | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR REFERÊNCIA |
|--------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 23     | 01  | UND   | VENTILADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL MICROPROCESSADO, COM TELA GRÁFICA TOUCH SCREEN DE NO MÍNIMO DE 5 POLEGADAS, VOLUMÉTRICO E PRESSOMÉTRICO PARA EMERGENCIA E TRANSPORTE; APLICAÇÃO: TRANSPORTE INTRA/EXTRA HOSPITALAR E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA; PACIENTES: ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS; MODALIDADES MÍNIMAS: VOLUME CONTROLADO, PRESSÃO CONTROLADA, PRESSÃO DE SUPORTE, PRESSÃO REGULADA VOLUME CONTROLADO, CPAP, SIMV EM PRESSÃO E VOLUME, VENTILAÇÃO DE BACKUP EM CASO DE APNEIA E CPAP NASAL. OXIGENAÇÃO DE ALTO FLUXO POR CÂNULA NASAL DE PELO MENOS 60 L/MIN. VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, BARRA GRÁFICA DE PRESSÃO, SELEÇÃO PERSONALIZÁVEL DE ATÉ 5 GRÁFICOS SIMULTÂNEOS. PARÂMETROS MONITORADOS: PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PRESSÃO MÉDIA, PEEP, PICO DE FLUXO, VOLUME CORRENTE EXPIRATORIO, VOLUME MINUTO, FIO2, FREQUÊNCIA RESPIRATORIA, I:E, TEMPO INSPIRATORIO, TEMPO EXPIRATORIO, GRÁFICOS DE TENDÊNCIAS, HISTÓRICO DE ALARMES, MECÂNICA VENTILATORIAS. RESISTÊNCIA INSPIRATORIA, COMPLACÊNCIA DINÂMICA E ESTATICA. PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS: FIO2 40% A 100%, RISE TIME, TEMPO INSPIRATORIO, FREQUÊNCIA RESPIRATORIA, VOLUME CORRENTE (TIDAL), SENSIBILIDADE EXPIRATORIA, PRESSÃO CONTROLADA, PRESSÃO SUPORTE, PEEP, SENSIBILIDADE POR PRESSÃO E FLUXO, TEMPO DE APNEIA, PAUSA INSPIRATORIA, SUSPIRO, AUXILIAR OXIGÊNIO 100%, DISPARO INSPIRATORIO MANUAL, CONGELAR GRÁFICOS. ALARME DE FREQUÊNCIA RESPIRATORIA MÁX, VOLUME MIN, EXPIRADO MÁX E MIN, VOLUME CORRENTE EXPIRADO MÁX E MIN, PRESSÃO MÁXIMA E MÍNIMA, APNEIA E PEEP. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 360 MIN. SISTEMA DE FIXAÇÃO ESPECÍFICO PARA USO EM AMBULÂNCIAS E UNIDADES MÓVEIS DE RESGATE, INCLUSIVE AÉREO COM COMPENSAÇÃO DA ALTITUDE, EQUIPAMENTO COM PESO INFERIOR A 7 KG (SEM ACESSÓRIOS). ACESSÓRIOS: CIRCUITO PACIENTE ESTERILIZÁVEL, VÁLVULA DE EXALAÇÃO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 BASE MÓVEL COM RODÍZIOS E FREIOS, 01 BRAÇO ARTICULADO, E 01 CONJUNTO DE MANGUEIRAS. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. | R\$ 28.600,00    |

Ivorá - RS, 12 de fevereiro de 2025.

*Josemar Z. Osmari*  
**JOSEMAR ZORZI OSMARI**  
Prefeito Municipal de Ivorá