

Sapucaia do Sul, 14 de fevereiro de 2025

De: Assessoria Técnica Enfermeira Neilane Rosito COREN RS 95390

Para: Licitações

Assunto: PERP 0155/2024 Processo 266633

Após análise técnica, em conjunto com nosso Médico Urologista Raul Andrade, a empresa que cotou item 5736, não atende ao descritivo do material.

Empresa cotou o material ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV= 30° D=4MM, C=30CM AUTOCLAVAVEL E COM SISTEMA ÓTICO AVANÇADO, ofertando um material ENDOSCÓPIO RÍGIDO – MARCA:ONE SURG ARTROSCOPI A COM FIBRA ÓPTICA INTEGRADA PARA ILUMINAÇÃO, ADEQUADOS PARA SISTEMAS HD Ø 4MM COMPRIMENTO DE TRABALHO **175MM** DIREÇÃO DE VISÃO 30°.

Demais materiais serão vistoriados na entrega, visto que todas as empresas no orçamento, copiaram o descritivo publicado.

FUNDAÇÃO

HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Neilane Ramos Molon Rosito
Hospital Municipal Getúlio Vargas
Assessora Técnica
Fone: (51) 3451.8200 Ramal: 102
Celular: (51) 99246.0646
neilane.rosito@fhgv.com.br
www.fhgv.com.br

Identificação interna do documento W82EPJ9LB9-4O6YWY82



Nome do arquivo: SUBSIDIOS_4_202502140939246688453.doc

Data de vinculação à solicitação: 14/02/2025 12:39

Autor: Neilane Ramos Molon Rosito (neilane.ramos)

Aplicativo: 268871