

Sapucaia do Sul, 17 de fevereiro de 2025.

Processo: 266629/2024

Pregão Eletrônico: 0157/2024

ESCLARECIMENTO

A pregoeira da FHGV visando esclarecimento informa que:

Referente ao item cód. 790 - TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTÉRIA, E NEONATAL COM LEITURA FOTOMÉTRICA OU AMPEROM / TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTÉRIA, E NEONATAL COM LEITURA FOTOMÉTRICA OU AMPEROMETRIA, APRESENTAÇÃO DO RESULTADO ATRAVÉS DE MONITOR PORTÁTIL COM MEMÓRIA DE RESULTADOS DE MEDIÇÕES, LEITURA NA FAIXA DE 20 A 600MG-DL. O VOLUME DE AMOSTRA DEVE SER IGUAL OU INFERIOR A 02 (DOIS) MICROLITROS, APLICADA DIRETAMENTE NA TIRA REATIVA. EMBALAGEM CONTENDO 50 TIRAS E DEVE APRESENTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO EMITIDO PELA ANVISA DAS TIRAS E APARELHOS. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO, JUNTAMENTE À PROPOSTA. OBS: **A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ ENTREGAR SEM CUSTO A QUANTIDADE DE APARELHOS SOLICITADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.** A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SISTEMA, EM PORTUGUÊS, DE GERENCIAMENTO E MONITORIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DOS APARELHOS BEM COMO DE CONTROLE DE ENTREGA E CONSUMO DE TIRAS. O MESMO DEVERÁ SER FORNECIDO NO MOMENTO DA PRIMEIRA ENTREGA, JUNTAMENTE COM MANUAL EM PORTUGUÊS E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTINADOS PELA FHGV, segue:

Onde lê-se: “A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ ENTREGAR SEM CUSTO A QUANTIDADE DE APARELHOS SOLICITADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA”

Leia-se: “A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ ENTREGAR SEM CUSTO A QUANTIDADE DE 75 APARELHOS em forma de comodato”

Sem mais,

Rosane Luciane Seidel

Pregoeira