

PREGÃO Nº: 005/2025			
FORNECEDOR: CIRÚRGICA LAJEADENSE			
Nº DO ITEM: 45			
MARCA/MODELO: POLAR FIX			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4616 - TECIDO SMS PEQUENO EMBALAGEM DESCARTÁVEL TIPO MANTA DE SMS - MEDIDAS 30 CM X 30CM. SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL (SBE) PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM ALTA TEMPERATURA NAS AUTOCLAVES E/OU EM BAIXA TEMPERATURA POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO (SPUNBOND / MELTBLOWN / SPUNBOND-SMS) LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. LISA, ÍNTEGRA, SEM FUROS. GRAMATURA NO MÍNIMO 38G/M² . NÃO ESTÉRIL. PROCESSÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, COM ROTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. ATENDER A NBR 14990-6 2009 - REQUISITOS PARA MATERIAIS DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE. PACOTE C/ 100 FOLHAS.	SIM	DE ACORDO COM DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• LAUDO COMPROVANDO A EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM • HIDROREPELENTE, MALEÁVEL • RESISTENTE À RUPTURA (RASGOS)	SIM	DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA BOEIRA
Data: 21/02/2025 15:52:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br
VICTORYA DOS SANTOS VARELA
Data: 21/02/2025 11:39:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>