

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: ALTERMED			
Nº DO ITEM: 01 MARCA/MODELO: TIC-TONG			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	17338 - ABAIXADOR DE LINGUA COM AROMA E SABOR ESPÁTULA DE PLÁSTICO ESPÁTULA DE PLÁSTICO COM AROMA E SABOR. PALHETA LISA INDICADA PARA TODAS AS IDADES. MATERIAL EM PLÁSTICO ATÓXICO E NÃO ALERGÊNICO. LIVRE DE AÇÚCAR, LÁTEX, BPA. NÃO PROVOCA IRRITABILIDADE OCULAR OU DERMICA; NÃO CONTEM QUALQUER SUBSTÂNCIA MEDICAMENTOSA; TEM SABOR DE TUTTIFRUTTI. EMBALAGEM COM 40 ESPÁTULAS. COM REGISTRO NA ANVISA. Validade de 2 anos.	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• RESISTÊNCIA • FLEXIBILIDADE • ACABAMENTO • PRESENÇA DE SABOR E ODOR	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 27 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	

Documento assinado digitalmente
DANIELA BOEIRA
Data: 27/02/2025 14:03:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
VICTORYA DOS SANTOS VARELA
Data: 27/02/2025 12:49:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



REGÃO N°: 005/2025 FORNECEDOR: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
N° DO ITEM: 05 MARCA/MODELO: MEDIHOUSE MEDIPLUS			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4436 - ATADURA DE CREPE TAMANHO 12 CM ATADURA EM TECIDO CREPOM COM 80% A 100% ALGODÃO, COM PESO MÍNIMO DE: 21,86G CONFORME NBR 14056, DE COR NATURAL COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, TRAMA REGULAR, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO OU DEFORME AO MANUSEIO, COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, MACIA, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E HIPOALERGÊNICA. TAMANHO: LARG. 12CM X1,80M EM REPOUSO COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL MÍNIMA DE 50% OU SEJA DEVE ESTICAR ATÉ 2,7 M, SER ELÁSTICA, DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO SOLTANDO FIAPOS, EMBALADO INDIVIDUAL DE ACORDO COM A NBR 14056 CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. PACOTE COM 12 UNID	NÃO	SOLTA FIAPOS, COM MUITA DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS, DEFORMA-SE AO MANUSEIO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• ELASTICIDADE / COMPRESSÃO • INTEGRIDADE DAS FIBRAS	NÃO	NÃO APRESENTA INTEGRIDADE DAS FIBRAS
SÃO MARCOS, 27 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: NÃO APROVADO	

Documento assinado digitalmente
DANIELA BOEIRA
Data: 27/02/2025 14:03:57-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Documento assinado digitalmente
VICTORYA DOS SANTOS VARELA
Data: 27/02/2025 12:49:41-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



REGÃO N°: 005/2025 FORNECEDOR: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
N° DO ITEM: 06 MARCA/MODELO: MEDIHOUSE MEDIPLUS			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4437 - ATADURA DE CREPE TAMANHO 15 CM ATADURA EM TECIDO CREPOM COM 80% A 100% ALGODÃO, COM PESO MÍNIMO DE: 21,86G CONFORME NBR 14056, DE COR NATURAL COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, TRAMA REGULAR, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO OU DEFORME AO MANUSEIO, COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, MACIA, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E HIPOALERGÊNICA. TAMANHO: LARG. 15CM X1,80M EM REPOUSO COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL MÍNIMA DE 50% OU SEJA DEVE ESTICAR ATÉ 2,7 M, SER ELÁSTICA, DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO SOLTANDO FIAPOS, EMBALADO INDIVIDUAL DE ACORDO COM A NBR 14056 CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. PACOTE COM 12 UNID	NÃO	SOLTA FIAPOS, COM MUITA DISTANCIA ENTRE OS FIOS, DEFORMA-SE AO MANUSEIO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• ELASTICIDADE / COMPRESSÃO • INTEGRIDADE DAS FIBRAS	NÃO	NÃO APRESENTA INTEGRIDADE DAS FIBRAS
SÃO MARCOS, 27 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: NÃO APROVADO	
Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 27/02/2025 14:03:57-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br		Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 27/02/2025 12:51:06-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br	

REGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
Nº DO ITEM: 09 MARCA/MODELO: MEDIHOUSE MEDIPLUS			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4434 - ATADURA DE CREPE TAMANHO 8 CM ATADURA EM TECIDO CREPEOM COM 80% A 100% ALGODÃO, COM PESO MÍNIMO DE: 21,86G CONFORME NBR 14056,DE COR NATURAL COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, TRAMA REGULAR, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO OU DEFORME AO MANUSEIO, COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, MACIA, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E HIPOALERGÊNICA. TAMANHO: LARG. 8CM X1,80M EM REPOUSO COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL MÍNIMA DE 50% OU SEJA DEVE ESTICAR ATÉ 2,7 M, SER ELÁSTICA, DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO SOLTANDO FIAPOS, EMBALADO INDIVIDUAL DE ACORDO COM A NBR 14056 CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. PACOTE COM 12 UNID	NÃO	SOLTA FIAPOS, COM MUITA DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS, DEFORMA-SE AO MANUSEIO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• ELASTICIDADE / COMPRESSÃO • INTEGRIDADE DAS FIBRAS	NÃO	NÃO APRESENTA INTEGRIDADE DAS FIBRAS
SÃO MARCOS, 27 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 27/02/2025 14:03:57-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 27/02/2025 12:51:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br 	
		PARECER: NÃO APROVADO	

PREGAO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: ALTERMED			
Nº DO ITEM: 10 MARCA/MODELO: BIOSANI			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4649 - CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL, DISPOSITIVO CONFECCIONADO P.V.C. ATÓXICO, ASPIROGÊNICO, FLEXÍVEL; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: OXIGENOTERAPIA. CONECTOR NASAL DE SILICONE [DOIS DENTES DE GARFO] QUE SE ADAPTA ÀS NARINAS E FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS COMO OCULOS.COMPRIMENTO MÍNIMO DE 110 CM. UMA EXTREMIDADE COM CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTAÇÃO NO TUBO DE OXIGÊNIO, E NA OUTRA CONECTOR NASAL. ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA; EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	NÃO	OS DOIS ITENS ENVIADOS ERAM DE TAMANHO ADULTO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FLEXIBILIDADE • REGULAGEM • NÃO LESIONAR A FACE	SIM	CORRESPONDE AO EDITAL
SÃO MARCOS, 27 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: NÃO APROVADO  Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 27/02/2025 14:09:33-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br  Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 27/02/2025 12:51:06-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: ALTERMED			
Nº DO ITEM: 11 MARCA/MODELO: BIOSANI			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4650 - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO. DISPOSITIVO CONFECCIONADO P.V.C. ATÓXICO, ASPIROGÊNICO, FLEXÍVEL; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: OXIGENOTERAPIA. CONECTOR NASAL DE SILICONE [DOIS DENTES DE GARFO] QUE SE ADAPTA AS NARINAS E FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS COMO ÓCULOS.COMPRIMENTO MÍNIMO DE 110 CM. UMA EXTREMIDADE COM CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTAÇÃO NO TUBO DE OXIGÊNIO, E NA OUTRA CONECTOR NASAL. ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA: EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	SIM	CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO ITEM
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FLEXIBILIDADE • REGULAGEM • NÃO LESIONAR A FACE	SIM	CORRESPONDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 27 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	
Documento assinado digitalmente  DANIELA BOEIRA Data: 27/02/2025 14:09:33-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br		Documento assinado digitalmente  VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 27/02/2025 12:51:06-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: GT MED PRODUTOS HOSPITALARES			
Nº DO ITEM: 12 MARCA/MODELO: DESCARBOX PREMIUM			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4647 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 1,5 LITROS. COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE; CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS; POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA; PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853 E DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA Nº 306 DE 07/12/04 - ANVISA. DEVE APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE; POSSUI DESCONECTOR DE AGULHAS. Na composição não conter materiais recicláveis ou ecológico.	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• RESISTÊNCIA • ALÇA DE TRANSPORTE SEGURAS • VEDAÇÃO	NÃO	PRODUTO FRÁGIL - A MANIPULAÇÃO, NÃO RESISTENTE SEM BOA VEDAÇÃO
SÃO MARCOS, 27 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 27/02/2025 14:09:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 27/02/2025 12:51:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br PARECER: NÃO APROVADO	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: GT MED PRODUTOS HOSPITALARES			
Nº DO ITEM: 21 MARCA/MODELO: PREMIUM			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4472 - ESFIGNOMANÔMETRO MECANICO ANEROIDE ADULTO. POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LÁTEX VULCANIZADO, VALVULA DE DEFLAÇÃO EM METAL CROMADO, FEITO EM LIGA METALICA RESISTENTE A CHOQUES. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. AFERIDO PELO IPEM. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO ITEM
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO • CONFORTABILIDADE • VEDAÇÃO	NÃO	APRESENTA FRÁGIL VEDAÇÃO COM DIFICULDADE AO USO FREQUENTE APRESENTANDO DESGASTE DO VELCRO E RASGOS NA ALÇA PARA COLOCAÇÃO DO MEDIDOR
SÃO MARCOS, 27 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: NÃO APROVADO	
Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 27/02/2025 14:09:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br 		Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 27/02/2025 12:52:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br 	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
Nº DO ITEM: 22 MARCA/MODELO: PREMIUM			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4473 - ESFIGNOMANÔMETRO MECANICO ANEROIDE INFANTIL POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LÁTEX VULCANIZADO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO • CONFORTABILIDADE • VEDAÇÃO	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 27 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 21/02/2025 14:09:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 27/02/2025 12:52:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br PARECER: APROVADO	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
Nº DO ITEM: 23 MARCA/MODELO: PREMIUM			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4474 - ESFIGNOMANÔMETRO MECANICO ANEROIDE PARA OBESO POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LATEX OU LATEX VULCANIZADO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO • CONFORTABILIDADE • VEDAÇÃO	NÃO	APRESENTA FRAGILIDADE DO VELCRO AO USO FREQUENTE COM PERDA DA VEDAÇÃO
SÃO MARCOS, 27 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 27/02/2025 14:13:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 27/02/2025 12:52:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br gov.br	
		PARECER: NÃO APROVADO	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA			
Nº DO ITEM: 26 MARCA/MODELO: ESTILO			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4477 - ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, DE COR NATURAL, SEM MANCHAS, RESISTENTES, PONTAS ARREDONDADAS, COM SUPERFÍCIE LISA E BORDAS COM ACABAMENTO, ESPESSURA UNIFORME EM TODA A EXTENSÃO, DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO; 18 MM DE LARGURA; 1,9 MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO • CONFORTABILIDADE • VEDAÇÃO	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 21 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	
Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 27/02/2025 14:13:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br 		Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 27/02/2025 12:52:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br 	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA			
Nº DO ITEM: 27 MARCA/MODELO: KOLPLAST			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4478 - ESPÉCULO G ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. A TÓXICO, FORMATO ANATÔMICO, BORDAS LISAS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA), RESISTENTE, INDEFORMÁVEL E ABERTURA SEM RUÍDOS. ESTRUTURA DIVIDIDA BASICAMENTE EM DUAS PARTES (AS VALVAS E O PARAFUSO). VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E ACOPLADO AO ESPÉCULO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. NÃO LUBRIFICADO. TAMANHO G	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• ABERTURA SEM RESISTÊNCIA • MATERIAL	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 21 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	
Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 27/02/2025 14:13:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 27/02/2025 12:52:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA			
Nº DO ITEM: 29 MARCA/MODELO: KOLPLAST			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4480 - ESPÉCULO P ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. ATÓXICO, FORMATO ANATÔMICO, BORDAS LISAS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA), RESISTENTE, INDEFORMÁVEL E ABERTURA SEM RUÍDOS. ESTRUTURA DIVIDIDA BASICAMENTE EM DUAS PARTES (AS VALVAS E O PARAFUSO). VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E ACOPLADO AO ESPÉCULO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS, NÃO LUBRIFICADO. TAMANHO P - MEDIDAS: ALTURA 11CM E LARGURA 3CM APROXIMADAMENTE.	NÃO	NÃO APRESENTA 11CM DE ALTURA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• ABERTURA SEM RESISTÊNCIA • MATERIAL	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 21 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 27/02/2025 14:13:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 27/02/2025 12:54:04-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br PARECER: NÃO APROVADO	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAÇÃO E MATERIAIS			
Nº DO ITEM: 38 MARCA/MODELO: CIEX			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4527 - MICROPORE 2,5CM X 10M FITA HIPOALERGÊNICA (ROLO COM CAPA PROTETORA). CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO, NA COR BRANCA, COM MASSA ACRÍLICA EM UM DOS LADOS, DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE EM TODA EXTENSÃO FACILITANDO A ADESÃO, INCLUSIVE EM PRESENÇA DE PILOSIDADE, UMIDADE (SUOR) E USO PROLONGADO.SUAVE PARA A PELE; DEIXA A PELE TRANSPIRAR. RESISTENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, NÃO DESFIAR AO CORTE MANUAL E NEM DURANTE A PERMANÊNCIA NA PELE. APRESENTAÇÃO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO / ADESÃO NA PELE	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 27 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	
Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA  Data: 27/02/2025 14:13:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA  Data: 27/02/2025 12:54:04-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	