

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: L A DALLA PORTA LTDA			
Nº DO ITEM: 16 MARCA/MODELO: ERIMAX			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM			
DESCRIÇÃO DO ITEM	4457 - COMPRESSAS CIRÚRGICAS DE GASES TIPO QUEIJO COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO (BOBINA), EM ALGODÃO PURO, 13 FIOS/CM, 03 DOBRAS E 08 CAMADAS, MEDINDO 91CM X 91CM, COR BRANCA, ISENTA DE AMIDO, DEXTRINA, CORANTES CORRETIVOS, AZULADOSÓPTICOS, ÁLCALIS E ÁCIDOS, FIOS UNIFORMES E SEM FALHAS OU FIAPOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL NÃO ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N DO LOTE E REGISTRO NO MS.	ATENDE O EDITAL SIM	OBSERVAÇÕES ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• ABSORÇÃO • INTEGRIDADE DAS FIBRAS	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 28 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	
Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 04/03/2025 09:29:39-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br 		Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 03/03/2025 14:18:23-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br 	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Nº DO ITEM:17 MARCA/MODELO: COTTONMAX			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM			OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	ATENDE O EDITAL		
4456 - COMPRESSAS DE GASE HIDRÓFILA TAMANHO MEDIDA MÍNIMA DE 7,5X7,5CM FECHADA E 15CM x 30CM ABERTA, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM2, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO, PESO MÍNIMO POR UNIDADE NÃO INFERIOR A 1,0 G. CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DE COR BRANCA, NÃO SOLTAR FIAPOS, ISENTO DE IMPUREZAS E RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ALCALIS. NÃO É RADIOPÁCO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM EM PACOTES COM 500 UNIDADES, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 13843, COM DADOS DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	NÃO		O PRODUTO NÃO APRESENTA 13 FIOS/CM² E AS MESMAS NÃO APRESENTAM INTEGRIDADE DAS FIBRAS.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO • ABSORÇÃO • INTEGRIDADE DAS FIBRAS	NÃO		PRODUTO SEM INTEGRIDADE DAS FIBRAS
SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: NÃO APROVADO	

Documento assinado digitalmente

gov.br

DANIELA BOEIRA

Data: 04/03/2025 09:29:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

VICTORYA DOS SANTOS VARELA

Data: 03/03/2025 14:18:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: L A DALLA PORTA LTDA			
Nº DO ITEM: 18 MARCA/MODELO: VITALPACK			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4467 - ENVELOPES AUTOSELANTE 150MMX250MM ENVELOPE AUTO SELANTES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO HOSPITALARES EM AUTOCLAVE E ÓXIDO DE ETILENO. MALEÁVEL, RESISTENTE À ALTA TEMPERATURA, MANUSEIO, NÃO DEVENDO DELAMINAR, ATÓXICO, ISENTO DE MICROFURROS, CORANTES, ALVEJANTES E FIBRAS. COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO QUE REAJA AO PROCESSO A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO. FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO DE 60g/m2, PAPEL GRAU CIRÚRGICO 70 g/m2. SER TERMOSSELÁVEL. APRESENTAÇÃO EM ENVELOPE 150MMX250MM COM CAIXA DE 100 UNIDADES CADA. NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• ESPESSURA, RESISTÊNCIA, PERMEABILIDADE, VEDAÇÃO.	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 28 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	
Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 04/03/2025 09:29:39-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 03/03/2025 14:18:23-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: L A DALLA PORTA LTDA			
Nº DO ITEM: 19 MARCA/MODELO: VITALPACK			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4468 - ENVELOPES AUTOSELANTES 90MMX260MM ENVELOPE AUTOSELANTES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO HOSPITALARES EM AUTOCLAVE E ÓXIDO DE ETILENO. MALEÁVEL, RESISTENTE À ALTA TEMPERATURA, MANUSEIO, NÃO DEVENDO DELAMINAR, ATÓXICO, ISENTO DE MICROFURTO, CORANTES, ALVEJANTES E FIBRAS. COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO QUE REAJA AO PROCESSO A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO. FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO DE 60g/m2, PAPEL GRAU CIRÚRGICO 70 g/m2. SER TERMOSSELÁVEL. APRESENTAÇÃO EM ENVELOPE 90MMX260MM COM CAIXA DE 100 UNIDADES CADA. NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• ESPESSURA, RESISTÊNCIA, PERMEABILIDADE, VEDAÇÃO.	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 28 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	
Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA  Data: 04/03/2025 09:29:39-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA  Data: 03/03/2025 14:18:23-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	

PREGÃO N°: 005/2025 FORNECEDOR: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
N° DO ITEM: 24 MARCA/MODELO: CREMER			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4476 - ESPARADRAPO 2,5 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, APIROGÊNICO, ATÓXICO, FLEXÍVEL, FIXAÇÃO E REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS. BORDAS COM ACABAMENTO PARA EVITAR FIAPOS E ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	NÃO	A REMOÇÃO DA PELE DEIXA RESÍDUOS, AO CORTE DEIXOU FIAPOS E NÃO SE MANTEVE NO FORMATO.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO / ADESAO NA PELE	NÃO	NÃO POSSUI BOA FIXAÇÃO, AO CORTE DEIXA FIAPOS.
SÃO MARCOS, 28 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 04/03/2025 09:29:39-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 03/03/2025 14:20:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
		PARECER: NÃO APROVADO	

PREGÃO N°: 005/2025 FORNECEDOR: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
N° DO ITEM: 25 MARCA/MODELO: WILTEX			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4475 - ESPARADRAPO TAMANHO: 10 CM X 4,5 M , CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, APIROGÊNICO, ATÓXICO, FLEXÍVEL, FIXAÇÃO E REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS. BORDAS COM ACABAMENTO PARA EVITAR FIAPOS E ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	NÃO	A REMOÇÃO DA PELE DEIXA RESÍDUOS E AO CORTE DEIXA FIAPOS.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO / ADESÃO NA PELE	NÃO	NÃO POSSUI BOA FIXAÇÃO, AO CORTE DEIXA FIAPOS.
SÃO MARCOS, 28 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 04/03/2025 09:36:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 03/03/2025 14:20:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br PARECER: NÃO APROVADO	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: BIMEX			
Nº DO ITEM: 34 MARCA/MODELO: ANADONA			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4510 - LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT LENÇOL DESCARTÁVEL TNT BRANCO C/ ELÁSTICO. TAMANHO: 2,00 M X 0,90 CM. (COMPRIMENTO X LARGURA). GRAMATURA: 40 GR/M2. MATERIAL 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO. COR: BRANCO. EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES. COM REGISTRO ANVISA.	NÃO	NÃO POSSUI AS MEDIDAS SOLICITADA.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO • CONFORTABILIDADE • TAMANHO • QUALIDADE DO TECIDO	NÃO	FRAGIL A MANIPULAÇÃO, TAMANHO PEQUENO, RASGA COM FACILIDADE.
SÃO MARCOS, 28 DE FEVEREIRO DE 2025.			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 04/03/2025 09:36:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 03/03/2025 14:20:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br PARECER: NÃO APROVADO	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: BIMEX			
Nº DO ITEM: 36			
MARCA/MODELO: CROWN NAME GROUP - PFF2 CLASSE S			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4524 - MÁSCARA N 95 - HOSPITALAR MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95. RESPIRADOR SEMIFACIAL DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDO DE FILTRO MECÂNICO DE NÃO-TECIDO (TNT), COMPOSTO DE FIBRAS SINTÉTICAS SOBREPOSTAS ALEATORIAMENTE, FABRICADA EM PEÇA ÚNICA COM 6 CAMADAS, FILTROS TRATADOS ELETROSTATICAMENTE, PROTEGIDA EXTERNAMENTE POR FELTRO DE TNT, PARTES INCORPORADAS POR ULTRASSOM; CLIPE NASAL PARA AJUSTE MANTENDO A VEDAÇÃO DO RESPIRADOR. FIXAÇÃO COM ELÁSTICO EM ORELHA COM A CORRETA COLOCAÇÃO E SELAGEM DO RESPIRADOR E, POR FIM, UMA CAMADA DE SPUNBONDED DE CONFORTO PARA PROTEÇÃO DA PELE. OBEDECE AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 13698 DA ABNT. COM REGISTRO ANVISA.	SIM	DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO • CONFORTABILIDADE • VEDAÇÃO • QUALIDADE DO TECIDO	NÃO	DESCONFORTÁVEL COM CLIPE NASAL DE DIFÍCIL MOLDAGEM, SEM VEDAÇÃO ADEQUADA
SÃO MARCOS, 28 DE FEVEREIRO DE 2025.			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 04/03/2025 09:36:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 03/03/2025 14:20:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
Nº DO ITEM: 37 MARCA/MODELO: GLOMED			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4526 - MICROPORE 12,5 MM X 10M FITA HIPOALERGÊNICA (ROLO COM CAPA PROTETORA). CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO, NA COR BRANCA, COM MASSA ACRÍLICA EM UM DOS LADOS, DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE EM TODA EXTENSÃO FACILITANDO A ADESÃO, INCLUSIVE EM PRESENÇA DE PILOSIDADE, UMIDADE (SUOR) E USO PROLONGADO.SUAVE PARA A PELE; DEIXA A PELE TRANSPIRAR. RESISTENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, NÃO DESFIAR AO CORTE MANUAL E NEM DURANTE A PERMANÊNCIA NA PELE. APRESENTAÇÃO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO ITEM
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO / ADESÃO NA PELE	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 28 DE FEVEREIRO DE 2025.			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 04/03/2025 09:36:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br gov.br Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 03/03/2025 14:20:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
Nº DO ITEM: 43 MARCA/MODELO: TECNOPRINT IMPRESSOS LTDA			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	14700 - PAPEL PARA CARDIOTACOGRAFO DO APARELHO BT-350 TAMANHO 150mmX90mmX150 FOLHAS. PAPEL DE REGISTRO TERMOSSENSIVEL DE AUTA SENSIBILIDADE PARA IMPRESSAO TERMICA DE REGISTROS GRÁFICOS DOS RESULTADOS DE EXAMES DE MONITORIZAÇÃO DO FETO E DO UTERO DURANTE A GRAVIDEZ. VENDIDO EM BLOCOS DO TIPO Z - FOLD CADA BLOCO DE PAPEL CONTEM 150 FOLHAS	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO / ADESÃO NA PELE	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 28 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	
Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 04/03/2025 09:36:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 03/03/2025 14:20:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
Nº DO ITEM: 44 MARCA/MODELO: SPK PROTECTION			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM			
DESCRIÇÃO DO ITEM	4564 - TECIDO SMS GRANDE EMBALAGEM DESCARTÁVEL TIPO MANTA DE SMS - MEDIDAS 50 CM X 50CM. SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL (SBE) PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM ALTA TEMPERATURA NAS AUTOCLAVES E/OU EM BAIXA TEMPERATURA POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO (SPUNBOND / MELTBLOWN / SPUNBOND-SMS) LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. LISA, ÍNTEGRA, SEM FUROS. GRAMATURANO MÍNIMO 38G/M². NÃO ESTÉRIL. PROCESSÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. ATENDER A NBR 14990-6 2009 - REQUISITOS PARA MATERIAIS DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE. PACOTE C/ 100 FOLHAS	NÃO	APRESENTA 50 FOLHAS
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• LAUDO COMPROVANDO A EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM • HIDROREPELENTE, MALEÁVEL • RESISTENTE À RUPTURA (RASGOS)	SIM	NÃO APRESENTA LAUDO DE EFICIENCIA DE FILTRAGEM, NÃO É RESISTENTE A RASGOS
SÃO MARCOS, 28 DE FEVEREIRO DE 2025.			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 04/03/2025 09:39:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 03/03/2025 14:20:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br PARECER: NÃO APROVADO	