

PREGÃO Nº: 005/2025
FORNECEDOR: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Nº DO ITEM: 2

MARCA/MODELO: THEOTO

REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4413 - ABAIXADOR DE LÍNGUA CONFECCIONADO EM MADEIRA, NA COR NATURAL, SEM MANCHAS E INODORO. DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM TODA SUA EXTENSÃO, COM APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA E 0,2MM DE ESPESSURA. RESISTENTE AO MANUSEIO, COM SUPERFÍCIE LISA E BORDAS SEM REBARBAS; EXTREMIDADES ARREDONDADAS. PACOTE COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N.º DO LOTE E REGISTRO NO MS	NÃO	EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES DE ABAIXADORES DE LÍNGUA, CONFECCIONADO EM MADEIRA PORÉM COM PRESENÇA DE REBARBAS , APRESENTA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• RESISTÊNCIA • FLEXIBILIDADE • ACABAMENTO	NÃO	NÃO APRESENTOU RESISTÊNCIA À UTILIZAÇÃO, SENDO NECESSÁRIA POUCA FORÇA PARA QUEBRA-LO. APRESENTA AINDA PROBLEMAS NO ACABAMENTO COM REBARBAS DA MADEIRA, ABAIXADORES NÃO ÍNTEGROS (QUEBRADOS AO MEIO NA PRÓPRIA EMBALAGEM)

SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025

EQUIPE AVALIATIVA:

Enf Daniela Boeira
Enf Victorya Varela



Documento assinado digitalmente
DANIELA BOEIRA
Data: 21/02/2025 11:39:07-0306
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente
VICTORYA DOS SANTOS VARELA
Data: 20/02/2025 08:39:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PARECER:

NÃO APROVADO

PREGÃO Nº. 005/2025
FORNECEDOR: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Nº DO ITEM: 13
MARCA/MODELO: DESCARBOX ECOLOGIC

REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		
DESCRIÇÃO DO ITEM	ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
4646 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTES 13 LITROS. COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLASTICO RESISTENTE; CAPACIDADE PARA 13 LITROS; POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA; PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853 E DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA Nº 306 DE 07/12/04 - ANVISA. DEVE APRESENTAR NUMERO DE REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Na composição não conter materiais recicláveis ou ecológico.		POSSUI MATERIAIS ECOLÓGICOS NA COMPOSIÇÃO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO		
• RESISTÊNCIA • ALÇA DE TRANSPORTE SEGURAS • VEDAÇÃO	NAO	FRÁGIL A MANIPULAÇÃO, NÃO REALIZA VEDAÇÃO APROPRIADA
SÃO MARCOS, 21 DE FEVEREIRO DE 2025		
EQUIPE AVALIATIVA:		
Enf Daniela Boeira		
Enf Victoria Varela		
 Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 06/03/2025 17:03:04-0300 Verifique em https://validar.tri.gov.br  Documento assinado digitalmente VICTORIA DOS SANTOS VARELA Data: 06/03/2025 16:23:49-0300 Verifique em https://validar.tri.gov.br		PARECER: NÃO APROVADO

PREGÃO Nº: 005/2025
FORNECEDOR: CIRÚRGICA LAJEADENSE

Nº DO ITEM: 30

MARCA/MODELO: DESCARBOX NATURAL

REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	10158 - EXTENSORES EXTENSET COM UMA VIA PARA EQUIPO COM FILTRO TUBO PVC TRANSLÚCIDO COM DIÂMETRO DE 2,0MM E FILTRO DE AR; EXTENSOR PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, COM CONECTOR LUER LOCK FÊMEA, PROTETOR EM UMA DAS EXTREMIDADES E CONECTOR LUER LOCK MACHO COM PROTETOR E FILTRO NA OUTRA EXTREMIDADE. PINÇA CORTA FLUXO E TUBO CONTROLADO E FILTRO DE AR. EMBALADO EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO FECHADO POR TERMO SELAGEM, CONTENDO UMA UNIDADE ESTERILIZADA.	SIM	DE ACORDO COM DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• CONEXÕES, ELETOR, QUALIDADE DO MATERIAL	SIM	DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Vitoriya Varela		PARECER: APROVADO	

 Documento assinado digitalmente
DANIELA BOEIRA
Data: 06/03/2025 17:05:04 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
VICTORIA DOS SANTOS VARELA
Data: 23/02/2025 09:15:33 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>