



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO Nº. 049/2025

Araricá/RS, 11 de Março de 2025.

Origem: Secretaria de Saúde
Destino: Compras e Licitações

Assunto: Edital.

Edital solicita: “Software de Imagem do tipo estendida ou panorâmica de no mínimo 50 cm”
A panorâmica tem como usabilidade a varredura completa de uma determinada região a ser avaliada. Considerando as necessidades técnicas do procedimento, uma panorâmica com a extensão mínima de 30 cm já é suficiente para garantir uma análise precisa e abrangente da área a ser examinada, sem comprometer a qualidade diagnóstica.
Portanto, solicitamos que seja considerada a possibilidade de aceitar softwares com panorâmica mínima de 30 cm.

Resposta: O termo de referência foi elaborado com base nas necessidades atuais, sendo que o que está descritivo deve ser considerado exatamente como foi definido, nenhuma redução será aceita. Apenas será aceito alterações que sejam superiores ao descrito, visando o benefício público

Edital solicita: “SSD com capacidade não inferior a 500 Gigabyte”
Com base no princípio da isonomia que orienta as licitações, solicitar que seja aceita também a utilização de HD (Disco Rígido), uma vez que o tipo de armazenamento não compromete a qualidade do exame a ser realizado.

Resposta: HD (Disco Rígido) é uma tecnologia inferior ao solicitado. Apenas será aceito alterações que sejam superiores ao descrito, visando o benefício público

Edital solicita: “Software de medidas automáticas para cálculo da biometria fetal”
Destacamos que o cálculo da biometria fetal também pode ser realizado de forma semi-automática pelo equipamento ofertado, sem comprometer a precisão e a qualidade do exame.
Solicitamos, portanto, que seja considerada a flexibilidade para a utilização de tecnologias alternativas que atendam às necessidades clínicas do procedimento.

Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas.

Av. José Antônio de Oliveira Neto, 355 – Araricá – Rio Grande do Sul – CEP: 93.880-000 – CNPJ: 01.612.918/0001-54

Página 1 de 3



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Reposta: O termo de referência foi elaborado com base nas necessidades atuais, sendo que o que está descritivo deve ser considerado exatamente como foi definido, nenhuma redução será aceita. Apenas será aceito alterações que sejam superiores ao descrito, visando o benefício público

Edital solicita: “seleção eletrônica de pelo menos 8 (oito) diferentes Transdutores”
Considerando que os equipamentos de ultrassom disponíveis no mercado geralmente oferecem 04 portas ativas para transdutores, gostaríamos de saber se, ao se referirem à “seleção eletrônica”, o Edital realmente menciona a seleção de frequências.
Se for esse o caso, para garantir a cobertura de uma maior gama de correntes, gostaríamos de saber se seria possível aceitar a especificação de "5 (cinco) diferentes frequências" em vez de 8.

Reposta: O termo de referência foi elaborado com base nas necessidades atuais, sendo que o que está descritivo deve ser considerado exatamente como foi definido, nenhuma redução será aceita. Apenas será aceito alterações que sejam superiores ao descrito, visando o benefício público

Edital solicita: “Transdutor Convexo com faixa de frequência de 2 a 8 MHz com 192 elementos”
Solicitamos que seja permitida uma variação de ± 1 MHz, pois essa diferença não compromete a qualidade do exame. Além disso, considerando que a tecnologia dos cristais impacta no custo, pedimos que sejam aceitos transdutores similares que ofereçam desempenho equivalente.

Reposta: O termo de referência foi elaborado com base nas necessidades atuais, sendo que o que está descritivo deve ser considerado exatamente como foi definido, nenhuma redução será aceita. Apenas será aceito alterações que sejam superiores ao descrito, visando o benefício público

Edital solicita: “R\$177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais)”

Em relação ao valor citado no Edital de R\$ 177.000,00, gostaríamos de destacar que esse montante não é suficiente para a aquisição de um equipamento de ultrassom com as especificações técnicas solicitadas. O equipamento em questão é de alta complexidade, incluindo recursos como Software de Elastografia, Cardiologia avançada (Strain Rate), 5 portas USB, aquecedor de gel integrado e garantia estendida de 24 meses, sendo que o padrão usual é de 12 meses.

Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas.




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Resposta: O valor de referência foi estabelecido após a verificação de que existem outras empresas que atendem ao descritivo com o valor definido, conforme o rito processual para elaboração e publicação do edital

Solicito que o prazo de entrega seja em 30 dias. isso se deve a secretaria estar sem equipamento e estar gastando mais com exames de ultrassom e deslocamento dos pacientes, que devem ser atendidos em algum laboratório credenciado, e isso aumenta o gasto do município com esses exames

Desde já agradeço;

Atenciosamente;



Maximiliano Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Maximiliano Gomes da Silva
Portaria N° 009/2025
Secretário Municipal de Saúde de Araricá

Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICÁ

ATA DE ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO, PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU SUGESTÕES DO
EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2025 – PROCESSO Nº. 018/2025

O Pregoeiro designado pela Portaria nº 044/2025, na tarde do dia 11 de março de 2025, às 13:00 horas, analisou as Impugnações, Pedido de Esclarecimento e/ou Sugestões referente ao edital PRE nº 018/2025, propostas pelas empresas **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS e UNIVEN HEALTHCARE.**

Foi enviada para a Secretaria Municipal de Saúde para análise a impugnação, pedido de esclarecimentos e sugestões apresentadas pelas empresas acima referidas, retornando como **“INDEFERIDO”**, todas as manifestações, conforme razões constantes em seu memorando que fica fazendo parte integrante dessa ata.

Dessa forma opino pelo indeferimento da impugnação, pedido de esclarecimento e sugestões realizadas pelas empresas **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS e UNIVEN HEALTHCARE.**

O processo será encaminhado ao Prefeito Municipal para análise e decisão, sendo que neste ato sugiro o indeferimento, adotando como motivação a fundamentação/razões constante da resposta da Secretaria Municipal de Saúde.

Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro encerrou a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Pregoeiro.

Araricá, 11 de março de 2025.


Evandro Augusto Fleck
Pregoeiro



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICÁ

Decisão de Impugnação, Pedido de Esclarecimentos e/ou Sugestões.

EDITAL PRE Nº 018/2025

Processo nº 018/2025

Revedo as razões de impugnação, pedido de esclarecimentos e/ou sugestões efetuadas pelas empresas **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS** e **UNIVEN HEALTHCARE**, em relação ao edital do Pregão Eletrônico nº 018/2025, INDEFIRO os mesmos, adotando como motivação e fundamentação, as razões expostas na resposta da Secretaria Municipal de Saúde, sobre o qual se manterá o edital, inclusive com os prazos nele previstos.

Araricá, 11 de março de 2025.

OSEAS GARCIA

Prefeito Municipal