



RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO 001/2025

Processo nº: 20472/2024

Pregão nº: 001/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Cuida o presente sobre resposta a pedido de impugnação, tempestivamente encaminhada por empresas interessadas em participar da supracitada licitação.

No mérito alegam que o Edital possui irregularidades em relação ao descritivo de alguns itens.

Este é o relatório:

O pedido de impugnação foi encaminhado à secretaria requisitante do objeto, que após análise técnica, emitiu o Memorando nº 046/2025/SMS/GS e com as seguintes alterações:

- a) Descritivo do ITEM 49;
- b) Descritivo do ITEM 52
- c) Descritivo do ITEM 167;
- d) Descritivo do ITEM 193;
- e) Descritivo do ITEM 194;

Item	Descrição
49	Ultrassom odontológico descrição: ultrassom piezelétrico wireless; aspecto físico: motor de bancada material corpo: plástico ABS componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiros indicações: periodontia endodontia prótese dentística componentes adicionais: bomba peristáltica reservatório p/ líquido pedal fonte: elétrico, bivolt ou 220 v.
52	Desfibrilador externo automático DEA - dimensões - peso: portátil e leve especificação: - arritmias chocáveis: fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. - Forma de onda: onda de choque exponencial truncada bifásica com compensação de impedância. - Energia de desfibrilação do equipamento: modo adulto - 200j e modo pediátrico - 50j. - faixa de impedância: 25 ohms a 175 ohms. - Tamanho dos eletrodos de desfibrilação: adulto - área = 110 cm² e pediátrico - área = 80 cm². - Controle de carga: controle automático por software (sistema de detecção de arritmia e controle de carga). - Tempo de análise do ritmo cardíaco: menos de 8s (temperatura de 20°C). Bateria recarregável: - bateria de longa duração com 5 anos de vida útil e autonomia para 200 choques ou 4 horas de análise de ecg. Tipo: dióxido de lítio manganês. Endereço SMS: Rua Dr. Lourenço Zaccaro 1193. Centro. Nova Santa Rita – RS. CEP. 92.480-000 – Telefones: 51-3479. 1233 Email: smsnsr@novasantarita.rs.gov.br - Site: www.novasantarita.rs.gov.br 2 Capacidade: 12 vdc 4500 mah. Duração: 200 choques de 200j ou 4 horas de análise de ecg. Modo de funcionamento: operação contínua.
167	Ionômero de vidro restaurador (kit pó+líquido) embalagem com 1 frasco de pó com 12,5g + 1 frasco de líquido com 8,5ml.
193	Cânula nasal adulto, material: pvc atóxico e transparente, tamanho: adaptado para uso adulto, conexões: tubos de inserção macios e confortáveis, aplicação:





	administração de oxigênio de baixo fluxo em adultos, características adicionais: almofadas nasais anatômicas, tubulação leve e resistente.
194	Cânula nasal infantil, material: pvc atóxico e transparente, tamanho: adaptado para uso adulto, conexões: tubos de inserção macios e confortáveis, aplicação: administração de oxigênio de baixo fluxo em crianças, características adicionais: almofadas nasais anatômicas, tubulação leve e resistente.

Assim, informo que, considerando que o certame se encontra suspenso desde o dia 05/03/2025, devolve-se integralmente os prazos para a sua realização, conforme cronograma abaixo:

CRONOGRAMA		
Fase	Atividade	Data
01	Publicação.	19/03/2025
02	Limite para cadastramento das propostas (até às 9hs).	03/04/2025
03	Abertura das propostas (às 09h 01min).	03/04/2025
04	Início do pregão (a partir das 9h 30min).	03/04/2025

Nova Santa Rita, 17 de março de 2025.

João Alberto Eliseu da Silva
Pregoeiro

