



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Item 11 Fluxo 270934

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Diel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200

www.fhgv.com.br

/fhgvrs

/fundação-hospitalar-getúlio-vargas

FICHA PARECER TÉCNICO

Nº

Material e marca avaliado:

Máscara UNI CPAP TAM M BESMED®

Lote:

Quantidade:

Unidade avaliadora:

Código no SIGH:

2563

Descrição Padronizada:

ITENS PARA AVALIAÇÃO

1) O material contempla a especificação padronizada?

() Sim () Não Obs.: _____

2) A embalagem é adequada para a utilização? (considerar abertura, exposição e identificação do item e registros, lote e instruções de uso)

() Boa () Regular () Ruim Obs.: _____

3) Durante o manuseio e/ou procedimento com o material houve a identificação de irregularidades ou efeito indesejável?

() Sim () Não Qual: _____

4) A utilização do item avaliado pode desencadear algum efeito adverso colocando em risco a segurança do paciente?

() Sim () Não Qual: _____

Pontos Positivos: _____

Pontos Negativos: _____

Observações: _____

Conclusão sobre o item acima especificado:

() Aprovado

(X) Reprovado

Avaliador:

Fernanda

Cargo/Função:

Fisioterapeuta

Data: ____/____/____

Unidade: _____

Conduta da Comissão de Parecer Técnico:

A máscara precisa ser específica para CPAP com fixação lapso confortável na frente do paciente.

Geiza Feron Medeiros
Farmacêutica
CRF 10824

Identificação interna do documento N6YWSVRRB9-MK7HDJ42



Nome do arquivo:

2563MASCARA_VNI_CPAP_M_BESMED_202503181756126170631.
pdf

Data de vinculação à solicitação: 18/03/2025 20:56

Autor: Geiza Feron Medeiros (geiza.medeiros)

Aplicativo: 270934