

Ofício n.º 57/2025/DIR. FHC

São Leopoldo, 19 de março de 2025.

Sr. Claudio Madruga
Pregoeiro
Av. Dom João Becker, 754 – Centro - São Leopoldo/RS

Assunto: Referente a Análise de Amostras PE 21/2024-**Aquisição futura de Colchoes e Travesseiros**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, encaminhamos a análise das amostras realizadas pelos gestores, conforme documento anexo, referente ao PE 21/2024-**Aquisição futura de Colchoes e Travesseiros**.


Atenciosamente,



Luciana Santos de Mello
Agente Administrativo



Angel Natana da Silva Schokai
Diretor de Compras, Licitações e Contratos



Memorando: MI-ALMOX - 008/25

De: Departamento de Materiais e Estoque/Almoxarifado

Para: Departamento de Compras/Setor de Licitações

Referente: Amostra para teste – P.E. 21/2024

Informamos que recebemos em tempo hábil para avaliação das amostras de AQUISIÇÃO FUTURA DE COLCHÕES E TRAVESSEIROS, visando o fornecimento à Fundação dos produtos cotados no P.E. 21/2024, cujas considerações seguem:

Empresa: MULTIFOAM DO BRASIL - LTDA
CNPJ 48.223.831/0001/59

Lote	Material	Marca	Amostra
03	Colchão piramidal, densidade 33 com as seguintes medidas: 1,88 x 88 x 06 cm. (Cód. FHC 16113)	MULTIFLEX	APROVADA

Empresa: ZEFERINA PAULINA AMÁLIA MÜLLER SCHERER – LTDA
CNPJ 22.252.006/0001-99

Lote	Material	Marca	Amostra
01	Travesseiro hospitalar, resistente a lavagem industrial, 0,35 x 0,50. (Cód. FHC 20496)	GAZIN	APROVADA
02	Colchão hospitalar com espuma 100% poliuretano, densidade 28, com as seguintes medidas: 1,88 x 88 x 12 cm (Cód. FHC 23633)	GAZIN	REPROVADA


Lote 02: **REPROVADO** – A amostra apresentada não atende à densidade especificada (D28), comprometendo o suporte adequado ao peso do paciente.

São Leopoldo, 19 de março de 2025.

Atenciosamente,

Irotilde P. da Silva
Enfermeira
CONCRE 61922

Irotilde Pereira da Silva – Enfermeira
Responsável pela análise das amostras


Júlio César Fagundes Silveira
Coordenador do Almoxarifado