

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: COOP. UNIMED CENTRAL DE COOP UNIMED DO RS LTDA			
Nº DO ITEM: 05 MARCA/MODELO: ATADURA CREPE BRUNA			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4436 - ATADURA DE CREPE TAMANHO 12 CM ATADURA EM TECIDO CREPOM COM 80% A 100% ALGODÃO, COM PESO MÍNIMO DE: 21,86G CONFORME NBR 14056, DE COR NATURAL COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, TRAMA REGULAR, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO OU DEFORME AO MANUSEIO, COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, MACIA, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E HIPOALERGÊNICA. TAMANHO: LARG. 12CM X 1,80M EM REPOUSO COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL MÍNIMA DE 50% OU SEJA DEVE ESTICAR ATÉ 2,7 M, SER ELÁSTICA, DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO SOLTANDO FIAPOS. EMBALADO INDIVIDUAL DE ACORDO COM A NBR 14056 CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. PACOTE COM 12 UNID.	NÃO	APRESENTA DISTÂNCIA GRANDE ENTRE OS FIOS, DEFORMA-SE AO MANUSEIO.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• ELASTICIDADE / COMPRESSÃO • INTEGRIDADE DAS FIBRAS	NÃO	PERDE A INTEGRIDADE DAS FIBRAS NÃO FORNECENDO BOA COMPRESSÃO.
SÃO MARCOS, 17 DE MARÇO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla Vieira		 Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 17/03/2025 15:42:14-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br  Documento assinado digitalmente CARLA VIEIRA DA SILVA Data: 17/03/2025 15:24:25-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br PARECER: NÃO APROVADO	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: COOP. UNIMED CENTRAL DE COOP UNIMED DO RS LTDA			
Nº DO ITEM: 09 MARCA/MODELO: ATADURA CREPE BRUNA			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4434 - ATADURA DE CREPE TAMANHO 8 CM ATADURA EM TECIDO CREPOM COM 80% A 100% ALGODÃO, COM PESO MÍNIMO DE: 21,86G CONFORME NBR 14056, DE COR NATURAL COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, TRAMA REGULAR, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO OU DEFORME AO MANUSEIO, COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, MACIA, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E HIPOALERGÊNICA. TAMANHO: LARG: 8CM X 1,80M EM REPOUSO COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL MÍNIMA DE 50% OU SEJA DEVE ESTICAR ATÉ 2,7 M, SER ELÁSTICA, DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO SOLTANDO FIAPOS. EMBALADO INDIVIDUAL DE ACORDO COM A NBR 14056 CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. PACOTE COM 12 UNID.	NÃO	APRESENTA GRANDE DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS, DEFORMA-SE AO MANUSEIO.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• ELASTICIDADE / COMPRESSÃO • INTEGRIDADE DAS FIBRAS	NÃO	PERDE A INTEGRIDADE DAS FIBRAS NÃO FORNECENDO BOA COMPRESSÃO.
SÃO MARCOS, 17 DE MARÇO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla Vieira		Documento assinado digitalmente  VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 17/03/2025 15:42:14-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br Documento assinado digitalmente  CARLA VIEIRA DA SILVA Data: 17/03/2025 15:24:25-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br PARECER: NÃO APROVADO	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			
Nº DO ITEM: 13 MARCA/MODELO:DESCARBOX ECOLOGIC			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4646 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTES 13 LITROS. COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE; CAPACIDADE PARA 13 LITROS; POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA; PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853 E DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA Nº 306 DE 07/12/04 - ANVISA. DEVE APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Na composição não conter materiais recicláveis ou ecológico.	NÃO	APRESENTA MATERIAIS ECOLOGICOS NA SUA COMPOSIÇÃO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• RESISTENCIA, ALÇA PARA TRANSPORTE SEGURAS E VEDAÇÃO	NÃO	ABAS FRAGEIS DANIFICANDO A PRÓPRIA MONTAGEM DO COLETOR
SÃO MARCOS, 17 DE MARÇO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla Vieira		Documento assinado digitalmente  VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 17/03/2025 15:42:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Documento assinado digitalmente  CARLA VIEIRA DA SILVA Data: 17/03/2025 15:24:25-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br PARECER: NÃO APROVADO	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			
Nº DO ITEM: 23 MARCA/MODELO:P. A. MED			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4474 - ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO ANERÓIDE PARA OBESO POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LÁTEX VULCANIZADO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO • CONFORTABILIDADE • VEDAÇÃO	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO.
SÃO MARCOS, 17 DE MARÇO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla Vieira		Documento assinado digitalmente gov.br VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 17/03/2025 15:42:14-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br Documento assinado digitalmente gov.br CARLA VIEIRA DA SILVA Data: 17/03/2025 15:24:26-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br PARECER: APROVADO	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			
Nº DO ITEM: 37 MARCA/MODELO:CIEX			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4526 - MICROPORE 12,5 MM X 10M FITA HIPOALERGÊNICA (ROLO COM CAPA PROTETORA). CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO, NA COR BRANCA, COM MASSA ACRÍLICA EM UM DOS LADOS, DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE EM TODA EXTENSÃO FACILITANDO A ADESÃO, INCLUSIVE EM PRESENÇA DE PILOSIDADE, UMIDADE (SUOR) E USO PROLONGADO.SUAVE PARA A PELE; DEIXA A PELE TRANSPIRAR. RESISTENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, NÃO DESFIAR AO CORTE MANUAL E NEM DURANTE A PERMANÊNCIA NA PELE. APRESENTAÇÃO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO/ADESÃO NA PELE	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO.
SÃO MARCOS, 17 DE MARÇO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla Vieira		Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 17/03/2025 15:43:46-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br Documento assinado digitalmente CARLA VIEIRA DA SILVA Data: 17/03/2025 15:31:28-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br	
		PARECER: APROVADO	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: C M HOSPITALAR S. A.			
Nº DO ITEM: 39 MARCA/MODELO: CREMER BRANCA			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4528 - MICROPORE 5 CM X 10M FITA HIPOALERGÊNICA (ROLO COM CAPA PROTETORA). CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO, NA COR BRANCA, COM MASSA ACRÍLICA EM UM DOS LADOS, DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE EM TODA EXTENSÃO FACILITANDO A ADESÃO, INCLUSIVE EM PRESENÇA DE PILOSIDADE, UMIDADE (SUOR) E USO PROLONGADO. SUAVE PARA A PELE; DEIXA A PELE TRANSPIRAR. RESISTENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, NÃO DESFIAR AO CORTE MANUAL E NEM DURANTE A PERMANÊNCIA NA PELE. APRESENTAÇÃO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	NÃO	NÃO DEIXA A PELE RESPIRAR. DEIXA RESÍDUOS.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO/ADESÃO NA PELE	NÃO	NA PELE FRÁGIL APRESENTA DIFICULDADE PARA DESCOLAR CAUSANDO TRAUMA LOCAL.
SÃO MARCOS, 17 DE MARÇO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla Vieira		PARECER: NÃO APROVADO	
		 Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 17/03/2025 15:43:46-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  Documento assinado digitalmente CARLA VIEIRA DA SILVA Data: 17/03/2025 15:31:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	