

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: COOP UNIMED CENTRAL DE COOP UNIMED DO RS LTDA			
Nº DO ITEM: 03 MARCA/MODELO: MEDIHOUSE			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	10013 - APÓSITO ESTÉRIL 10CMX15CM CONFECCIONADO COM, NO MÍNIMO, UMA CAMADA DE ALGODÃO HIDRÓFILO E UMA DE GAZE, FORMANDO UMA ESPESSURA UNIFORME, MACIA E DE COR BRANCA; A GAZE DEVE SER 100% ALGODÃO, CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM², ISENTA DE RESÍDUOS, DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE, ÁCIDOS E ÁLCALIS, SEM FALHAS OU FIAPOS, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• ABSORÇÃO • INTEGRIDADE DAS FIBRA	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 24 DE MARÇO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla da Silva		Documento assinado digitalmente gov.br CARLA VIEIRA DA SILVA Data: 26/03/2025 14:22:26-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Documento assinado digitalmente gov.br VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 26/03/2025 12:34:11-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br PARECER: APROVADO	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
Nº DO ITEM: 04 MARCA/MODELO: EDUARDA PREMIUM AMED			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4435 - ATADURA DE CREPE TAMANHO 10 CM ATADURA EM TECIDO CREPOM COM 80% A 100% ALGODÃO, COM PESO MÍNIMO DE: 21,86G CONFORME NBR 14056, DE COR NATURAL COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, TRAMA REGULAR, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES QUE IMPEÇA O ESFIAMENTO OU DEFORME AO MANUSEIO, COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, MACIA, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E HIPOALERGÊNICA. TAMANHO: LARG. 10CM X1,80M EM REPOUSO COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL MÍNIMA DE 50% OU SEJA DEVE ESTICAR ATÉ 2,7 M, SER ELÁSTICA, DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO SOLTANDO FIAPOS. EMBALADO INDIVIDUAL DE ACORDO COM A NBR 14056 CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. PACOTE COM 12 UNID.	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• ELASTICIDADE / COMPRESSÃO • INTEGRIDADE DAS FIBRAS	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 24 DE MARÇO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla da Silva		PARECER: APROVADO  Documento assinado digitalmente CARLA VIEIRA DA SILVA Data: 26/03/2025 14:22:26-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 26/03/2025 12:34:11-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR:METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
Nº DO ITEM: 12 MARCA/MODELO: DESCARBOX ECOLOGIC			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4647 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 1,5 LITROS, COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE; CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS; POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA; PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853 E DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA Nº 306 DE 07/12/04 - ANVISA. DEVE APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE; POSSUI DESCONNECTOR DE AGULHAS. Na composição não conter materiais recicláveis ou ecológico.	NÃO	POSSUI MATERIAL RECICLAVEL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• RESISTÊNCIA • ALÇA DE TRANSPORTE SEGURAS • VEDAÇÃO	NÃO	FRAGIL A MANIPULAÇÃO E A MONTAGEM
SÃO MARCOS, 24 DE MARÇO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla da Silva		Documento assinado digitalmente gov.br CARLA VIEIRA DA SILVA Data: 26/03/2025 14:22:26-0300 Verifique em https://validar.ti.gov.br Documento assinado digitalmente gov.br VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 26/03/2025 12:34:11-0300 Verifique em https://validar.ti.gov.br PARECER: NÃO APROVADO	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Nº DO ITEM: 16 MARCA/MODELO: GAZE QUEIJO ERIMAX			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4457 - COMPRESSAS CIRÚRGICAS DE GASES TIPO QUEIJO COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO (BOBINA), EM ALGODÃO PURO, 13 FIOS/CM, 03 DOBRAS E 08 CAMADAS, MEDINDO 91CM X 91CM, COR BRANCA, ISENTA DE AMIDO, DEXTRINA, CORANTES CORRETIVOS, AZULADOSÓPTICOS, ÁLCALIS E ÁCIDOS, FIOS UNIFORMES E SEM FALHAS OU FIAPOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL NÃO ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N DO LOTE E REGISTRO NO MS	NÃO	SOLTA FIAPOS, COM MUITADISTANCIA ENTRE OS FIOS, DEFORMA-SE AO MANUSEIO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• ELASTICIDADE / COMPRESSÃO • INTEGRIDADE DAS FIBRAS	NÃO	NÃO APRESENTA INTEGRIDADE DAS FIBRAS. A MANIPULAÇÃO A MESMA PERDE O FORMATO NÃO SENDO POSSÍVEL POR EXEMPLO MONTAR UM APÓSITO COM O MESMO.
SÃO MARCOS, 17 DE MARÇO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla Vieira		PARECER: NÃO APROVADO  Documento assinado digitalmente CARLA VIEIRA DA SILVA Data: 26/03/2025 14:22:26-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 26/03/2025 12:34:11-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: COOP UNIMED CENTRAL DE COOP UNIMED DO RS LTDA			
Nº DO ITEM: 17 MARCA/MODELO: MEDIHOUSE			
	REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM	ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4456 - COMPRESSAS DE GAZES HIDRÓFILA TAMANHO MEDIDA MÍNIMA DE 7,5X7,5CM FECHADA E 15CM x 30CM ABERTA, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM2, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO, PESO MÍNIMO POR UNIDADE NÃO INFERIOR A 1,0 G. CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DE COR BRANCA, NÃO SOLTAR FIAPOS, ISENTO DE IMPURESAS E RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ALCALIS. NÃO RADIOPACO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM EM PACOTES COM 500 UNIDADES, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 13843, COM DADOS DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• ABSORÇÃO • INTEGRIDADE DAS FIBRA	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 24 DE MARÇO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla da Silva	gov.br Documento assinado digitalmente CARLA VIEIRA DA SILVA Data: 26/03/2025 14:22:26-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br gov.br Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 26/03/2025 12:34:11-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	PARECER: APROVADO	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
Nº DO ITEM: 21 MARCA/MODELO: PREMIUM			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4472 - ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO ANERÓIDE ADULTO. POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LATEX VULCANIZADO, VALVULA DE DEFLAÇÃO EM METAL CROMADO, FEITO EM LIGA METALICA RESISTENTE A CHOQUES. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. AFERIDO PELO IPEM. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO • CONFORTABILIDADE • VEDAÇÃO	NÃO	APRESENTA FRAGILIDADE DO VELCRO AO USO FREQUENTE COM PERDA DA VEDAÇÃO
SÃO MARCOS, 24 DE MARÇO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla da Silva		Documento assinado digitalmente gov.br CARLA VIEIRA DA SILVA Data: 26/03/2025 14:25:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Documento assinado digitalmente gov.br VICTORIA DOS SANTOS VARELA Data: 26/03/2025 12:36:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br PARECER: NÃO APROVADO	

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
Nº DO ITEM: 23 MARCA/MODELO: PREMIUM			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4474 - ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO ANERÓIDE PARA OBESO POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LÁTEX VULCANIZADO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO • CONFORTABILIDADE • VEDAÇÃO	NÃO	APRESENTA FRAGILIDADE DO VELCRO AO USO FREQUENTE COM PERDA DA VEDAÇÃO
SÃO MARCOS, 24 DE MARÇO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla da Silva		gov.br Documento assinado digitalmente CARLA VIEIRA DA SILVA Data: 26/03/2025 14:25:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br gov.br Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 26/03/2025 12:36:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br PARECER: NÃO APROVADO	

PREGÃO N°: 005/2025 FORNECEDOR: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
N° DO ITEM: 25 MARCA/MODELO: CIEX				
	REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4475 - ESPARADRAPO TAMANHO: 10 CM X 4,5 M, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, APIROGÊNICO, ATÓXICO, FLEXÍVEL, FIXAÇÃO E REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS. BORDAS COM ACABAMENTO PARA EVITAR FIAPOS E ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.		SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO/ADESÃO NA PELE		NÃO	NÃO APRESENTA FIXAÇÃO NA PELE DESCOLANDO-SE COM MUITA FACILIDADE
SÃO MARCOS, 24 DE MARÇO DE 2025				
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla da Silva		gov.br Documento assinado digitalmente CARLA VIEIRA DA SILVA Data: 26/03/2025 14:25:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br gov.br Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 26/03/2025 12:36:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br PARECER: NÃO APROVADO		

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			
Nº DO ITEM: 30 MARCA/MODELO: SEROPLAST			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	10158 - EXTENSORES EXTENSET COM UMA VIA PARA EQUIPO COM FILTRO TUBO PVC TRANSLÚCIDO COM DIÂMETRO DE 2,0MM E FILTRO DE AR; EXTENSOR PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, COM CONECTOR LUER LOCK FÊMEA, PROTETOR EM UMA DAS EXTREMIDADES E CONECTOR LUER LOCK MACHO COM PROTETOR E FILTRO NA OUTRA EXTREMIDADE, PINÇA CORTA FLUXO E TUBO CONTROLADO E FILTRO DE AR. EMBALADO EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO FECHADO POR TERMO SELAGEM, CONTENDO UMA UNIDADE ESTERILIZADA.	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• CONEXÕES, EJETOR, QUALIDADE DO MATERIAL	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 24 DE MARÇO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla da Silva		PARECER: APROVADO  Documento assinado digitalmente CARLA VIEIRA DA SILVA Data: 26/03/2025 14:25:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 26/03/2025 12:36:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	