

PREGÃO Nº: 004/2025			
FORNECEDOR: T D & V COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA			
Nº DO ITEM: 03			
MARCA/MODELO: SAFE CATH			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4416 - ABOCATH Nº 20 DISPOSITIVO INTRAVENOSO CATETER TAMANHO 20 G - COR ROSA UNIVERSAL. ESTÉRIL, RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CÂNULA TRANSPARENTE, COM PAREDES FINAS, LISAS, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, HEMOCOMPATÍVEL, INERTE, FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA. CÂNULA METÁLICA - AGULHA SILICONADA COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO, SEM REBARBAS OU RESÍDUOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITA PROTEÇÃO TOTAL DA PONTA DA AGULHA PÓS PUNÇÃO SEM RISCO BIOLÓGICO ATENDENDO A N32. COM CÂMARA DE REFLUXO COM FILTRO E TRANSPARENTE QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. CONECTOR RIGIDO TIPO LUER LOCK PERMITE CONEXÃO SEGURA COM OS EQUIPOS UTILIZADOS, CODIFICADO POR CORES INDICANDO O CALIBRE CONFORME A NBR 1055-5. EMBALADO INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL E VIGENTE COM REGISTRO NA ANVISA. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• DESLIZE NA PUNÇÃO • AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PUNÇÃO • AGULHA • ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA • ENGATE DO CATETER ÀS CONEXÕES	SIM	ATENDE AOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 27 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Roberta Rech Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	
 Documento assinado digitalmente ROBERTA RECH Data: 03/03/2025 10:00:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		 Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 03/03/2025 09:49:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	

PREGÃO Nº: 004/2025			
FORNECEDOR: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Nº DO ITEM:24			
MARCA/MODELO: MEDLEVENSOHN			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4507 - LANCETAS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. AGULHA TRIFACETADA, EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. CORPO DA LANCETA EM PLÁSTICO E TAMPA EM ABS. VALIDADE DE 05 ANOS APÓS A ESTERILIZAÇÃO. Caixa com 100 unidades.	SIM	DE ACORDO COM DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• QUALIDADE E PERFURAÇÃO	SIM	DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	
Documento assinado digitalmente  DANIELA BOEIRA Data: 21/02/2025 14:18:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		Documento assinado digitalmente  VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 20/02/2025 10:21:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	

PREGÃO Nº: 004/2025			
FORNECEDOR: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Nº DO ITEM: 19			
MARCA/MODELO: MEDIX			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4653 - FIO NYLON Nº 3-0 FIO CIRÚRGICO DE MONOFILAMENTO DE NYLON. COR PRETA. NÃO ABSORVÍVEL. FIO COM COMPRIMENTO DE 45 CM E O COM DIÂMETRO 3-0. AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 3/8 DE CURVATURA, TAMANHO 30 MM DE COMPRIMENTO, FORTE E AFIADA, DE BOA QUALIDADE, CORTANTE, TIPO TRIANGULAR REVERSO, DURÁVEL E QUE DURANTE TODO O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO ENTORTE E COM BOM CORTE, COM BOA MALEABILIDADE. ESTÉRIL. ACONDICIONADOS EM ENVELOPES CONTENDO 01 FIO. PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE FORMA A PROPICIAR ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA DA EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. VALIDADE POR 5 ANOS	SIM	DE ACORDO COM DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• AGULHA (CORTE, DESLIZE) • FIO (RUPTURA)	SIM	DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		Documento assinado digitalmente  DANIELA BOEIRA Data: 21/02/2025 14:18:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 20/02/2025 10:17:09-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	PARECER: APROVADO

PREGÃO Nº: 005/2025 FORNECEDOR: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Nº DO ITEM:33 MARCA/MODELO: DESCARPACK			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4552 - SERINGAS ESTÉRIL DE 20 ML 4552 - SERINGAS ESTÉRIL DE 20 ML - SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML, SEM AGULHA - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU PLÁSTICO SIMILAR, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ÍNTEGRO, COM TRANSPARÊNCIA PERMITINDO VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO. CILINDRO COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE, SENDO CORPO CILÍNDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO, PAREDES UNIFORMES, SILICONADO, POSSIBILITANDO MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO, COM ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL, QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, BICO LUER LOCK CENTRAL, GARANTINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS EM AGULHAS, CATETERES E OUTROS, FLANGE QUE POSSIBILITE ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE PLANA. POSSUIR ESCALA DE GRADUAÇÃO EM ML, COM TRAÇOS LONGOS E AS SUBDIVISÕES COM TRAÇOS CURTOS. ÊMBOLO COM ROLHA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, ASSEGURANDO DESLIZAMENTO SUAVE EM TODO O PERCURSO, DURANTE A ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO, NÃO SE SEPARANDO DA HASTE E EVITANDO VAZAMENTOS. HASTE DO ÊMBOLO, EM PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, COM BASE ANTIDERRAPANTE NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS APÓS FABRICAÇÃO. OBS: SERÁ ACEITA EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 200 UNIDADES.	SIM	DE ACORDO COM DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• VEDAÇÃO BORRACHA • DESLIZE	SIM	DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	
 Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 21/02/2025 11:19:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 20/02/2025 08:39:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			

PREGÃO Nº: 004/2025
FORNECEDOR: CIRÚRGICA LAJEADENSE

Nº DO ITEM: 6
MARCA/MODELO: CRAL

REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	10599 - ADAPTADOR PADRÃO PARA COLETA A VÁCUO COMPATÍVEL COM DIVERSOS TAMANHOS DE AGULHAS, SCALPS E TUBOS, PRÓPRIOS PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO	SIM	DE ACORDO COM DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• CONEXÕES, EJETOR, QUALIDADE DO MATERIAL	SIM	DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025

EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela  Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 21/02/2025 15:44:26-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 21/02/2025 11:46:21-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	PARECER: APROVADO
---	--

PREGÃO Nº: 004/2025
FORNECEDOR: CIRÚRGICA LAJEADENSE

Nº DO ITEM: 28
MARCA/MODELO: SR

REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	8297 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML SEM AGULHA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, GRADUAÇÃO COM INTERVALO DE 10 EM 10 U.I, COM SUBDIVISÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU PLÁSTICO SIMILAR, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ÍNTEGRO, COM TRANSPARÊNCIA PERMITINDO VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO. CILINDRO COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE, SENDO CORPO CILÍNDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO, PAREDES UNIFORMES, SILICONADO, POSSIBILITANDO MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO, COM ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL, QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLLO, BICO LUER LOCK CENTRAL, GARANTINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS EM AGULHAS, CATETERES E OUTROS, FLANGE QUE POSSIBILITE ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE PLANA. POSSUIR ESCALA DE GRADUAÇÃO EM ML, COM TRAÇOS LONGOS E AS SUBDIVISÕES COM TRAÇOS CURTOS. ÊMBOLO COM ROLHA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, ASSEGURANDO DESLIZAMENTO SUAVE EM TODO O PERCURSO, DURANTE A ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO, NÃO SE SEPARANDO DA HASTE E EVITANDO VAZAMENTOS. HASTE DO ÊMBOLO, EM PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, COM BASE ANTIDERRAPANTE NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS APÓS FABRICAÇÃO. OBS: SERÁ ACEITA EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 200 UNIDADES.	SIM	DE ACORDO COM DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• CONEXÕES, EJETOR, QUALIDADE DO MATERIAL	SIM	DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025

EQUIPE AVALIATIVA:

Enf Daniela Boeira
Enf Victorya Varela

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIELA BOEIRA
Data: 21/02/2025 15:52:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICTORYA DOS SANTOS VARELA
Data: 21/02/2025 11:39:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PARECER:
APROVADO

PREGÃO Nº: 004/2025 FORNECEDOR: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA			
Nº DO ITEM: 1 MARCA/MODELO: POLYMED MEDICAL DEVICES CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA DE USO PERIFÉRICO SOBRE AGULHA TAM 16G			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIPTIVO COMPLETO	4414 - ABOCATH Nº 16 DISPOSITIVO INTRAVENOSO CATETER TAMANHO 16 G - COR CINZA UNIVERSAL. ESTÉRIL, RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CÂNULA TRANSPARENTE, COM PAREDES FINAS, LISAS, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, HEMOCOMPATÍVEL, INERTE, FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA. CÂNULA METÁLICA - AGULHA SILICONADA COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO, SEM REBARBAS OU RESÍDUOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITA PROTEÇÃO TOTAL DA PONTA DA AGULHA APÓS PUNÇÃO SEM RISCO BIOLÓGICO ATENDENDO A N32. COM CÂMARA DE REFLUXO COM FILTRO E TRANSPARENTE QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK PERMITE CONEXÃO SEGURA COM OS EQUIPOS UTILIZADOS, CODIFICADO POR CORES INDICANDO O CALIBRE CONFORME A NBR 1055-5. EMBALADO INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL E VIGENTE COM REGISTRO NA ANVISA. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	NÃO	MATERIAL RECEBIDO E AVALIADO, O MESMO NÃO POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITA A PROTEÇÃO TOTAL DA PONTA DA AGULHA APÓS PUNÇÃO SEM RISCO BIOLÓGICO, NÃO ATENDENDO ENTÃO A NR32. DEMAIS ASPECTOS PRESENTES RELATIVOS A COR, CONECTOR, EMBALAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• DESLIZE NA PUNÇÃO • AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PUNÇÃO • AGULHA • ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA • ENGATE DO CATETER ÀS CONEXÕES	NÃO	O PRODUTO COM DESLIZE NA PUNÇÃO, SEM RESISTÊNCIA PORÉM SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela			PARECER: NÃO APROVADO



Documento assinado digitalmente
 DANIELA BOEIRA
 Data: 21/02/2025 13:52:02-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
 VICTORYA DOS SANTOS VARELA
 Data: 20/02/2025 09:12:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREGÃO Nº: 004/2025 FORNECEDOR: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA			
Nº DO ITEM:02 MARCA/MODELO: POLYMED MEDICAL DEVICES CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA DE USO PERIFÉRICO SOBRE AGULHA T 18G			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4415 - ABOCATH Nº 18 DISPOSITIVO INTRAVENOSO CATETER TAMANHO 18 G - COR VERDE UNIVERSAL. ESTÉRIL, RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CÂNULA TRANSPARENTE, COM PAREDES FINAS, LISAS, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, HEMO COMPATÍVEL, INERTE, FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA. CÂNULA METÁLICA - AGULHA SILICONADA COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO, SEM REBARBAS OU RESÍDUOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITA PROTEÇÃO TOTAL DA PONTA DA AGULHA PÓS PUNÇÃO SEM RISCO BIOLÓGICO ATENDENDO A N32. COM CÂMARA DE REFLUXO COM FILTRO E TRANSPARENTE QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGÜÍNEO. CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK PERMITE CONEXÃO SEGURA COM OS EQUIPOS UTILIZADOS, CODIFICADO POR CORES INDICANDO O CALIBRE CONFORME A NBR 1055-5. EMBALADO INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL E VIGENTE COM REGISTRO NA ANVISA. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	NÃO	NÃO POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITA A PROTEÇÃO TOTAL DA PONTA DA AGULHA APÓS PUNÇÃO SEM RISCO BIOLÓGICO, NÃO ATENDENDO ENTÃO A NR32. DEMAIS ASPECTOS PRESENTES RELATIVOS A COR, CONECTOR, EMBALAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• DESLIZE NA PUNÇÃO • AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PUNÇÃO • AGULHA • ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA • ENGATE DO CATETER ÀS CONEXÕES	NÃO	SEM ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: NÃO APROVADO	



Documento assinado digitalmente
VICTORYA DOS SANTOS VARELA
 Data: 20/02/2025 09:12:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
DANIELA BOEIRA
 Data: 21/02/2025 13:52:02-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREGÃO Nº: 004/2025

FORNECEDOR: **DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA**

Nº DO ITEM:13

MARCA/MODELO: TKL

REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	10017 - AGULHA DESCARTÁVEL 30X7MM DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CÂNULA - AGULHA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO. CANHÃO QUE PERMITA O ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE CONEÇÃO LUER SLIP E LUER LOOK. EMBALAGEM INDIVIDUAL E INTACTA COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGITRO. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL E VIGENTE E CONTER REGISTRO NA ANVISA. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. CONTENDO CAIXA COM 100 UNIDADES CADA	NÃO	NÃO POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• DESLIZE NA PUNÇÃO • AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PUNÇÃO • AGULHA • ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	NÃO	NÃO POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025			
 Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 21/02/2025 13:40:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 20/02/2025 09:16:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		PARECER: NÃO APROVADO	
EQUIPE AVALIAT Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela			

PREGÃO Nº: 004/2025			
FORNECEDOR: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA			
Nº DO ITEM:14			
MARCA/MODELO: TKL			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4630 - AGULHA DESCARTÁVEL 30X8 mm DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CÂNULA - AGULHA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO. CANHÃO QUE PERMITA O ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE CONEXÃO LUER SLIP E LUER LOCK. EMBALAGEM INDIVIDUAL E INTACTA COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL E VIGENTE E CONTER REGISTRO NA ANVISA. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. CONTENDO CAIXA COM 100 UNIDADES CADA.	NÃO	NÃO POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• DESLIZE NA PUNÇÃO • AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PUNÇÃO • AGULHA • ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	NÃO	NÃO POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela  Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 21/02/2025 13:52:02-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		Documento assinado digitalmente  VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 20/02/2025 09:12:04-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br PARECER: NÃO APROVADO	

PREGÃO Nº: 004/2025			
FORNECEDOR: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA			
Nº DO ITEM:15			
MARCA/MODELO: TKL			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4424 - AGULHA DESCARTÁVEL 40X1,2 mm DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CÂNULA - AGULHA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO. CANHÃO QUE PERMITA O ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE CONEXÃO LUER SLIP E LUER LOCK. EMBALAGEM INDIVIDUAL E INTACTA COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL E VIGENTE E CONTER REGISTRO NA ANVISA. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. CONTENDO CAIXA COM 100 UNIDADES CADA.	NÃO	NÃO POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• DESLIZE NA PUNÇÃO • AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PUNÇÃO • AGULHA • ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	NÃO	NÃO POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela gov.br DANIELA BOEIRA Data: 21/02/2025 13:40:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br gov.br VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 20/02/2025 09:12:04-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		PARECER: NÃO APROVADO	

PREGÃO Nº: 004/2025			
FORNECEDOR: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA			
Nº DO ITEM:27			
MARCA/MODELO: MEDIX			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4548 - SCALP Nº 25G DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSO DE ACORDO COM A NR 32 E PORTARIA 1748 DO, COM ASAS DE EMPUNHADURA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CONECTOR PROXIMAL LUER LOCK FÊMEA COM TAMPA ROSQUEÁVEL. TUBO EM PVC DISTAL MALEÁVEL E SEM MEMÓRIA. ASA EM PVC FLEXÍVEL COLORIDO. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, CÂNULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CÂNULA 25G. EMBALAGEM UNITÁRIA: ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA ÓXIDO DE ETILENO, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE COM ATÉ UM ANO NO ATO DA ENTREGA.	NÃO	NÃO POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• DESLIZE NA PUNÇÃO • AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA PUNÇÃO • AGULHA • ENGATE DO CATETER ÀS CONEXÕES	SIM	NÃO POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: NÃO APROVADO	

gov.br

Documento assinado digitalmente
VICTORYA DOS SANTOS VARELA
Data: 20/02/2025 09:15:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
DANIELA BOEIRA
Data: 21/02/2025 13:40:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREGÃO Nº: 004/2025			
FORNECEDOR: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA			
Nº DO ITEM:35			
MARCA/MODELO: TKL			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4553 - SERINGAS ESTÉRIL DE INSULINA PONTA LUER SLIP COM AGULHA, AGULHA PEQUENA 8X0,30MM. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS APÓS FABRICAÇÃO, C/ REGISTRO NA ANVISA	SIM	DE ACORDO COM DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• DESLIZE NA PUNÇÃO • AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PUNÇÃO • AGULHA	SIM	DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	
 Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 21/02/2025 13:40:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		 Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 20/02/2025 09:12:04-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	

PREGÃO Nº: 004/2025 FORNECEDOR: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA			
Nº DO ITEM:25 MARCA/MODELO: MEDIX			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4675 - SCALP Nº 21G DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSO DE ACORDO COM A NR 32 E PORTARIA 1748 DO, COM ASAS DE EMPUNHADURA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CONECTOR PROXIMAL LUER LOCK FÊMEA COM TAMPA ROSQUEÁVEL. TUBO EM PVC DISTAL MALEÁVEL E SEM MEMÓRIA. ASA EM PVC FLEXÍVEL COLORIDO. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, CÂNULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CÂNULA 23G. EMBALAGEM UNITÁRIA: ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA ÓXIDO DE ETILENO, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE COM ATÉ UM ANO NO ATO DA ENTREGA.	NÃO	NÃO POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• DESLIZE NA PUNÇÃO • AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA PUNÇÃO • AGULHA • ENGATE DO CATETER ÀS CONEXÕES	SIM	NÃO POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
SÃO MARCOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: NÃO APROVADO	
 Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 21/02/2025 13:40:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		 Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 20/02/2025 09:15:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	

Nº DO ITEM: 04
MARCA/MODELO: SAFE CATH

REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4417 - ABOCATH Nº 22 DISPOSITIVO INTRAVENOSO CATETER TAMANHO 22 G - COR AZUL UNIVERSAL. ESTÉRIL, RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CÂNULA TRANSPARENTE, COM PAREDES FINAS, LISAS, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, HEMOCOMPATÍVEL, INERTE, FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA. CÂNULA METÁLICA - AGULHA SILICONADA COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO, SEM RESBARBAS OU RESIDUOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITA PROTECAO TOTAL DA PONTA DA AGULHA PÓS PUNCAO SEM RISCO BIOLOGICO ATENDENDO A N32. COM CÂMARA DE REFLUXO COM FILTRO E TRANSPARENTE QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. CONECTOR RIGIDO TIPO LUER LOCK PERMITE CONEXÃO SEGURA COM OS EQUIPOS UTILIZADOS, CODIFICADO POR CORES INDICANDO O CALIBRE CONFORME A NBR 1055-5. EMBALADO INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGITRO. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL E VIGENTE COM REGISTRO NA ANVISA. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• DESLIZE NA PUNÇÃO • AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PUNÇÃO • AGULHA • ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA • ENGATE DO CATETER ÀS CONEXÕES	SIM	ATENDE AOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 26 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Roberta Rech Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	
 Documento assinado digitalmente ROBERTA RECH Data: 03/03/2025 10:03:19-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		 Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 03/03/2025 09:49:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	

PREGÃO Nº: 004/2025 FORNECEDOR: T D & V COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA			
Nº DO ITEM: 05 MARCA/MODELO: SAFE CATH			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4418 - ABOCATH Nº 24 DISPOSITIVO INTRAVENOSO CATETER TAMANHO 24 G - COR AMARELO UNIVERSAL. ESTÉRIL, RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CÂNULA TRANSPARENTE, COM PAREDES FINAS, LISAS, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, HEMOCOMPATÍVEL, INERTE, FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA. CÂNULA METÁLICA - AGULHA SILICONADA COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO, SEM RESBARBAS OU RESIDUOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITA PROTECAO TOTAL DA PONTA DA AGULHA PÓS PUNCAO SEM RISCO BIOLOGICO ATENDENDO A N32. COM CÂMARA DE REFLUXO COM FILTRO E TRANSPARENTE QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. CONECTOR RIGIDO TIPO LUER LOCK PERMITE CONEXÃO SEGURA COM OS EQUIPOS UTILIZADOS, CODIFICADO POR CORES INDICANDO O CALIBRECONFORME A NBR 1055-5. EMBALADO INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGITRO. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL E VIGENTE COM REGISTRO NA ANVISA. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• DESLIZE NA PUNÇÃO • AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PUNÇÃO • AGULHA • ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA • ENGATE DO CATETER ÀS CONEXÕES	SIM	ATENDE AOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 26 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Roberta Rech Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	

REGÃO Nº: 004/2025			
FORNECEDOR: CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			
Nº DO ITEM: 08			
MARCA/MODELO: VACUPLAST			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	10601 - AGULHA COLETA DE SANGUE À VÁCUO 21G (25 MM X 0,8 MM) CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO. ROSCA DUPLA TIPO UNIVERSAL. CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO MOMENTO DA PUNÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CÁPSULAS HERMETICAMENTE FECHADAS CONTENDO: CALIBRE DAAGULHA, NÚMERO DE LOTE. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO. VALIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS. COM REGISTRO NA ANVISA	SIM	DE ACORDO COM DESCRITIVO DO ITEM
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	DESLIZE NA PUNÇÃO AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PUNÇÃO AGULHA ENGATE DO CATETER ÀS CONEXÕES ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	NÃO	NÃO POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
SÃO MARCOS, 21 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: NÃO APROVADO	
gov.br Documento assinado digitalmente DANIELA BOEIRA Data: 04/03/2025 09:19:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		gov.br Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 03/03/2025 09:24:02-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	

REGÃO Nº: 004/2025 FORNECEDOR: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Nº DO ITEM: 17 MARCA/MODELO: INJEX			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4469 - EQUIPO PARA SORO COM FILTRO E INJETOR LATERAL. EQUIPO PARA SORO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO E APIROGÊNICO. PERFURADOR COM FILTRO DE AR (ABERTURA 0,22 MICRA), ADAPTÁVEL A FRASCO E BOLSA DE SOLUÇÕES, COM PONTA PERFURANTE QUE AO CONECTAR O EQUIPO AO RECIPIENTE NÃO OCORRA EXTRAVASAMENTO DE SOLUÇÃO. CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM FILTRO DE PARTÍCULAS (15 MICRA) E TUBO EXTENSOR TAMBÉM FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E, NO MÍNIMO, 1,50M DE COMPRIMENTO. CONTROLADOR DE FLUXO TIPO ROLETE DE ALTA PRECISÃO, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO. INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. ADAPTADOR TIPO LUER LOCK COM PROJETO E FILTRO QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PRIMING SEM A DESCONEXÃO DO PROTETOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• FIXAÇÃO • CONFORTABILIDADE • VEDAÇÃO	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 21 DE FEVEREIRO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: APROVADO	

Documento assinado digitalmente

DANIELA BOEIRA
 Data: 27/02/2025 14:03:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

VICTORYA DOS SANTOS VARELA
 Data: 27/02/2025 12:59:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREGÃO Nº: 0004/2025 FORNECEDOR: Litoral Saúde			
Nº DO ITEM: 23 MARCA/MODELO: D CARE			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4657 - FIO SEDA AGULHADO 4-0 FIO DE SUTURA DE SEDA TRANÇADA 4-0 COM AGULHA 3/8 CÍRCULO, CILÍNDRICA DE 17MM, ESTÉRIL, 45CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA A ABERTURA E TRANSPARÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. EM ENVELOPES CONTENDO 01 FIO. PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT. VALIDADE POR 5 ANOS.	NÃO	O MATERIAL RECEBIDO DIFERE EM RELAÇÃO A AGULHA SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA AVALIAR A CURVATURA DEVIDO A SUA UTILIZAÇÃO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• AGULHA (CORTE, DESLIZE) • FIO (RUPTURA)	NÃO	AGULHA COM DIFICULDADE NA REALIZAÇÃO DE MOVIMENTOS DEVIDO A CURVATURA
SÃO MARCOS, 20 DE FEVEREIRO DE 2025.			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Daniela Boeira Enf Victorya Varela		PARECER: NÃO APROVADO	



Documento assinado digitalmente
DANIELA BOEIRA
 Data: 21/02/2025 14:52:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
VICTORYA DOS SANTOS VARELA
 Data: 20/02/2025 10:36:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>