

PREGÃO Nº: 004/2025
FORNECEDOR: METROMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Nº DO ITEM: 09
MARCA/MODELO:DESCARPACK

REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4421 - AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 mm DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA. CÂNULA - AGULHA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO. CANHÃO QUE PERMITA O ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE CONEXÃO LUER SLIP E LUER LOOK. EMBALAGEM INDIVIDUAL E INTACTA COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGITRO. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL E VIGENTE E CONTER REGISTRO NA ANVISA. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. CONTENDO CAIXA COM 100 UNIDADES CADA.	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• DESLIZE NA PUNÇÃO • AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PUNÇÃO • AGULHA	SIM	ATENDE AOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 24 DE MARÇO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla da Silva		PARECER: APROVADO	

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLA VIEIRA DA SILVA
Data: 26/03/2025 14:19:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICTORYA DOS SANTOS VARELA
Data: 26/03/2025 12:41:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREGÃO Nº: 004/2025
FORNECEDOR: METROMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Nº DO ITEM: 11
MARCA/MODELO:DESCARPACK

REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4422 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 mm DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CÂNULA - AGULHA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO. CANHÃO QUE PERMITA O ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE CONEÇÃO LUER SLIP E LUER LOOK. EMBALAGEM INDIVIDUAL E INTACTA COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGITRO. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL E VIGENTE E CONTER REGISTRO NA ANVISA. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. CONTENDO CAIXA COM 100 UNIDADES CADA	NÃO	NÃO APRESENTA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• DESLIZE NA PUNÇÃO • AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PUNÇÃO • AGULHA • ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	NÃO	NÃO APRESENTA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

SÃO MARCOS, 25 DE MARÇO DE 2025

EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Carla da Silva	Documento assinado digitalmente  CARLA VIEIRA DA SILVA Data: 26/03/2025 14:19:42-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Documento assinado digitalmente  VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 26/03/2025 12:41:56-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	PARECER: NÃO APROVADO
---	---	--

PREGÃO Nº: 004/2025
FORNECEDOR: METROMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Nº DO ITEM: 12
MARCA/MODELO:DESCARPACK

REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4423 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 mm DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CÂNULA - AGULHA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO. CANHÃO QUE PERMITA O ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE CONEXÃO LUER SLIP E LUER LOOK. EMBALAGEM INDIVIDUAL E INTACTA COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGITRO. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL E VIGENTE E CONTER REGISTRO NA ANVISA. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. CONTENDO CAIXA COM 100 UNIDADES CADA	NÃO	NÃO APRESENTA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• DESLIZE NA PUNÇÃO • AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PUNÇÃO • AGULHA • ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	NÃO	NÃO APRESENTA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

SÃO MARCOS, 24 DE MARÇO DE 2025

EQUIPE AVALIATIVA:

Enf Victorya Varela
Téc Enf Carla da Silva

 Documento assinado digitalmente
CARLA VIEIRA DA SILVA
Data: 26/03/2025 14:19:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
VICTORYA DOS SANTOS VARELA
Data: 26/03/2025 12:41:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PARECER:
NÃO APROVADO

PREGÃO Nº: 004/2025 FORNECEDOR: CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			
Nº DO ITEM: 30 MARCA/MODELO:: SERINGA 5ML LUER LOCK SR			
REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO DO ITEM	4550 - SERINGAS ESTÉRIL DE 05 ML SEM AGULHA - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU PLÁSTICO SIMILAR, ATÓXICO, APIROGÊNICO, INTEGRO, COM TRANSPARÊNCIA PERMITINDO VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO. CILINDRO COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE, SENDO CORPO CILÍNDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO, PAREDES UNIFORMES, SILICONADO, POSSIBILITANDO MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO, COM ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL, QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, BICO LUER LOCK CENTRAL, GARANTINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS EM AGULHAS, CATETERES E OUTROS, FLANGE QUE POSSIBILITE ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE PLANA. POSSUIR ESCALA DE GRADUAÇÃO EM ML, COM TRAÇOS LONGOS E AS SUBDIVISÕES COM TRAÇOS CURTOS. EMBOLO COM ROLHA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, ASSEGURANDO DESLIZAMENTO SUAVE EM TODO O PERCURSO, DURANTE A ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO, NÃO SE SEPARANDO DA HASTE E EVITANDO VAZAMENTOS. HASTE DO EMBOLO, EM PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, COM BASE ANTIDERRAPANTE NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS APÓS FABRICAÇÃO. OBS: SERÁ ACEITA EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 200 UNIDADES.	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	• VEDAÇÃO BORRACHA • DESLIZE	SIM	ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 14 DE MARÇO DE 2025			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya Varela Téc Enf Karen Molina		 Documento assinado digitalmente VICTORYA DOS SANTOS VARELA Data: 17/03/2025 15:57:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  Documento assinado digitalmente KAREN CRISTINA COLCENTI MOLINA Data: 17/03/2025 16:10:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br PARECER: APROVADO	