

**RE: prospecto oxímetro para parecer técnico. A/C André**

1 mensagem

**Secretária Municipal de Saúde - Planejamento** <planejamento.saude@santoangelors.com.br>

7 de abril de 2025 às 11:32

Para: licitacao@santoangelo.rs.gov.br

Bom dia Giani.

Baseado que esse item trata-se do edital 21/2025.

Conforme esta especificado o pedido e no etp e tr. esse equipamento tem a seguinte descrição:

Oxímetro de pulso portátil recarregável + sensor neonatal tipo y, este equipamento fornece dados precisos e confiáveis de spo2 e frequência cardíaca com recursos avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente. Possui bateria recarregável e capa de proteção para total mobilidade. Osistema de sensor externo (cabo) oferece maior conforto para o paciente e possibilita a troca de sensores para outros tamanhos e tipos ex.: neonatal, pediátrico, tipo y, sensor de orelha (obs.: sensores adicionais compatíveis podem ser adquiridos separadamente). Osensortipo yé um sensor versátil que permite a fixação em diferentes partes do corpo. Éo sensor ideal para uso em neonatos, onde geralmente a medição é feita no pé ou na mãozinha do recém-nascido. Oproduto acompanha um cinta flexível que auxilia na fixaç&atilde ;o correta do sensor. Visor colorido de alta resolução indicação da spo2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Portátil e leve,pesando apenas 260 gramas, com baterias e sensor. Ergonomicamente projetado, adapta-se confortavelmente na palma da sua mão. Tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis de spo2 e frequência cardíaca. Memória interna permite armazenar 120 horas de dados de tendências. Indicador luminoso de alerta. Alimentação bivolt automático. Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo. Acompanha 1 sensor de spo2 de dedo adulto + 1 sensor tipo y(neonatal). Sensores adicionais (conexão 9 p inos ) pode ser adquiridos separadamente. Possibilidade de conexão com o computador através de software (opcional) que permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através de dispositivo de conexão usb (atenção: software e dispositivo de conexão adquirido separadamente).

Diante disso, o produto proposto com a imagem e o nome Oxímetro CMS 50 D não atende as necessidades por se tratar de um oxímetro de dedo. Salientamos que esse item esta no edital 24/2025 no item 19. Podendo tranquilamente a interessada participar.

---

**Adm. ANDRÉ KISSEL**

CRA/RS 39570

Secretaria Municipal de Saúde

Av Brasil,2100 Cep: 98801-590

Fone: (55) 3313-9350

Santo Ângelo-RS

**De:** "Departamento de Compras PMSA" <[licitacao@santoangelo.rs.gov.br](mailto:licitacao@santoangelo.rs.gov.br)>

**Enviada:** 2025/04/04 09:49:12

**Para:** [planejamento.saude@santoangelors.com.br](mailto:planejamento.saude@santoangelors.com.br)

**Assunto:** prospecto oxímetro para parecer técnico. A/C André

Bom dia! segue em anexo prospecto do oxímetro para avaliação técnica.

att,

Giani