


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA DA SAÚDE



Prefeitura Imbé
PE 11/2025

Descritivo técnico edital: HIDROGEL NÃO ESTÉRIL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSTITUÍDO DE ÁGUA PURIFICADA, PROPILEGOGLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, CARBOMERO 940, TRIETANOLAMINA, SENDO INDISPENSÁVEL PRESENÇA DE SORBATO DE POTÁSSIO, ÁCIDO BÓRICO, HIDANTOÍNA- TUBOS DE 85 GRAMAS.

Avaliação técnica:

Marca: HELIANTO

Hidrogel da marca helianto deverá ser desclassificado por não atender o edital. O produto não apresenta a composição que está sendo solicitada pois não contém ácido bórico, hidantoína, e sorbato de potássio, composição que tem a finalidade de conservação do produto para o tratamento de feridas por serem bactericida e fungicida, para atender os pacientes crônicos do Município, durante 28 dias após aberto. Trazendo um melhor custoxefetivo do produto. **Portanto essa marca deverá ser desclassificada.**



Ceres Vargas
ENFERMEIRA
COREN-SC 544862
Ceres Gonçalves de Vargas

Av. Paraguassú, 2017- Imbé-RS - CEP: 95.625-000
Fone/Fax: 3627-8530 - e-mail: saude@imbe.rs.gov.br