




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ

SECRETARIA DA SAÚDE *Para viver sempre bem.*



Prefeitura
Imbé PE
11/2025


Descritivo técnico edital: HIDROGEL NÃO ESTÉRIL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSTITUÍDO DE ÁGUA PURIFICADA, PROPILEGOGLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, CARBOMERO 940, TRIETANOLAMINA, SENDO INDISPENSÁVEL PRESENÇA DE SORBATO DE POTÁSSIO, ÁCIDO BÓRICO, HIDANTOÍNA- TUBOS DE 85 GRAMAS.

Avaliação técnica:

Marca: SOLOSITE / SMITH & NEPHEW

Hidrogel da marca solosite/ Smith & nephew deverá ser desclassificado por não atender o edital. O produto não apresenta a composição que está sendo solicitada pois não contém alginato em sua composição. E além disso, também não possui os componentes bactericidas e antifúngicas solicitados e importantes para redução de carga microbiana e conservação do produto aberto durante 28 dias trazendo o melhor custoxefetivo.

Portanto essa marca deverá ser desclassificada.


Ceres Vargas
C. ENFERMEIRA
COREN-RS 544862

Ceres Gonçalves de Vargas