




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA DA SAÚDE

Prefeitura
Imbé PE
11/2025



Descritivo técnico edital: HIDROGEL NÃO ESTÉRIL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSTITUÍDO DE ÁGUA PURIFICADA, PROPILEGOGLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, CARBOMERO 940, TRIETANOLAMINA, SENDO INDISPENSÁVEL PRESENÇA DE SORBATO DE POTÁSSIO, ÁCIDO BÓRICO, HIDANTOÍNA- TUBOS DE 85 GRAMAS.

Avaliação técnica:

Marca SAFGEL 85 GR/ CONVATEC

Hidrogel da marca SAFGEL 85 gr / Convatec deverá ser APROVADO por estar de acordo com o que o edital está sendo solicitado. O produto apresenta a composição que está sendo solicitada. Contém os componentes bactericidas e antifúngicas solicitados, sendo eles: SORBATO DE POTÁSSIO, ÁCIDO BÓRICO, HIDANTOÍNA, que são importantes para redução de carga microbiana e conservação do produto aberto durante 28 dias trazendo o melhor custoxefetivo ao Município.

Portanto essa marca está APROVADO , está de acordo com edital .


Ceres Vargas
ENFERMEIRA
COREN-RS 544862

Ceres Gonçalves de Vargas