



Sapucaia do Sul, 04 de julho de 2025.

Sobre o pedido de esclarecimento segue as alterações:

#### **ITEM 1 - LOTE 10 - CAMA HOSPITALAR**

**Avaliação da Engenharia:** "A equipe de planejamento de contratação aceitará a sugestão da empresa."

**Sugestão para retificar o Termo de Referência:** "Ângulo de trendelenburg/reverso de, no mínimo, 15,5°."

#### **ITEM 1 - LOTE 16 - MACA HOSPITALAR**

**Avaliação da Engenharia letra A:** "A equipe de planejamento de contratação não aceita a sugestão da empresa em função das características dos pacientes desse hospital que exigem contenção adequada e reduzir significativamente o risco de acidentes durante o transporte do paciente."

**Avaliação da Engenharia letra B:** "A equipe de planejamento de contratação aceitará a sugestão da empresa."

**Sugestão para retificar o Termo de Referência:** "Altura mínima da grade de no mínimo 35,5 cm, considerando a distância entre a superfície do colchão e o topo da grade."