



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025

ANEXO III

DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	CATETER INTRAVENOSO 18G , COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO. COMPRIMENTO DO CATETER DE 32MM A 50MM, MANDRIL CONFECCIONADA EM AÇO INOX SILICONADO COM AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA, COM EXTREMIDADE LISA, CÔNICA, E ATRAUMÁTICA, CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO E COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO. CATETER CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM PONTA RESISTENTE SEM RASGAR, ENRUGAR E LIBERAR RESÍDUOS, FLEXÍVEL, DE FÁCIL MANUSEIO, PROGRESSÃO E VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO, PERFEITA CONEXÃO COM EXTENSORES E SERINGAS. RADIOPACO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. <u>REGISTRO NO MS.</u>	UN	1200
2	ADAPTADOR DE AGULHAS P/ SISTEMA DE COLETA DE SANGUE. <u>REGISTRO NA ANVISA</u>	UN	100
3	ALGODÃO HIDROFILO 500 GR – COM NO MÍNIMO 20CM DE LARGURA CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% PURO ALGODÃO HIDRÓFILO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COR BRANCA (MÍNIMO DE 80% DE BRANCURA), MACIO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, INODORO, EM MANTA COM ESPESSURA UNIFORME), CAMADAS SOBREPOSTAS EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO, EM FORMA DE ROLO REGULARMENTE COMPACTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO. PRAZO DE VALIDADE: 90% DO PRAZO TOTAL DA VALIDADE DO PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DA NOTA FISCAL. <u>REGISTRO NA ANVISA</u>	RL	130
4	ATADURA CREPE 08 CM ATADURA EM TECIDO CREPOM COM 80% A 100% ALGODÃO, DE 08 CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 17,8 G CONFORME NBR 14056, DE COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, BORDAS ACABADAS SEM COSTURA CONTENDO FIO DE MARCAÇÃO. ENROLADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS	UN	1000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	DE ROTULAGEM PRAZO DE VALIDADE: 90% DO PRAZO TOTAL DA VALIDADE DO PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DA NOTA FISCAL. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE. <u>REGISTRO NA ANVISA</u>		
5	ATADURA CREPE 10CM ATADURA EM TECIDO CREPOM COM 80% A 100% ALGODÃO, DE 10CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 26,0 G CONFORME NBR 14056, DE COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM ² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, BORDAS ACABADAS SEM COSTURA CONTENDO FIO DE MARCAÇÃO. ENROLADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM PRAZO DE VALIDADE: 90% DO PRAZO TOTAL DA VALIDADE DO PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DA NOTA FISCAL. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE. <u>REGISTRO NA ANVISA</u>	UN	1500
6	ATADURA CREPE 20 CM EM TECIDO CREPOM COM 80% A 100% ALGODÃO, DE 20CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 42,86G CONFORME NBR 14056, DE COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM ² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, BORDAS ACABADAS SEM COSTURA CONTENDO FIO DE MARCAÇÃO. ENROLADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM. PRAZO DE VALIDADE: 90% DO PRAZO TOTAL DA VALIDADE DO PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DA NOTA FISCAL. ACONDICIONADO EM CX DE PAPELÃO. <u>REGISTRO NA ANVISA</u>	UN	3000
7	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 4 CAMADAS 45X50 C/CADARÇO – COMPRESSA CIRÚRGICA PARA CAMPO OPERATÓRIO, TECIDO EM QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO. TECIDO FEITO COM AMARRAÇÕES (ENTRELAÇAMENTO DAS QUATRO CAMADAS DE TECIDO), PARA EVITAR O DESLIZAMENTO ENTRE AS MESMAS. LATERAIS DO PRODUTO COSTURADAS COM PONTOS OVER-LOCK PARA EVITAR DESFIAÇÕES. EXTREMIDADE UM CADARÇO DUPLO, BRANQUEADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, AMIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E <u>REGISTRO NA ANVISA</u> . PESO MÍNIMO POR PACOTE COM 50 UNIDADES 1280 A 1350 GRAMAS. CONFORME ABNT NBR 132843 E PRAZO DE VALIDADE: 90% DO PRAZO TOTAL DA VALIDADE DO PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DA NOTA FISCAL.	PCT	80
8	ELETRODO DESCARTÁVEL . COMPOSTO DE DORSO DE ESPUMA COM	UN	9000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, PARA APLICAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO, GEL ÚMIDO DE CLORETO DE POTÁSSIO, CAPA PLÁSTICA, PINO DE ENCAIXE EM AÇO INOX, CONTRAPINO DE PRATA-CLORETO E PAPEL PROTETOR, EMBALADO EM SACO ALUMINIZADO, VEDADO E SELADO <u>DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.</u>		
9	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M. ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL MEDINDO 10CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, COR BRANCO, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, RESISTENTE COM CAMADA ADESIVA DE BOA ADERÊNCIA E QUALIDADE, NATURAL E VERNIZ IMPERMEABILIZANTE, FÁCIL CORTE MANUAL ISENTO DE SUBSTÂNCIA ALÉRGICA. ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA PROTETORA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE, COM <u>REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.</u>	UN	1500
10	ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL (ABAIXADOR DE LÍNGUA) FORMATO CONVENCIONAL LISO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM. DE COMPRIMENTO, 1,4 DE LARGURA E 0,5 DE ESPESSURA. <u>DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.</u>	PCT	400
11	LÂMINA DE BISTURI Nº 11 PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. ESTERILIZADA COM RAIOS GAMA, ATÓXICO E APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL. FABRICADA EM AÇO CARBONO CONFORME AS NORMAS ISO 7153, ISO 7740, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO. EMBALADAS UNITARIAMENTE EM EMBALAGEM ALUMINIZADA DE FÁCIL ABERTURA. CAIXA COM 100 UNIDADES CONSTANDO OS DADOS DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE. <u>REGISTRO ANVISA.</u>	CX	10
12	LÂMINA DE BISTURI Nº 22 PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. ESTERILIZADA COM RAIOS GAMA, ATÓXICO E APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL. FABRICADA EM AÇO CARBONO CONFORME AS NORMAS ISO 7153, ISO 7740, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO. EMBALADAS UNITARIAMENTE EM EMBALAGEM ALUMINIZADA DE FÁCIL ABERTURA. CAIXA COM 100 UNIDADES CONSTANDO OS DADOS DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE. <u>REGISTRO ANVISA.</u>	CX	10
13	PILHA ALCALINA C (MÉDIA)	UN	300
14	DISPOSITIVO SCALP N 19 G , PARA INFUSÃO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUÍDO POR AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE EMPUNHADURA, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CONECTOR	UN	800



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	FÊMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, COM NÚMERO DE <u>REGISTRO NA ANVISA</u> . EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.		
15	DISPOSITIVO SCALP N 21G , PARA INFUSÃO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUÍDO POR AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE EMPUNHADURA, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CONECTOR FÊMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, COM NÚMERO DE <u>REGISTRO NA ANVISA</u> . EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA	UN	6000
16	DISPOSITIVO SCALP N 23G , PARA INFUSÃO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUÍDO POR AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE EMPUNHADURA, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CONECTOR FÊMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, <u>REGISTRO NA ANVISA</u> . EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA	UN	2500
17	TUBO ESTÉRIL PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO COM GEL E ATIVADOR DE COÁGULO, COM SERINGA, EDTA K3, ASPIRAÇÃO DE 4 ML, TAMPONA NA COR ROXA, DIMENSÕES DO TUBO 13X75 MM, VOLUME DE 3 ML, TUBO EM POLIETILENTEREFTALATO (PET), TAMPONA GOMA CLOROBUTILENO, GEL SÓLIDO DE GELATINA GRAU FARMACÊUTICO ATIVADOR SILICIA EM PÓ. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR VIGENTES, POSSUIR NOTIFICAÇÃO DA ANVISA, BEM COMO POSSUIR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO E VIR DEVIDAMENTE ACONDICIONADO EM RACK DE ISOPOR CONTENDO INSTRUÇÕES DE USO E INFORMAÇÕES TÉCNICAS VIGENTES, <u>POSSUIR ANVISA</u> .	UN	500
18	TUBO FALCON DE 15ML , EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTÉRIL PARA ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS. TUBO DE FUNDO CÔNICO, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, GRADUADO COM TAMPONA ROSCA ALONGADA À PROVA DE VAZAMENTOS. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM PACOTE COM 25 UNIDADES. VALIDADE 3 ANOS <u>REGISTRO NA ANVISA</u>	UN	100
19	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO. COMPRIMENTO DO CATETER DE 32MM A 50MM, MANDRIL CONFECCIONADA EM AÇO INOX SILICONADO COM AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA, COM EXTREMIDADE LISA, CÔNICA, E ATRAUMÁTICA, CÂMARA DE REFLUXO	UN	500



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	QUE PERMITA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO E COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO. CATETER CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM PONTA RESISTENTE SEM RASGAR, ENRUGAR E LIBERAR RESÍDUOS, FLEXÍVEL, DE FÁCIL MANUSEIO, PROGRESSÃO E VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO, PERFEITA CONEXÃO COM EXTENSORES E SERINGAS. RADIOPACO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. <u>REGISTRO NO MS</u>		
20	CATETER INTRAVENOSO 16G CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 16G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO. COMPRIMENTO DO CATETER DE 32MM A 50MM, MANDRIL CONFECCIONADA EM AÇO INOX SILICONADO COM AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA, COM EXTREMIDADE LISA, CÔNICA, E ATRAUMÁTICA, CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO E COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO. CATETER CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM PONTA RESISTENTE SEM RASGAR, ENRUGAR E LIBERAR RESÍDUOS, FLEXÍVEL, DE FÁCIL MANUSEIO, PROGRESSÃO E VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO, PERFEITA CONEXÃO COM EXTENSORES E SERINGAS. RADIOPACO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. <u>REGISTRO NO MS.</u>	UN	500
21	CATETER INTRAVENOSO 20 G CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO. COMPRIMENTO DO CATETER DE 32 MM A 50 MM, MANDRIL CONFECCIONADA EM AÇO INOX SILICONADO COM AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA, COM EXTREMIDADE LISA, CÔNICA, E ATRAUMÁTICA, CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO E COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO. CATETER CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM PONTA RESISTENTE SEM RASGAR, ENRUGAR E LIBERAR RESÍDUOS, FLEXÍVEL, DE FÁCIL MANUSEIO, PROGRESSÃO E VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO, PERFEITA CONEXÃO COM EXTENSORES E SERINGAS. RADIOPACO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. <u>REGISTRO NO MS.</u>	UN	2000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

22	CATETER INTRAVENOSO 22G CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO. COMPRIMENTO DO CATETER DE 32MM A 50MM, MANDRIL CONFECCIONADA EM AÇO INOX SILICONADO COM AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA, COM EXTREMIDADE LISA, CÔNICA, E ATRAUMÁTICA, CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO E COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO. CATETER CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM PONTA RESISTENTE SEM RASGAR, ENRUGAR E LIBERAR RESÍDUOS, FLEXÍVEL, DE FÁCIL MANUSEIO, PROGRESSÃO E VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO, PERFEITA CONEXÃO COM EXTENSORES E SERINGAS. RADIOPACO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. <u>REGISTRO NO MS.</u>	UN	1500
23	CATETER INTRAVENOSO 24G CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO. COMPRIMENTO DO CATETER DE 32MM A 50MM, MANDRIL CONFECCIONADA EM AÇO INOX SILICONIZADO COM AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA, COM EXTREMIDADE LISA, CÔNICA, E ATRAUMÁTICA, CÂMARA DE REFLUXO QUE PERMITA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO E COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO. CATETER CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM PONTA RESISTENTE SEM RASGAR, ENRUGAR E LIBERAR RESÍDUOS, FLEXÍVEL, DE FÁCIL MANUSEIO, PROGRESSÃO E VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO, PERFEITA CONEXÃO COM EXTENSORES E SERINGAS. RADIOPACO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. <u>REGISTRO NO MS.</u>	UN	1000
24	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO 25X0,7MM (22G1) ESTÉRIL, PARA COLETAS MÚLTIPLAS, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRIFACETADA, DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE PERMITE PERFEITO ENCAIXE DE ADAPTADORES E FACILITA A TROCA DE TUBOS. COM ADAPTADOR PLÁSTICO VACUTAINER. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO. COM NÚMERO DE <u>REGISTRO NA ANVISA.</u> CAIXA COM 100 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE: 90% DO PRAZO TOTAL DA VALIDADE DO PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DA NOTA FISCAL	CX	100
25	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 X 0,12; CANHÃO DE PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO, SEM REBARBAS; HASTE EM	CX	300



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	AÇO INOX, SILICONADA, CANHÃO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA CILÍNDRICA; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO; PROTETOR PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE E EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDOS ANALÍTICOS QUE ATENDA À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES SEGUNDO EDC 185/2001. COM NÚMERO DE <u>REGISTRO NA ANVISA</u> COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO).		
26	AVENTAL DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS COM FECHAMENTO EM TIRAS NAS COSTAS E TÓRAX. COR BRANCO. EM TECIDO TNT DE GRAMATURA MÍNIMA DE 30G A 40G. TAMANHO ÚNICO 130CM LARGURA X 100CM COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. HIPOALERGÊNICO, APIROGÊNICO, ATÓXICO. EMBALAGEM PACOTE COM 10 UNIDADES. FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE DE 5 ANOS. <u>REGISTRO ANVISA.</u>	PCT	300
27	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS NEONATAL , CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO DEVE SER MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DO CATETER AO TUBO CONDUCTOR DE OXIGÊNIO. O CATETER DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO 110 CM, COM CONECTOR COMUM NUMA EXTREMIDADE E NA OUTRA UM CONECTOR NASAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE <u>REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</u>	UN	100
28	EQUIPO MACROGOTAS COM CONTROLADOR DE FLUXO – APRESENTADO EM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PRONTO PARA USO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ISENTO DE LÁTEX; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA) - DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; FILTRO DE AR HIDRÓFOBO BACTERIOLÓGICO (ABERTURA 0,22 MICRA); FILTRO DE AR DISTAL BACTERIOLÓGICO PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO (0,22 MICRA); EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL, CRISTAL ATÓXICO; PINÇA ROLETE PARA ABRIR E FECHAR	UN	500



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	O SISTEMA; CONTROLADOR DE FLUXO TIPO RELOGINHO; INJETOR LATERAL ISENTO DE LÁTEX, COM PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PARA DEDOS E CORTA-FLUXO; CONEXÃO LUER LOCK PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO; RÉGUA DE 80 CM PARA MEDIÇÃO DA ALTURA DO FRASCO/BOLSA DE SORO ATÉ O ACESSO VENOSO. APRESENTAR <u>REGISTRO NA ANVISA</u> E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES		
29	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL INFANTIL COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, TUBO TRANSPARENTE, QUE ACOMPANHA DOIS TAMANHOS DE MÁSCARA (INFANTIL), MÁSCARAS MACIAS E VÁLVULA DUPLA (NO TUBO E NA MÁSCARA), LIVRE DE BPA. <u>REGISTRO NA ANVISA</u>	UN	50
30	EXTENSOR PARA EQUIPO 40CM. CONEXÃO DO EQUIPO AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. TUBO EXTENSOR EM PVC FLEXÍVEL E CRISTAL ATÓXICO, TAMPA NAS EXTREMIDADES COM LUER-LOCK, TAMANHO 40CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. <u>REGISTRO ANVISA.</u> VALIDADE 3 ANOS. EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO.	UN	200
31	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIAS PFF 2(S)/N95 , PARA RISCOS BIOLÓGICOS. NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FABRICADA EM NÃO TECIDO, COMPOSTA DE NO MÍNIMO 4 CAMADAS (2 A 3 CAMADAS DE MEIO FILTRANTE EM FIBRAS SINTÉTICAS COMPOSTO POR MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE), COM CLIP NASAL AJUSTÁVEL. MÁSCARA DE USO HOSPITALAR. REPELENTE A LÍQUIDOS QUE BARRA A ENTRADA DE FLUÍDOS CORPÓREOS PROVENIENTES DE RESPINGOS, COM BARREIRA A MICRORGANISMOS. PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE EFICÁCIA MÍNIMA DE 95%, BFE>99%(EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA) PARA RETER DE 0,1 ATÉ 10 MICRAS; ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS NA CABEÇA E PESCOÇO, PARA DEVIDA VEDAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE AEROSSOL. SEM VÁLVULA EXALATÓRIA..RESPIRADORES EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, <u>COM CA VÁLIDO</u> , SEGUIR ABNT NBR 13698/2011 E CERTIFICAÇÃO INMETRO, <u>REGISTRO NA ANVISA</u>	UN	2000
32	ÓCULOS INCOLOR DE PROTEÇÃO , COM ARMAÇÃO EM NYLON, PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLÁTEIS MULTIDIRECIONAIS, LENTE CURVA, CONSTITUÍDA DE POLICARBONATO, COM HASTE REGULÁVEL, QUE PERMITA USO SOBRE ÓCULOS DE GRAU. <u>DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.</u>	UN	200
33	PÁS DE CHOQUE ADESIVAS – ELETRODO DESCARTÁVEL/DEA ADULTO – ELETRODO PÁS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILADOR DEA ADULTO, COM CONJUNTO DE DOIS ELETRODOS MULTIFUNÇÕES PRÉ-CONECTADOS, DESCARTÁVEIS, TAMANHO ADULTO, ACOPLAMENTO À	PAR	50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	PELE E CONDUTIVIDADE ADEQUADAS, SEM RISCO DE QUEIMADURAS ACIDENTAIS, LIVRE DE LÁTEX. VALIDADE DE UM ANO. <u>DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. COMPATIVEL COM ZOLL AEDPLUS</u>		
34	SERINGA 03 ML , COM BICO LUER LOCK CENTRAL. CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL DE 0,1 EM 0,1 ML E NUMERAÇÃO DE 0,5 EM 0,5 ML, EMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE EMBOLO – CILINDRO. ATÓXICA, APIROGÊNICA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. DEVERA ATENDER A RDC NO 3, DE 04/02/2011. <u>REGISTRO NA ANVISA</u>	UN	30.000
35	SERINGA 10 ML , COM BICO LUER LOCK CENTRAL. CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL DE 0,2 EM 0,2 ML E NUMERAÇÃO DE 2 EM 2 ML, EMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE EMBOLO – CILINDRO. ATÓXICA, APIROGÊNICA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. DEVERA ATENDER A RDC NO 3, DE 04/02/2011. <u>REGISTRO NA ANVISA</u>	UN	10.000
36	SERINGA 20 ML , COM BICO LUER SLIP. CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL DE 1 EM 1 ML E NUMERAÇÃO DE 5 EM 5 ML E MILIMETRADA, EMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE EMBOLO – CILINDRO. ATÓXICA, APIROGÊNICA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. DEVERA ATENDER A RDC NO 3, DE 04/02/2011. <u>REGISTRO NA ANVISA</u>	UN	7.000
37	SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICA, FRASCO E EXTENSÃO COM CAPACIDADE DE 2 LITROS . SISTEMA COLETOR PARA DRENO DE TÓRAX, TIPO A SECO C/ ASPIRAÇÃO, C/ VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO, MODELO RECIPIENTE 3 CÂMARAS RÍGIDAS, GRADUADAS, MATERIAL POLÍMERO TRANSPARENTE, VOLUME CERCA DE 2000 ML, VEDAÇÃO PEÇA ÚNICA, EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR P/ DRENO, COMPONENTES ALÇA DE TRANSPORTE FIXAÇÃO, AJUSTE DE ASPIRAÇÃO, COMPONENTE ADICIONAL VIA P/ COLETA, CONTROLE DE FUGA DE AR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO. <u>REGISTRO NA ANVISA</u>	UN	04
38	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.04 , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATÓXICO, APIROGÊNICO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PRÓXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXÃO DE VÁCUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FÁCIL MANUSEIO SEM	UN	100



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	CAUSAR LESÃO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE <u>REGISTRO NA ANVISA</u> . VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APOS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA		
39	TORNEIRA CIRÚRGICA DE TRÊS VIAS , THREE-WAY, DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDO DE CORPO E NÚCLEO. O CORPO DEVERÁ SER TRANSPARENTE COM PROLONGAMENTO OCO E EXTREMIDADES COM CONECTORES LUER LOCK, COM TAMPA NAS TRÊS EXTREMIDADES. O NÚCLEO PERFEITAMENTE ACOPLADO AO CORPO PARA EVITAR VAZAMENTO, PERMITINDO DESLIZAMENTO SUAVE, PERMITIR OU BLOQUEAR O FLUXO DE LÍQUIDOS ATRAVÉS DO MOVIMENTO GIRATÓRIO DA MANOPLA, DEVERÁ CONTER SETAS PARA ORIENTAR O FLUXO, ATÓXICO, APIROGÊNICO <u>REGISTRO NA ANVISA</u>	UN	2000
40	TOUCA COM ELÁSTICO , SANFONADA, TAMANHO MÍNIMO 45X50 MATERIAL 100% POLIPROPILENO; - COM ELÁSTICO NA VOLTA TODA POR PROCESSO AUTOMATIZADO; ANATÔMICA E DE FÁCIL AJUSTE; - HIPOALERGÊNICA; GRAMATURA MÍNIMA DE 30GR/M2, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. ACONDICIONADO EM CAIXAS. <u>DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.</u>	CX	100
41	ESTETOSCÓPIO ADULTO – FABRICADO EM POLIETILENO, LIVRE DE LÁTEX, FORMATO ANATÔMICO, EXTREMIDADES MACIAS E ARREDONDADAS PARA EVITAR LESÕES NO TECIDO. TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA, PAR DE OLIVA ROSQUEÁVEL SILICONE, 2 PARES DE MEMBRANAS DE PLÁSTICO RÍGIDO. ANEL ROSQUEADO DE COBRE CROMADO. BASE ROSQUEADA DE COBRE CROMADO QUE POSSIBILITA TROCA DO SINO OU DIAFRAGMA. CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO (OXIDADO OU ANODIZADO). TUBO DUPLO DE PVC LIGADO ATRAVÉS DE ANÉIS METÁLICOS. FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO. AUSCULTADOR. GARANTIA 1 ANO. <u>DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.</u>	UN	100

ATENÇÃO:

Em caso de divergência entre as descrições constantes neste documento e aquelas apresentadas no sistema eletrônico, **prevalecerá o disposto neste documento.**