

De: Londrimedi Hospitalar <londrimedihospitalar@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 7 de agosto de 2025 10:03
Para: LONDRIMEDI LICITAÇÃO; rosane.seidel@fhgv.com.br
Assunto: Re: Esclarecimento dos lotes 6, 7 e 21 PERP 0027/2025 - FHGV

Bom dia Srta Rosane, tudo bem?

Segue resposta ao questionamento.

Conforme análise do setor de engenharia: Pedimos esclarecimentos sobre os seguintes itens:

1. Itens 6/1, 6/2, 7/1, 7/2: é apresentado no catálogo um único modelo para ambos os lotes. O modelo, na descrição presente no catálogo não menciona o suporte para oxigênio, e também não é aparente a presença deste pela foto fornecida. O descritivo do item do lote 6 solicita suporte para oxigênio. Gostaríamos de saber se o modelo tem ou se não tem suporte, se é algum acessório fornecido em conjunto dentro do valor estipulado, ou se não há mesmo.

RESPOSTA: AS CADEIRAS DE RODAS NÃO POSSUEM SUPORTE PARA OXIGÊNIO, SOMENTE SUPORTE PARA SORO. (DESTA FORMA SOLICITO A DESCLASSIFICAÇÃO DO LOTE 6)

1. Itens 21/1 e 21/2: Há discordância entre a descrição presente na proposta e no catálogo quanto ao tipo de espuma, sendo que a proposta refere a D45, em concordância ao edital, e o catálogo especifica espuma D26. Gostaríamos que nos confirmassem qual a especificação do produto que se propõe a fornecer.

RESPOSTA: FIZEMOS CONTATO COM O FABRICANTE E FOMOS INFORMADOS QUE IRÃO FORNECER COM A DENSIDADE SOLICITADA EM EDITAL - D45.

Att

Em qui., 7 de ago. de 2025 às 09:21, LONDRIMEDI LICITAÇÃO <londrimedi.licitacao@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: <rosane.seidel@fhgv.com.br>
Date: qua., 6 de ago. de 2025 às 13:47
Subject: Esclarecimento dos lotes 6, 7 e 21 PERP 0027/2025 - FHGV
To: <londrimedi.licitacao@gmail.com>
Cc: <licitacao@fhgv.com.br>, <gustavo.varela@fhgv.com.br>

Boa tarde!

Conforme análise do setor de engenharia: Pedimos esclarecimentos sobre os seguintes itens:

1. Itens 6/1, 6/2, 7/1, 7/2: é apresentado no catálogo um único modelo para ambos os lotes. O modelo, na descrição presente no catálogo não menciona o suporte para oxigênio, e também não é aparente a presença deste pela foto fornecida. O descritivo do item do lote 6 solicita suporte para oxigênio. Gostaríamos de saber se o modelo tem ou se não tem suporte, se é algum acessório fornecido em conjunto dentro do valor estipulado, ou se não há mesmo.
2. Itens 21/1 e 21/2: Há discordância entre a descrição presente na proposta e no catálogo quanto ao tipo de espuma, sendo que a proposta refere a D45, em concordância ao edital, e o catálogo especifica espuma D26. Gostaríamos que nos confirmassem qual a especificação do produto que se propõe a fornecer.

Aguardo retorno do esclarecimento até amanhã dia 07/08/2025 as 12 horas para podermos dar andamento ao certame.



Rosane Luciane Seidel
Compras e Licitação
Assistente Administrativa/ Pregoeira
Fone: (51) 3451.8200 Ramal: 161
Celular: (51) 99731.5301
Skype: rosane.seidel.fhgv
rosane.seidel@fhgv.com.br
www.fhgv.com.br

--

LONDRIMEDI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 32.593.430/0001-50

IE: 908.02785-08

AV. HENRIQUE MANSANO 1595 JD. ALPES LONDRINA - PR

CEP: 86075-000

TELEFONE: (43) 3339-1320



--

