

De: Rafael - Licitação Renascer Móveis Hospitalares
<licitacao@renascermoveishospitales.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 6 de agosto de 2025 14:16
Para: rosane.seidel@fhgv.com.br
Assunto: RES: Esclarecimento do lote 20 PERP 0027/2025 - FHGV

Boa tarde...

Esclarecemos que entregaremos o material com quatro rodízios conforme descritivo técnico.

O modelo apresentado no catalogo seria o padrão com dois rodízios e duas ponteiros, pois ao ser posicionado abaixo da cama e seu tampo acima o mesmo se mantem firme, não se deslocando ao sobrepor bandejas de refeições.

Mas nos comprometemos entregar o objeto lícitado com quatro rodízios conforme proposta apresentada...

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO

Rafael Arcanjo
(43) 99651-9670 (whatsapp)

licitacao@renascermoveishospitales.com.br



Renascer Ind e Com. Moveis Hospitalares EIRELI
Avenida Dez de Dezembro, nº. 7.042 – Jd Igapó
Cep: 86046-140 Londrina / Pr. - Fone: (43) 3341-9431
CNPJ: 04.198.372/0001-25 – ICMS: 90.227.124-43
licitacao@renascermoveishospitales.com.br
www.renascermoveishospitales.com.br



De: rosane.seidel@fhgv.com.br <rosane.seidel@fhgv.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 6 de agosto de 2025 13:55
Para: licitacao@renascermoveishospitales.com.br
Cc: licitacao@fhgv.com.br; gustavo.varela@fhgv.com.br
Assunto: ENC: Esclarecimento do lote 20 PERP 0027/2025 - FHGV

Boa tarde!

Conforme análise do setor de engenharia: Pedimos esclarecimentos sobre os seguintes itens:

- 1) Item 20/1: A proposta menciona 4 rodízios, porém o catálogo especifica apenas 2 pés com rodízios, os outros 2 sendo com ponteiros plásticos. Gostaríamos de esclarecimento quanto a qual a real característica do produto oferecido.

Aguardo retorno do esclarecimento até amanhã dia 07/08/2025 as 12 horas para podermos dar andamento ao certame.

FUNDAÇÃO



HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Rosane Luciane Seidel

Compras e Licitação

Assistente Administrativa/ Pregoeira

Fone: (51) 3451.8200 Ramal: 161

Celular: (51) 99731.5301

Skype: rosane.seidel.fhgv

rosane.seidel@fhgv.com.br

www.fhgv.com.br