



Análise de especificações

Engenharia – FHGV

Parecer Técnico nº 005/2025

Parecer técnico referente ao pedido de análise para as especificações apresentadas pelos fornecedores no **Edital Nº 0027/2025**

Avaliação técnica da Engenharia FHGV:

Parecer técnico referente ao LOTE 10 – ITEM 1 e 2 - CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA TIPO FAWLER PARA LEITO.

Avaliação técnica da Engenharia FHGV: NÃO ACEITA

NÃO ATENDE ao item 24 do edital.

A especificação do catálogo não comprova o atendimento ao item 24 do edital. Na ausência de descrição clara e objetiva do calibrador de ângulo de Fowler, considera-se que o item não foi atendido, salvo apresentação de complemento técnico com foto ou manual detalhado.

NÃO ATENDE ao item 25 do edital.

Altura mínima exigida menor que 40cm

Altura mínima ofertada igual a 40 cm

A cama ofertada não atinge a altura mínima menor que 40 cm.

NÃO ATENDE ao item 26 do edital.

Altura máxima exigida: ≥ 76 cm

Altura máxima ofertada: 72 cm

A cama ofertada não atinge a altura máxima mínima exigida (falta 4 cm).



NÃO ATENDE ao item 38 do edital.

Na especificação do catálogo do equipamento não consta a especificação do cabo de alimentação elétrica (padrão brasileiro - NBR 14136) de 5 metros de comprimento, considera-se que o item não foi atendido, salvo apresentação de complemento técnico com foto ou manual detalhado.

Nada mais há a acrescentar.

Sapucaia do Sul/RS, 06 de agosto de 2025



William Silveira da Silva

Unidade de Infraestrutura

Engenheiro Eletrônico I CREA-RS 216847

Fone: (51) 3451.8200 Ramal: 115

william.silva@fhgv.com.br

www.fhgv.com.br