



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE AVALIAÇÃO DE MATERIAIS
AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS – 2ª FASE-
PREGÃO 145/2025**

NÚMERO	ÍTEM	SITUAÇÃO
1	DRENO DE TORAX, 34FR, DEVE POSSUIR LINHA RADIOPACA, ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTAÇÃO NO EXTENSOR DO FRASCO DE DRENAGEM, MULTIPERFURADO NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA ATRAUMÁTICA, COMPRIMENTO DE 40 A 50CM, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	AMOSTRA APROVADA- EMPRESA BIMEX
2	ELETRODO DESCARTÁVEL - PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA ADULTO, COM DISCO ADESIVO HIPOALERGÊNICO DE ADERÊNCIA EFICIENTE COM PAPEL PROTETOR, ELEMENTO SENSOR COM PINO DE ENCAIXE EM AÇO INOX, IMPREGNADO DE GEL ESPECIAL QUE PROPORCIONA CONDUTIBILIDADE, DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE, COM CAPA PLÁSTICA PARA MANTER A UMIDADE DO GEL. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	AMOSTRA APROVADA- EMPRESA BIMEX
3	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BEGE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BEGE, MEDINDO 10CM X 4,5M, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS DE GERMES PATOGENICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL ADEQUADA À SUA FINALIDADE, FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE ÀS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, APRESENTANDO ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E VALIDADE.	AMOSTRA REPROVADA, MANDOU A AMOSTRA ERRADA- EMPRESA BIMEX
4	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, MEDINDO 10CM X 4,5M, CONFECCIONADO EM TECIDO 100 PORCENTO ALGODÃO, COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS DE GERMES PATOGENICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL ADEQUADA À SUA FINALIDADE, FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE ÀS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, APRESENTANDO ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E VALIDADE. REGISTRO NO MS.	AMOSTRA EMPRESA MEDICENTRO REPROVADA- POUCA COLA, NÃO FIXA.
5	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PONTA ATIVA PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON, MACIA E EM FORMATO CÔNICO; EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE ÀS TRAÇÕES. ESTERILIZADAS POR RAO GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E REEMBALADAS EM PACOTES DE 100 UNIDADES.	AMOSTRA APROVADA- EMPRESA BIMEX
6	ESPÉCULO AURICULAR DESCARTÁVEL COMPATÍVEL COM OTOSCÓPIO MINI DA MIKATOS, DIÂMETRO DE 2,00 MM.	APROVADO AMOSTRA EMPRESA MK
7	ESPÉCULO AURICULAR DESCARTÁVEL COMPATÍVEL COM OTOSCÓPIO MINI DA MIKATOS, DIÂMETRO DE 4,00 MM.	APROVADO AMOSTRA EMPRESA MK
8	ESPÁTULA DE AYRES - CONFECCIONADA EM MADEIRA, DE COR NATURAL, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, RESISTENTE AO MANUSEIO, COM SUPERFÍCIE LISA E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES. PACOTE COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO NO MS.	AMOSTRA EMPRESA MEDICENTRO APROVADA
9	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA PEQUENO/PP P/EXECUÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO, EMBALADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME POLIÉSTER/POLIETILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	AMOSTRA NÃO RECEBIDA
10	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO P/EXECUÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO, EMBALADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME POLIÉSTER/POLIETILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	AMOSTRA APROVADA- EMPRESA BIMEX
11	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO P/EXECUÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO, EMBALADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME POLIÉSTER/POLIETILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	AMOSTRA APROVADA- EMPRESA BIMEX
12	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE P/EXECUÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO, EMBALADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME POLIÉSTER/POLIETILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	AMOSTRA APROVADA- EMPRESA BIMEX
13	FITA ADESIVA CIRÚRGICA DE 25MMX10M, CONSTITUÍDA DE NÃO TECIDO, MICROPOROSO, NA COR BRANCA, IMPREGNADA DE MASSA ADESIVA À BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, ADERÊNCIA RÁPIDA, CONTROLADA E PERMANENTE, MESMO SOB A AÇÃO DO SUOR OU UMIDADE EXTREMA, RESISTENTE, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM IRRITAR OU DEIXAR RESÍDUOS NA PELE.NÃO DESFIAR NO MOMENTO DO CORTE MANUAL NEM DURANTE A PERMANÊNCIA NA PELE. ENROLADA EM CARRETEL PLÁSTICO OU MATERIAL COMPATÍVEL E RECOBERTA COM MATERIAL QUE OFERÇA PROTEÇÃO ADEQUADA. DEVE CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MS.	AMOSTRA REPROVADA (MARCA CIEIX), POUCA COLA, SOLTA DA PELE COM FACILIDADE- EMPRESA BIMEX
14	FITA ADESIVA CIRÚRGICA DE 100MMX10M, CONSTITUÍDA DE NÃO TECIDO, MICROPOROSO, NA COR BRANCA, IMPREGNADA DE MASSA ADESIVA À BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, ADERÊNCIA RÁPIDA, CONTROLADA E PERMANENTE, MESMO SOB A AÇÃO DO SUOR OU UMIDADE EXTREMA, RESISTENTE, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM IRRITAR OU DEIXAR RESÍDUOS NA PELE.NÃO DESFIAR NO MOMENTO DO CORTE MANUAL NEM DURANTE A PERMANÊNCIA NA PELE. ENROLADA EM CARRETEL PLÁSTICO OU MATERIAL COMPATÍVEL E RECOBERTA COM MATERIAL QUE OFERÇA PROTEÇÃO ADEQUADA. DEVE CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MS.	AMOSTRA REPROVADA (MARCA CIEIX), POUCA COLA, SOLTA DA PELE COM FACILIDADE- EMPRESA BIMEX
15	FITA BEGE ADESIVA CIRÚRGICA DE 100MMX10M, CONSTITUÍDA DE NÃO TECIDO MICROPOROSO, NA COR BEGE, IMPREGNADA DE MASSA ADESIVA À BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, ADERÊNCIA RÁPIDA E SATISFATORIA. ENROLADA EM CARRETEL PLÁSTICO OU MATERIAL COMPATÍVEL E RECOBERTA COM MATERIAL QUE OFERÇA PROTEÇÃO ADEQUADA. DEVE CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DE LOTE E DATA DE VALIDADE.	AMOSTRA REPROVADA (MARCA CIEIX), POUCA COLA, SOLTA DA PELE COM FACILIDADE- EMPRESA BIMEX
16	FITA ADESIVA CIRÚRGICA DE 50MMX10M, CONSTITUÍDA DE NÃO TECIDO, MICROPOROSO, NA COR BRANCA, IMPREGNADA DE MASSA ADESIVA À BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, ADERÊNCIA RÁPIDA, CONTROLADA E PERMANENTE, MESMO SOB A AÇÃO DO SUOR OU UMIDADE EXTREMA, RESISTENTE, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM IRRITAR OU DEIXAR RESÍDUOS NA PELE.NÃO DESFIAR NO MOMENTO DO CORTE MANUAL NEM DURANTE A PERMANÊNCIA NA PELE. ENROLADA EM CARRETEL PLÁSTICO OU MATERIAL COMPATÍVEL E RECOBERTA COM MATERIAL QUE OFERÇA PROTEÇÃO ADEQUADA. DEVE CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MS.	AMOSTRA REPROVADA (MARCA CIEIX), POUCA COLA, SOLTA DA PELE COM FACILIDADE- EMPRESA BIMEX
17	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA, DE USO MÉDICO HOSPITALAR. CONFECCIONADA EM DORSO DE PAPEL CREPADO COM BOA ADESIVIDADE, MEDINDO 19 MM X 50 M. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO ÍNTEGRO, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº LOTE.	AMOSTRA APROVADA- EMPRESA BIMEX
18	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - MEDINDO 19MM X 30M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM DUAS FACES, SENDO O DORSO EM PAPEL CREPADO À BASE DE FIBRA DE CELULOSE, TINTA TERMORREATIVA SINALIZADOR VISUAL QUE INDIQUE A PASSAGEM PELO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (LISTRAS BEGE QUE APÓS O CICLO MUDAM DE COR) E A OUTRA FACE COM ADESIVO À BASE DE RESINA, BOA ADESIVIDADE E RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA. NÃO DEIXAR RESÍDUOS NO MATERIAL APÓS ESTERILIZAÇÃO.	AMOSTRA APROVADA- EMPRESA BIMEX
19	FIXADOR PARA LÂMINA DE CITOLOGIA - BORRIFADOR EM SPRAY DE ACIONAMENTO SUAVE E UNIFORME, TAMPA AJUSTÁVEL QUE NÃO PERMITA VAZAMENTOS. CONTEÚDO 100 ML. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	AMOSTRA EMPRESA MEDICENTRO APROVADA
20	LÂMINA FOSCA - COM EXTREMIDADE FOSCA QUE PERMITE O REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO, BEIRADAS NÃO LAPIDADAS, LISAS E SEM REBARBAS, MEDINDO 25,4 X 76,0 MM, ESPESSURA ENTRE 1 MM - 1,2 MM, SUPERFÍCIE LISA TRANSPARENTE. CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE. CAIXA COM 50 UNIDADES CADA.	AMOSTRA EMPRESA MEDICENTRO APROVADA
21	APARELHO TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MEMÓRIA PARA LEITURAS ANTERIORES, COM VISOR DE LEITURA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, QUE SIRVA PARA VÁRIOS TIPOS DE AMBIENTE, QUE TENHA TECNOLOGIA QUE PERMITA QUE O SENSOR SINALIZE QUALQUER ALTERAÇÃO NO AMBIENTE (TEMPERATURA E UMIDADE), QUE POSSA SER FIXADO NA PAREDE, ALIMENTAÇÃO COM PILHAS.	AMOSTRA NÃO RECEBIDA
22	CLAMP UMBILICAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ANTIALÉRGICO E ATÓXICO. SISTEMA TIPO PINÇA EM "V", COM SISTEMA DE CLAMPAGEM COM VEDAÇÃO DE FÍLITENO E DUPLO TRAVAMENTO. SERILHADO NA PARTE INTERNA, COM BORDAS ARREDONDADAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NO MS, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E Nº DO LOTE.	APROVADO AMOSTRA- EMPRESA LAJEADENSE
23	CARTELA PARA AURICULOTERAPIA COM PONTO DE CRISTAL, COM ESPARADRAPO COM ÓTIMA FIXAÇÃO, MODELO QUADRADO. MATERIAL: ESFERAS DE CRISTAL POLIDO COM 1,5MM. DIMENSÕES APROXIMADAS (C X L X A) 12 X 8 X 0,02	APROVADO AMOSTRA EMPRESA MK
24	CARTELA PRONTAS PARA AURICULOTERAPIA, DE SEMENTE DE MOSTRADA, 60 ADESIVOS, MICROPOROSA, SEMENTES SELECIONADAS. TAMANHO 1,5 MM A 1,8MM IMADAS (C X L X A) 12 X 8 X 0,02	APROVADO AMOSTRA EMPRESA MK
25	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, ANTIDERRAPANTE, Nº 6,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES.	AMOSTRA NÃO RECEBIDA

26	LUVA CIRÚRGICA Nº 6.5 - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME SEM FURROS, PONTOS DE NÓS OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA; IMPERMEÁVEL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; O PUNHO DEVE SER ALTO, RESISTENTE, ARREMATADO, COM AJUSTE FIRME E PERFEITA ADAPTAÇÃO; FACILIDADE AO CALÇAMENTO MANTENDO O FORMATO ANATÔMICO, COM DOBRA DE LARGURA SUFICIENTE PARA CALÇAMENTO COM TÉCNICA ASSÉPTICA E CONTER Nº DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA); LUBRIFICADA INTERNAMENTE COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, INERTE E SEM EXCESSOS. O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO; POSSIBILITAR RETIRADA FÁCIL, SEM ADERÊNCIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE (PAR), DE FORMA A PRESERVAR A TÉCNICA ASSÉPTICA DE ABERTURA (EM PÉTALA). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REG NO MS.	AMOSTRA NÃO RECEBIDA
27	LUVA CIRÚRGICA Nº 7.0 - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME SEM FURROS, PONTOS DE NÓS OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA; IMPERMEÁVEL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; O PUNHO DEVE SER ALTO, RESISTENTE, ARREMATADO, COM AJUSTE FIRME E PERFEITA ADAPTAÇÃO; FACILIDADE AO CALÇAMENTO MANTENDO O FORMATO ANATÔMICO, COM DOBRA DE LARGURA SUFICIENTE PARA CALÇAMENTO COM TÉCNICA ASSÉPTICA E CONTER Nº DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA); LUBRIFICADA INTERNAMENTE COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, INERTE E SEM EXCESSOS. O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO; POSSIBILITAR RETIRADA FÁCIL, SEM ADERÊNCIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE (PAR), DE FORMA A PRESERVAR A TÉCNICA ASSÉPTICA DE ABERTURA (EM PÉTALA). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REG NO MS.	AMOSTRA REPROVADA(MARCA MAX TOUCH)- EMBALAGEM EXTERNA RUIM DE ABRIR, LUVA COM POUCO TALCO, RUIM DE DESLISAR NA MÃO- EMPRESA BIMEX
28	LUVA CIRÚRGICA Nº 7.5 - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME SEM FURROS, PONTOS DE NÓS OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA; IMPERMEÁVEL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; O PUNHO DEVE SER ALTO, RESISTENTE, ARREMATADO, COM AJUSTE FIRME E PERFEITA ADAPTAÇÃO; FACILIDADE AO CALÇAMENTO MANTENDO O FORMATO ANATÔMICO, COM DOBRA DE LARGURA SUFICIENTE PARA CALÇAMENTO COM TÉCNICA ASSÉPTICA E CONTER Nº DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA); LUBRIFICADA INTERNAMENTE COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, INERTE E SEM EXCESSOS. O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO; POSSIBILITAR RETIRADA FÁCIL, SEM ADERÊNCIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE (PAR), DE FORMA A PRESERVAR A TÉCNICA ASSÉPTICA DE ABERTURA (EM PÉTALA). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REG NO MS.	AMOSTRA REPROVADA(MARCA MAX TOUCH)- EMBALAGEM EXTERNA RUIM DE ABRIR, LUVA COM POUCO TALCO, RUIM DE DESLISAR NA MÃO- EMPRESA BIMEX
29	LUVA CIRÚRGICA Nº 8.0 - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME SEM FURROS, PONTOS DE NÓS OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA; IMPERMEÁVEL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; O PUNHO DEVE SER ALTO, RESISTENTE, ARREMATADO, COM AJUSTE FIRME E PERFEITA ADAPTAÇÃO; FACILIDADE AO CALÇAMENTO MANTENDO O FORMATO ANATÔMICO, COM DOBRA DE LARGURA SUFICIENTE PARA CALÇAMENTO COM TÉCNICA ASSÉPTICA E CONTER Nº DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA); LUBRIFICADA INTERNAMENTE COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, INERTE E SEM EXCESSOS. O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO; POSSIBILITAR RETIRADA FÁCIL, SEM ADERÊNCIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE (PAR), DE FORMA A PRESERVAR A TÉCNICA ASSÉPTICA DE ABERTURA (EM PÉTALA). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REG NO MS.	AMOSTRA REPROVADA(MARCA MAX TOUCH)- EMBALAGEM EXTERNA RUIM DE ABRIR, LUVA COM POUCO TALCO, RUIM DE DESLISAR NA MÃO- EMPRESA BIMEX
30	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, ANTIDERRAPANTE, Nº 8.5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PREFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES.	
31	LUVA GINECOLÓGICA - CONFECCIONADA EM FINO FILME TRANSPARENTE, PLÁSTICA, ESTÉRIL, TAMANHO ÚNICO, COM BOA RESISTÊNCIA, QUE NÃO ROMPA AO SER CALÇADA, ATÓXICA. EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL. PACOTE COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	APROVADO AMOSTRA EMPRESA MK
32	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO - EM ROLO TIPO QUEIJO, COM 08 DOBRAS, EM TECIDO 100 PORCENTO ALGODÃO, COM 91 CM X 91 M, 13 FIOS/CM², 100 PORCENTO ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEIANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, ENROLADA DE FORMA CONTÍNUA, COM PESO MÍNIMO POR ROLO DE 1450 A 1510 GRAMAS, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 14108. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	REPROVADO AMOSTRA EMPRESA MK TRAMA ABERTA, POUCA ABSORÇÃO.
33	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA - ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA DAS MELHORES PROCEDÊNCIAS, ASSEGURADO UM GEL DE ALTO DESEMPENHO, COM PH BALANCEADO, INODORO, HIDROSOLÚVEL, ISENTO DE SAL, HIPOALERGÊNICO E COM VISCOSIDADE ADEQUADA.SACHE DE 300ML CADA.	AMOSTRA EMPRESA MEDICENTRO APROVADA, MAS DEVE SER ENTREGUE CONFORME DESCRITIVO EM EDITAL
34	HASTE FLEXÍVEL DE ALGODÃO - DE POLIPROPILEMO INQUEBRÁVEL, CONTENDO EM SUAS EXTREMIDADES CABEÇAS COM ALGODÃO QUE NÃO SOLTA EM FIAPOS, COM FIXAÇÃO SEGURA E SOLUÇÃO ANTI-MICROBIANA ISENTO DE IMPUREZAS, EMBALADAS EM CAIXA CONTENDO 150 UNIDADES. OBS: EMPRESA ENTREGARÁ 2 CAIXAS CONTENDO 75 UNIDADES CADA.	REPROVADO AMOSTRA EMPRESA MK, ALGODÃO SOLTA DA HASTE COM FACILIDADE.
35	PAPEL LENÇOL EM BOBINA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 70CM DE LARGURA X 50M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM PAPEL BRANCO, 100 PORCENTO CELULOSE VIRGEM, MACIO E ABSORVENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	APROVADO AMOSTRA- EMPRESA LAJEADENSE
36	PAPEL TÉRMICO 57MM X 25M. PARA SER UTILIZADO EM EQUIPAMENTO AUTO REFRATOR DA OFTALMOLOGISTA.	APROVADO AMOSTRA- EMPRESA GABRIEL L GOTUZZO
37	PAPEL TÉRMICO COMPATÍVEL COM ELETROCARDÍOGRAFO APARELHO SCHILLER AT1 90M X 90MM, COM 400 FOLHAS.	APROVADO AMOSTRA- EMPRESA GABRIEL L GOTUZZO
38	PAPEL TÉRMICO COMPATÍVEL COM ELETROCARDÍOGRAFO MARCA BIONET IE300 COM 12 CANAIS, 210MM X 30M.	APROVADO AMOSTRA- EMPRESA GABRIEL L GOTUZZO
39	PAPEL TÉRMICO COMPATÍVEL COM ELETROCARDÍOGRAFO MARCA GE MAC 400 MEDIDA BLOCO Z-FOLD, 80MM X 90MM, COM 280 FOLHAS.	APROVADO AMOSTRA- EMPRESA GABRIEL L GOTUZZO
40	PAPEL TÉRMICO COMPATÍVEL COM ELETROCARDÍOGRAFO PORTÁTIL MODELO SE1 MARCA EDAN 49MM X 30M	APROVADO AMOSTRA- EMPRESA GABRIEL L GOTUZZO
41	PAPEL TÉRMICO PARA ECG, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO EDAN SE 601C, MEDINDO 110MM X 140MM. CAIXA COM 200 FOLHAS.	APROVADO AMOSTRA- EMPRESA GABRIEL L GOTUZZO
42	PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDÍOGRAFO COMPATÍVEL COM MARCA EDAN MODELO SE3 E BIOCARE IE3. MEDIDAS: 80MM X 30M	APROVADO AMOSTRA- EMPRESA GABRIEL L GOTUZZO
43	PAPEL TÉRMICO COMPATÍVEL COM ELETROCARDÍOGRAFO EDAN SE-1200. MEDIDAS: 210MM X 295MM X 100, FOLHAS EM FORMULÁRIO CONTÍNUO EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO	APROVADO AMOSTRA- EMPRESA GABRIEL L GOTUZZO
44	PAPEL TÉRMICO TERMOSSENSÍVEL PARA CARDIOTACÓGRAFO, MEDIDA DE 152MM X 22M. COMPATÍVEL COM APARELHO FETALCARE FC-1400. REGISTRO MS.	APROVADO AMOSTRA- EMPRESA GABRIEL L GOTUZZO
45	PINÇA CHINESA PARA AURICULOTERAPIA. CONFECCIONADO EM INOX. TAMANHO 10CM SEM DENTE.	APROVADO AMOSTRA-EMPRESA ROSSI
46	SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,5 PORCENTO. EMBALAGEM DE 1 LITRO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS, DADOS DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	APROVADO AMOSTRA EMPRESA MK
47	SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,2 PORCENTO. ANTISÉPTICO TÓPICO. EMBALAGEM DE 01 LITRO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR: INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS, DADOS DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	APROVADO AMOSTRA EMPRESA MK
48	SOLUÇÃO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,2% . UNIDADES DE 01 LITRO CADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR: INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS, DADOS DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	AMOSTRA NÃO RECEBIDA
49	SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICA, FRASCO DE 1000ML RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, EXTENSÃO E CONECTOR EM PVC ATÓXICO, EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 1,20M, FLEXÍVEL, COM PINÇA CORTA-FLUXO, TAMPA DE NO MÍNIMO 3 VIAS, SISTEMA FECHADO POR SELO D'ÁGUA, SUPORTE PARA POSIÇÃO VERTICAL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	AMOSTRA APROVADA- EMPRESA BIMEX
50	SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICA, FRASCO DE 250ML RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, EXTENSÃO E CONECTOR EM PVC ATÓXICO, EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 1,20M, FLEXÍVEL, COM PINÇA CORTA-FLUXO, TAMPA DE NO MÍNIMO 3 VIAS, SISTEMA FECHADO POR SELO D'ÁGUA, SUPORTE PARA POSIÇÃO VERTICAL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	APROVADO AMOSTRA-EMPRESA ROSSI
51	SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICA, FRASCO DE 500ML RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, EXTENSÃO E CONECTOR EM PVC ATÓXICO, EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 1,20M, FLEXÍVEL, COM PINÇA CORTA-FLUXO, TAMPA DE NO MÍNIMO 3 VIAS, SISTEMA FECHADO POR SELO D'ÁGUA, SUPORTE PARA POSIÇÃO VERTICAL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	AMOSTRA APROVADA- EMPRESA BIMEX
52	CARTÃO DE REALIZAÇÃO DOS TESTES, PARA APARELHO DE GASOMETRIA. CAIXAS COM 50 CARTÕES. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO MARCA SIEMENS MODELO EPOC BLOOD ANALYSIS.	AMOSTRA NÃO RECEBIDA
53	CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL. PAREDE DUPLA EM POLIETILENO COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO (ESPUMA INJETADA) NO CORPO E NA TAMPA. ATÓXICO E HIGIENIZÁVEL. TERMÔMETRO EXTERNO QUE MOSTRA TEMPERATURA ATUAL, MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. TERMÔMETRO ACUPLADO EM CAVIDADE TOTALMENTE HERMÉTICA, INTEGRADA NA CAIXA. VISOR DE FÁCIL LEITURA, FAIXA DE MEDIÇÃO -50º-70ºC. GARANTIA DE 1 ANO.	AMOSTRA EMPRESA ROSSI REPROVADA, ENTREGUE CAIXA COM 12L, AO INVÉS DE 15L COMO PRECONIZA O EDITAL
54	CAIXA TÉRMICA DE 66 LITROS EM POLIETILENO COM RODAS E ALÇA DE TRANSPORTE. IDEAL PARA ACONDICIONAMENTO E DESLOCAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS. MÁXIMO DESEMPENHO PARA CONSERVAÇÃO INTERNA DA TEMPERATURA. DOBRADIÇAS DE GRANDE DURABILIDADE. TRAVAS DE ALTO DESEMPENHO. INLCUI DRENO DE FÁCIL USO. GARANTIA DE 1 ANO.	AMOSTRA NÃO RECEBIDA
55	BOLSA TÉRMICA DE 36 LITROS COM ALÇA DE TRANSPORTE. IDEAL PARA ACONDICIONAMENTO E DESLOCAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS. MÁXIMO DESEMPENHO PARA CONSERVAÇÃO INTERNA DA TEMPERATURA. POSSUI BOLSA INTERNA QUE EVITA VAZAMENTO. REVESTIDO EM POLIÉSTER E COSTURAS REFORÇADAS NAS ALÇAS PARA MAIOR DURABILIDADE. GARANTIA DE 1 ANO.	APROVADO AMOSTRA-EMPRESA ROSSI
56	BOLSA TÉRMICA DE 10 LITROS COM ALÇA DE TRANSPORTE. IDEAL PARA ACONDICIONAMENTO E DESLOCAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS. MÁXIMO DESEMPENHO PARA CONSERVAÇÃO INTERNA DA TEMPERATURA. POSSUI BOLSA INTERNA QUE EVITA VAZAMENTO. REVESTIDO EM POLIÉSTER E COSTURAS REFORÇADAS NAS ALÇAS PARA MAIOR DURABILIDADE. GARANTIA DE 1 ANO.	APROVADO AMOSTRA-EMPRESA ROSSI

57	SWAB ESTÉRIL - HASTE FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP) E COM ALGODÃO DE ALTA ABSORÇÃO EM UMA DAS PONTAS. SEM MEIO DE CULTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES CADA.	APROVADO AMOSTRA-EMPRESA ROSSI
58	TALA DE ZIMERMANN, PARA IMOBILIZAÇÃO METÁLICA 16X180MM.	APROVADO AMOSTRA EMPRESA MK
59	VASELINA SÓLIDA POTES COM 500G. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.	APROVADO AMOSTRA-EMPRESA ROSSI DESDE QUE ENCAMINHE PRODUTO CONFORME PRECONIZA NO EDITAL
60	KIT PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRA DE TESTE PARA COVID-19. ACOMPANHA 1 TUBO FALCON DE 15ML (COM 3 MLS DE SORO FISIOLÓGICO) E 3 SWABS COM PONTA DE RAYON.	AMOSTRA NÃO RECEBIDA
61	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL - COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INDICADOR DE BATERIA, MEMÓRIA QUE INDICA A ÚLTIMA TEMPERATURA E INDICADOR SONORO AO FINAL DA MEDICAÇÃO. PONTA RESISTENTE À ÁGUA. FAIXA DE MEDIÇÃO: +32º+42ºC. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE. CERTIFICADO DO INMETRO	AMOSTRA APROVADA- EMPRESA BIMEX
62	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO CORPORAL SEM CONTATO COM ALARME PARA TRIAGEM: COM AFERIÇÃO DE TEMPERATURAS CORPORAIS DE 32.0°C A 42.5°C (89.6°F A 108.5°F) E TEMPERATURA DE SUPERFÍCIES DE 0.0°C A 60.0°C (32°F A 140°F), COM DISTÂNCIA IDEAL DE USO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NA TESTA DE INDIVÍDUOS E DE 5 A 15 CM (1.9 A 5.9 POLEGADAS). BATERIA DE 1.5 TIPO AAA, VISOR LCD LUMINADO; INFORMAÇÃO DE MÁXIMA EM TEMPO REAL; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 15 SEGUNDOS SEM USO; TEMPO DE RESPOSTA EM 1 SEGUNDO. REGISTRO NO MS	AMOSTRA NÃO RECEBIDA
63	TUBO DE LÁTEX - COM ELASTICIDADE E TENSÃO EFICAZ PARA MANTER O GARROTEAMENTO, SUPERFÍCIE LISA, AUSENTE DE EMENDAS E PERFURAÇÕES, RESISTENTE AO PROCESSO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS, NÃO COLABAR. ROLO COM APROXIMADAMENTE 15 M. Nº 200.	REPROVADO- EMPRESA LAJEADENSE ENCAMINHOU AMOSTRA ERRADA.