

licitacoes@saomarcos.rs.gov.br

De: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br
Enviado em: terça-feira, 26 de agosto de 2025 09:48
Para: 'Victorya Varela'
Assunto: RES: PM SÃO MARCOS - PE 58/2025

Nesse caso, esses itens serão cancelados do edital para não prejudicar os demais itens.



De: Victorya Varela <victoryavarela@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 26 de agosto de 2025 08:19
Para: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br
Assunto: Re: PM SÃO MARCOS - PE 58/2025

Rochele, confirmamos aqui, acho que foi algum erro de digitação o fato de ter ido 30x30 tanto que essa medida nao existe, a correta é sim 45x50cm.

Victorya Varela
Enfermeira
Prefeitura Municipal de São Marcos
Especialista em Saúde Pública, Urgência e Emergência e Auditoria em Serviços de Saúde
Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Gerontogeriatrics, Enfermagem/Saúde e Educação (GEP-GERON/FURG)

54 999154299

<http://lattes.cnpq.br/7189254949822574>

Em qua., 20 de ago. de 2025 às 17:06, Victorya Varela <victoryavarela@gmail.com> escreveu:

Quanto ao primeiro questionamento realmente há um erro no nosso descritivo, irei notificar a colega do setor para corrigir-mos.
Quanto ao segundo estou verificando o peso das compressas que tenho no momento, consigo lhe responder amanhã pela tarde.

Victorya Varela

Enfermeira

Prefeitura Municipal de São Marcos

Especialista em Saúde Pública, Urgência e Emergência e Auditoria em Serviços de Saúde

Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Gerontogeriatrics, Enfermagem/Saúde e Educação (GEP-GERON/FURG)

54 999154299

<http://lattes.cnpq.br/7189254949822574>

Em qua., 20 de ago. de 2025 às 08:57, <licitacoes@saomarcos.rs.gov.br> escreveu:

Bom dia vicky, o pessoal está questionando isso, poderia ver e me retornar o mais breve possível?

ROCHELE NICOLETTI
SETOR DE COMPRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Venâncio Aires, 720 | Centro
São Marcos | RS | Fone: (54) 3291.9900
www.saomarcos.rs.gov.br



PREFEITURA DE
São Marcos

De: Pregao Soma RS Hospitalar <pregao.rs@somahospitalar.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 18 de agosto de 2025 14:26
Para: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br
Cc: Comercial3 Soma RS Hospitalar <comercial3.rs@somahospitalar.com.br>
Assunto: PM SÃO MARCOS - PE 58/2025

Boa tarde. solicito esclarecimento referente ao edital de pregão eletrônico nº 58/2025:

itens 11 ao 15, todas as ataduras serão solicitadas levando em consideração o peso da atadura de 10cm (item 10 do edital)? Os pesos corretos de acordo com a normativa deveriam ser: atadura 12cm=26 gramas/ atadura 15cm = 32,7 gramas/ atadura 20cm = 42,8 gramas / atadura 6cm = 13,3 gramas e a atadura 8cm = 17,8 gramas.

item 20 - O tamanho solicitado é de 30cm x 30cm, mas não deveria ser 45cm x 50cm? pergunto pois o peso solicitado de 25 gramas por unidade corresponde ao campo operatório 45cm x 50cm que na NBR 14.767 deve ter no mínimo 25 gramas por unidade Ou vocês trabalham e recebem produto com 30cm x 30cm pesando 25 gramas por unidade?

