



Análise de especificações

Engenharia – FHGV

Parecer Técnico nº 018/2025

Parecer técnico referente ao pedido de análise para as especificações apresentadas pelos fornecedores no **Pregão Eletrônico 0099/2025**.

Avaliação técnica da Engenharia FHGV:

Parecer técnico referente à empresa VIZAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Avaliação técnica da Engenharia FHGV: SOLICITA ESCLARECIMENTOS.

O Edital estabelece, de forma específica, os seguintes requisitos:

- A câmara interna deve possuir fundo cônico. Contudo, no catálogo apresentado pela empresa, tal característica não foi identificada de forma clara no produto ofertado;
- O equipamento deve possuir duas (02) portas em aço inoxidável AISI 316. Entretanto, o catálogo fornecido não evidencia de maneira explícita essa especificação;
- O equipamento deve possuir sistema de secagem com turbina de circulação de ar quente filtrado. Todavia, o catálogo apresentado menciona apenas “ventilação forçada de ar dentro da câmara de lavagem...”, sem deixar claro se o requisito estabelecido está sendo atendido;
- A alimentação elétrica do equipamento deve ser de 380V trifásico. Contudo, o catálogo informa que a alimentação é de 220V trifásico.



Diante do exposto, recomenda-se que a empresa seja instada a prestar esclarecimentos quanto aos pontos acima elencados

Nada mais há a acrescentar.

Sapucaia do Sul/RS, 05 de setembro de 2025



William Silveira da Silva

Unidade de Infraestrutura

Engenheiro Eletrônico I CREA-RS 216847

Fone: (51) 3451.8200 Ramal: 115

william.silva@fhgv.com.br

www.fhgv.com.br

Identificação interna do documento 7MB0L57PB9-122



Nome do arquivo:

PARECER_18_REVISADO_202509051340182295258.pdf

Data de vinculação à solicitação: 05/09/2025 13:40